

**Specificații tehnice**

Cod CPV		Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Cantitatea	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	
1	2				3	4	5	6		8
<b>Numărul licitației:</b>		ocds-b3wdp1-MD-1721141401507 (21259813)								
<b>Denumirea licitației:</b>		Achiziționarea Dispozitivelor medicale cu coduri generice conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (partea II)								
33100 000-1	72	Termometru mecanic 260600	Termometru mecanic 260600	GT004-100 Termometru mecanic fara mercur, mar L	China		Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Cod260600 ParametruSpecificația DescriereTermometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur Rezoluție0.1 grade Acuratețe0.1 grade DescriereaAfișare 35.0°C-42.0°C	Cod260600 ParametruSpecificația DescriereTermometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur Rezoluție0.1 grade Acuratețe0.1 grade DescriereaAfișare 35.0°C-42.0°C	DM00003846
33100 000-1	73	Termometru digital 260610	Termometru digital 260610	GT004-233 Termometru electronic digital	China		Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Termometru digital Cod260610 ParametruSpecificația DescriereTermometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișajălfanumeric Diapazon de măsurare34-42 grad C Eroarea0.1 grade C Timp de măsurare≤ 60 s Controlon/off deconectare automată "Alarme/ indicatori"Vizualătemperatura finală Baterie descărcată pornire/oprire Acusticătemperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectareobligatoriu Rezistent la patrunderea apeiobligatoriu	Termometru digital Cod260610 ParametruSpecificația DescriereTermometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișajălfanumeric Diapazon de măsurare34-42 grad C Eroarea0.1 grade C Timp de măsurare≤ 60 s Controlon/off deconectare automată "Alarme/ indicatori"Vizualătemperatura finală Baterie descărcată pornire/oprire Acusticătemperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectareobligatoriu Rezistent la patrunderea apeiobligatoriu	DM000239852
33100 000-1	74	Termometru digital cu infrarosu 260620	Termometru digital cu infrarosu 260620	GT004-254 Infrared Ear Thermometh er	China		Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Cod260620 ParametruSpecificația DescriereTermometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișajălfanumeric LED / LCD Tip pacientnou-născut, pediatric, adult Regim de măsuraretemperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporala) Diapazon de măsurare34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare0.1 °C Eroarea± 0.2 °C Timp de măsurare≤ 5 s Controlon/off, deconectare automată Alarme/indicatoriVizualăalerta febră temperatura finală Baterie descărcată pornire/oprire Acusticătemperatura finală	Cod260620 ParametruSpecificația DescriereTermometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afișajălfanumeric LED / LCD Tip pacientnou-născut, pediatric, adult Regim de măsuraretemperatura urechii (timpanic) temperatura fruntii (temporala) Diapazon de măsurare34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare0.1 °C Eroarea± 0.2 °C Timp de măsurare≤ 5 s Controlon/off, deconectare automată Alarme/indicatoriVizualăalerta febră temperatura finală Baterie descărcată pornire/oprire Acusticătemperatura finală	DM000239867









