

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1631690623878				Data: „24” septembrie 2021			Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Consumabile pentru secția de sterilizare p-u anul 2021 IMSP Institutul de Medicina Urgenta				Lot: 1, 2, 3			Pagina: _1_ din _3_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8	9
33198000-4	1	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m.	RS150x200	China	M&G	1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizare de 134 grade C și 121 grade C. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.		1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizare de 134 grade C și 121 grade C. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE, ISO

33198000-4	2	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 200 mm x 200 m.	RS200x200	China	M&G	1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizare de 134 grade C și 121 grade C. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizare de 134 grade C și 121 grade C. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE, ISO
------------	---	--	-----------	-------	-----	--	--	---------

33198000-4	3	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 250 mm x 200 m.	RS250x200	China	M&G	1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizare de 134 grade C și 121 grade C. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară. 3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană. 5. Rezistente la sterilizare de 134 grade C și 121 grade C. 6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi. 7. Prezentarea fișei tehnice a produsului. 8. Prezentarea certificatului de la producător referitor la timpul de păstrare a sterilității după procesul de sterilizare.	CE, ISO
------------	---	--	-----------	-------	-----	--	--	---------

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: _____ SRL *Triumf-Motiv* _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

