

Herstellererklärung Manufacturer's Declaration



Dokument Nr. / Document No. 11092187-01

Wir / we Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Alcotest Standard Mundstücke mit Rückatemsperr
Alcotest Standard Mouthpieces with non-return valve
(Sachnummer/part numbers: 3721308, 6811055, 6811060, 6811065)

Alcotest Standard Mundstücke ohne Rückatemsperr
Alcotest Standard Mouthpieces without non-return valve
(Sachnummer/part numbers: 3701176, 6810690, 6810825, 6810830, 6812287)

mit den Anforderungen der aufgeführten Normen übereinstimmt
with the requirements following directives by application of the listed standards

Name der Norm name of the norm	Nummer sowie Ausgabedatum der Norm Number and date of issue of standard
Prüfungen auf In-vitro-Zytotoxizität Tests for in vitro cytotoxicity	DIN EN ISO 10993-5
Prüfungen auf Hautsensibilisierung Tests for irritation and skin sensitiization	DIN EN ISO 10993-10

Lübeck, 2021-09-20

Ort und Datum (jjjj-mm-tt)
Place and date (yyyy-mm-dd)


Dr. Marcus Romba
Head of Electronic Engineering
Head of Product Qualification
Safety Products
Research & Develop