

Specificatii tehnice

Anexa22

Numărul licitației	ocds-b3wdp1-MD-1755005904173	Data:29.08.2025
Denumirea licitației:	la reofertare în scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027	Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tar de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Starea de referință/Nr. însoțitor
1	2	3	4	5	6	7	8		

3					Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Cod150920	DescriereCentrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele.	
3					ParametrulSpecificatia	ParametrulSpecificatia		
3					Viteza de rotațieMinimală, rpmreglabilă	Viteza de rotațieMinimală 100 rpmreglabilă(vezi manual de utilizare p2)		
3					Maximală, rpm≥ 3500	Maximală, rpm 3500(vezi manual de utilizare p2)		
3					Setărisetarea vitezei	Setărisetarea vitezei-10(vezi manual de utilizare p2)		
3					CapacitateaTipul tuburilor1ortuburi de 10 - 15 ml	CapacitateaTipul tuburilor1ortuburi de 12 ml (vezi manual de utilizare p8)		
3					Numărul de tuburi24 unitati	Numărul de tuburi24 unitati (vezi manual de utilizare p8)		
1					TimerDiapazon minim de timp1 - ≥ 60 min	TimerDiapazon minim de timp1 -99 min (vezi manual de utilizare p2)		
0					Incrementatareas 1 min	Incrementatareas 1 min(vezi manual de utilizare p2)		
0	26/80	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	CM-75 plus+ 6M.02 (rotor cu 24 locuri)	SecuritateBlocarea capacului în timpul lucruluiobligatoriu	SecuritateBlocarea capacului în timpul lucruluiobligatoriu(vezi manual de utilizare p6)		
0					Indicatori Indicatori vizual și acusticobligatoriu	Indicatori Indicatori vizual și acusticobligatoriu(panou de control pe partea frontala-vezi manual de utilizare p 5)		
0					Debalansareobligatoriu	Debalansareobligatoriu		
0					Pornire/oprireobligatoriu	Pornire/oprireobligatoriu (vezi manual de utilizare p 5)		
0					Capac deschis obligatoriu	Capac deschis obligatoriu (vezi manual de utilizare p 5)		
0					DisplayDigitalobligatoriu	DisplayDigitalobligatoriu(vezi manual de utilizare p1, 5)		
0					Nivelul de zgomot≤ 65 dBobligatoriu	Nivelul de zgomot50-60 dBobligatoriu(vezi manual de utilizare p 2)		
0					Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare obligatoriu	Capac transparent necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare,obligatoriu(vezi manual de utilizare p 5)		
3								

D
M
0
0
0
0
2
1
3
7
8

