

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Spitalul Raional Orhei.

Numărul procedurii de achiziție: 21040887, ocds-b3wdp1-MD-1623872060350							Data: 26.06.2021	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți pentru analize medicale de laborator și consumabile/piese de schimb							Lot:	pag. 1 din 3
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

Lot 3. Reagenți, calibratori și consumabile/accesorii pentru analizatorul Helena C-1 (sistem închis).

3.1	33696500-0	Tromboplastină cu activ. 14-18 sec, lichid și ISI nu mai mic de 1,1 și nu mai mare de 1.13	Prothrombin-DAC.Lq ISI	Moldova	Dac-SpectroMed	Flacoane cu volumul de la 5 ml pînă la 10 ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1.	Protrombina (Tromboplastină) cu activ. 14-18 sec, lichid și ISI nu mai mic de 1,1 și nu mai mare de 1,13. Flacoane cu vol. de la 5ml pînă la 10ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1.	ISO, CE.
3.2	33696500-0	Set p/u determinarea fibrinogenului, cu standart	Fibrinogen-DAC + Coagulo St-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Flacoane cu volumul de la 1 ml pînă la 2 ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1.	Set pentru determinarea fibrinogenului, cu standard inclus în set. Flacoane cu vol. de la 1ml pînă la 3ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1.	ISO, CE.
3.3	33696500-0	Plasma de control (3 parametri), A, SA, N	Control Plasma L1+L2+L2+	Moldova	Dac-SpectroMed	Flacoane cu volumul de la 1 ml pînă la 2 ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1	Plasma de control (3 parametri), A, SA, N. Flacoane cu vol. de la 1ml pînă la 2ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1.	ISO, CE.
3.4	33696500-0	Calibrator plasma, cu concentrația 100%	Coagulo St-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Flacoane cu volumul de la 1 ml pînă la 2 ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1	Calibrator plasma, cu concentrația 100%. Flacoane cu volumul de la 1ml pînă la 2ml. Compatibil cu analizorul Helena C-1.	ISO, CE.
3.5	33696500-0	Cuve pentru reacții	German TECO 1 Hole	China	Dong	Compatibil cu analizorul Helena C-1.	Cuve pentru reacție, compatibile cu analizorul Helena C-1.	ISO, CE.

Lot 5. Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul hematologic automat BC 5300 (sistem închis).

5.1	33696500-0	Diluent	M-53D Diluent (20L)	China	Mindray	Butelii în ambalaj standard a cîte 20 litri, compatibil cu analizatorul hematologic automat BC 5300, (sistem închis).	Diluent , compatibil cu analizorul hematologic automat BC 5300 (sistem închis), Mindray, China. Amb. standard 20L	ISO, CE.
5.2	33696500-0	LH Lyzer	M-53LH lyse	China	Mindray	Ambalaj standard 4 fl*1 litru, compatibil cu analizatorul hematologic automat BC 5300, (sistem închis).	LH Lyse , compatibil cu analizorul hematologic automat BC 5300 (sistem închis), Mindray, China. Amb. standard 4fl x 1L	ISO, CE.
5.3	33696500-0	LEO (I) Lyzer	M-53 LEO (I) Lyse (1L x 4)	China	Mindray	Ambalaj standard 4 fl*1 litru, compatibil cu analizatorul hematologic automat BC 5300, (sistem închis).	LEO (I) Lyse , compatibil cu analizorul hematologic automat BC 5300 (sistem închis), Mindray, China. Amb. standard 4fl x 1L	ISO, CE.
5.4	33696500-0	LEO (II) Lyzer	M-53 LEO (II) Lyse (200ml x 4)	China	Mindray	Ambalaj standard 4 fl*200 ml, compatibil cu analizatorul hematologic automat BC 5300, (sistem închis).	LEO (II) Lyse , compatibil cu analizorul hematologic automat BC 5300 (sistem închis), Mindray, China. Amb. standard 4fl x 200ml	ISO, CE.
5.5	33696500-0	Probe cleanser M-53 ,fl 1L	M-53 Cleanser (1L x 4)	China	Mindray	Ambalaj standard 4 fl*1 litru, compatibil cu analizatorul hematologic automat BC 5300, (sistem închis).	Cleanser , compatibil cu analizorul hematologic automat BC 5300 (sistem închis), Mindray, China. Amb. standard 4fl x 1L	ISO, CE.
5.6	33696500-0	Material de control cu 3nivele H,L,N pentru 5 diff	B55 Control	China	Mindray	Ambalaj standard set: 3 fl*3,5 ml, compatibil cu analizatorul hematologic automat BC 5300, (sistem închis).	Material de control hematologic, compatibil cu analizorul hematologic automat BC 5300 (sistem închis), Mindray, China. Amb. Standard set 3fl x 3ml pentru 5 Diff	ISO, CE.

Lot 6. Reagenți, calibratori și material de control pentru aparatul Analizatorul hematologic automat Benesfera (sistem închis).

6.1	33696500-0	Diluent Erma	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	Unitatea de măsură = cartus. Ambalaj standard a cîte 20 litri, compatibil cu Analizatorul hematologic automat Benesfera (sistem închis).	Reagent pentru diluare (Diluent Erma). Ambalaj standard 20litri, compatibil cu analizatorul hematologic automat Benesfera.	ISO, CE.
6.2	33696500-0	Cymet BS3CN FREE	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	flacoane de 500 ml, compatibile cu Analizatorul hematologic automat Benesfera (sistem închis) . Conform pașaportului tehnic	Reagent pentru lizare (Ciment BS3 CN Free), fl. 500ml, compatibil cu analizatorul hematologic automat Benesfera.	ISO, CE.
6.3	33696500-0	Detectoterge BS	Dia-Cleaner	Ungaria	Diagon	flacoane de 900 ml, compatibile cu Analizatorul hematologic automat Benesfera (sistem închis) . Conform pașaportului tehnic	Reagent pentru spălare (Detectoterge BS), fl. 900ml, compatibil cu analizatorul hematologic automat Benesfera.	ISO, CE.
6.4	33696500-0	Soluție concentrată de hipoclorid	Diaclean Cell	Ungaria	Diagon	flacoane de 1000 ml ,compatibile cu Analizatorul hematologic automat Benesfera (sistem închis))	Soluție concentrată de Hipoclorid, fl. 1000ml, compatibil cu analizatorul hematologic automat Benesfera.	ISO, CE.
6.5	33696500-0	Termopaper	Paper	Italia	Aptaca	57 mm, compatibil cu Analizatorul hematologic automat Benesfera (sistem închis) .	Hârtie termică (Termopaper) cu lățimea 57mm, compatibilă cu analizatorul hematologic automat Benesfera.	ISO.
6.6	33696500-0	Material de control cu trei nivele, H,L,N pentru 3 dif	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	set în ambalaj standard 3 fl*3,5 ml, compatibil cu Analizatorul hematologic automat Benesfera (sistem închis))	Material de control cu 3 nivele (L, N, H), pentru 3-Diff cu 18 parametri, 3fl x 2ml.	ISO, CE.

Lot 7. Reagenți, pentru aparatul : Analizatorul FIA Meter Plus, metoda de testare imiunofluorescenta (sistem închis)

7.1	33696500-0	Procalcitonina	PCT	China	Wondfo	Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus (system închis), conform pașaportului etnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	Procalcitonina, compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus	ISO, CE.
-----	------------	----------------	-----	-------	--------	--	---	----------

7.2	33696500-0	cTnI (Troponina I)	cTnI	China	Wondfo	Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus (system închis), conform pasaportului etnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	cTnI (Troponina I), compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus	ISO, CE.
7.3	33696500-0	AFP	AFP	China	Wondfo	Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus (system închis), conform pasaportului etnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	AFP, compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus	ISO, CE.
7.4	33696500-0	PSA total	PSA	China	Wondfo	Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus (system închis), conform pasaportului etnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	PSA total, compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus	ISO, CE.
7.5	33696500-0	CEA	CEA	China	Wondfo	Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus (system închis), conform pasaportului etnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	CEA, compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus	ISO, CE.
7.6	33696500-0	HbA1c	HbA1c	China	Wondfo	Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus (system închis), conform pasaportului etnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	HbA1c, compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus	ISO, CE.
7.7	33696500-0	T3	T3	China	Wondfo	Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus (system închis), conform pasaportului etnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	T3, compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus	ISO, CE.
7.8	33696500-0	T4	T4	China	Wondfo	Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus (system închis), conform pasaportului etnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	T4, compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus	ISO, CE.
7.9	33696500-0	TSH	TSH	China	Wondfo	Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus (system închis), conform pasaportului etnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	TSH, compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus	ISO, CE.
7.10	33696500-0	Vitamina D	Vitamin D	China	Wondfo	Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus (system închis), conform pasaportului etnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau singe.	Vitamina D, compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus	ISO, CE.

8	33696500-0	Proteine, glucoza, acid ascorb, nitrite, singe, pH, bilirubină, urobilinogen, leucocite, densitate, corpi cetonici + control pentru fiecare lot	DAC-11 + 4062UC16	Moldova	Dac-SpectroMed	Ambalaj set a cîte 100 teste	Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei pentru determinarea a 11 parametri + control pentru fiecare lot. Set 100teste. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
15	33696500-0	CPR-LATEX	CRP-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Metoda Latex-Test	CPR , metoda Latex-test. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
16	33696500-0	ASLO - LATEX	ASLO-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Metoda Latex-Test	ASLO , metoda Latex-test. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
17	33696500-0	RF-LATEX	RefaTex-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Metoda Latex-Test	RF , metoda Latex-test. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
34	33696500-0	Panel test card HBV-5 (HbsAg, HbsAb, HbeAg, HbeAb ,AntiHbcor Ab)	HBV Multi 5-S-Panel-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Panel test card HBV-5 (HbsAg, antiHBs, HbeAg, AntiHbe, AntiHbcor sumar). Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
35	33696500-0	Panel pentru determinarea Troponina I, CK-MB și mioglobina în ser /plazma, cu țel diagnostic al infarctului miocardic	AMI-S-Panel-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Panel pentru determinarea Troponina I, CK-MB și mioglobina în ser /plazma, cu țel diagnostic al infarctului miocardic. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

37	33696500-0	Determinarea anticorpilor H.Pylori în ser, cu țel diagnostic, test rapid	HP-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Determinarea anticorpilor <i>H. Pylori</i> în ser, cu țel diagnostic, test rapid (cartuș). Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
38	33696500-0	Determinarea singelui ocult în fecalii, cartus/benzi, test rapid	FOB-F-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	teste marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	Determinarea sângelui ocult în mase fecale, teste rapide (cartus), în amabalaj individual. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
40	33696500-0	HbsAg,-test rapid, cromatografic	HBsAg-S-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Cartus, marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	<i>HbsAg</i> , test rapid (cartuș), cromatografic. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
41	33696500-0	Anti HCV sumar,-test rapid, cromatografic	Anti-HCV-S-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Cartus, marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic	<i>Anti HCV sumar</i> , test rapid (cartuș), cromatografic. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
47	33696500-0	Dozator semiautomat manual,cu volum vareabil 2-20mcl	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru virfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 2-20mcl, gradul de precizie ±2,0 ±0,3, acuratețea ±2,5 ±0,8. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic , emis de Organismul național de metrologie al RM	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil 2-20mcl. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
48	33696500-0	Dozator semiautomat manual,cu volum vareabil 5-50mcl	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru virfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 5-50mcl,gradul de precizie ±0,8 ±0,4, acuratețea ±1,6 ±0,8. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic , emis de Organismul național de metrologie al RM	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil 5-50mcl. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
49	33696500-0	Dozator semiautomat manual,cu volum vareabil 10-100mcl	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru virfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 10-100mcl, gradul de precizie ±2,0 ±0,8, acuratețea ±2,5 ±0,8. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic , emis de Organismul național de metrologie al RM	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil 10-100mcl. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
50	33696500-0	Dozator semiautomat manual,cu volum vareabil 50-200mcl	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru virfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 50-200mcl, gradul de precizie ±2,0 ±0,4, acuratețea ±2,5 ±0,8,. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic , emis de Organismul național de metrologie al RM	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil 20-200mcl. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
51	33696500-0	Dozator semiautomat manual,cu volum vareabil 100-1000mcl	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru virfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 100-1000mcl, gradul de precizie ±0,4 ±0,15, acuratețea ±1,6 ±0,6. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic , emis de Organismul național de metrologie al RM	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil 100-1000mcl. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
52	33696500-0	Dozator semiautomat manual,cu volum vareabil 1ml-5ml	Single-channel Adjustable Volume	China	Dlab	Posibilitatea de autoclavare totala,cu detașator pentru virfuri.Posibilitatea de reparare și de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 1ml-5ml, gradul de precizie ±0,4 ±0,15, acuratețea ±1,6 ±0,6. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic , emis de Organismul național de metrologie al RM	Dozator semiautomat manual, cu volum variabil 1-5ml. <i>Cu Verificare Metrologică și Înregistrare în Registrul de Stat.</i> Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Virshi Roman**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă 5/1**

Data: 26.06.2021
Valabilitatea ofertei - 60 zile.