

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1763705017032/21512090 conform SIA RSAP M-Tender						
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici « Servicii de verificări periodice și metrologice (3) »						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnic deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Etalonare cântar de laborator (BJKT-500r-M)	Etalonare	MDA	CMAC	Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.	ACFN (Balanță de laborator cu brațe egale, cu cadran, de torsiune)	Certificat de acreditare / desemnare
2. Ajustare & etalonare cântar de laborator (ATZ2200, AXIS)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (clasa I, II, pentru fiecare interval de măsurare) Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (Ajustare)	Certificat de acreditare / desemnare
3. Verificare metrologică cântar pentru pacienți (S7200EU, Fazzini)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (până la 500 kg inclusiv)	Certificat de acreditare / desemnare
4. Verificare metrologică pH-metru (pH-150M)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.	pH-metru	Certificat de acreditare / desemnare
5. Etalonare greutate (50 grame). Clasa 4	Etalonare	MDA	CMAC	Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.	Greutate clasa M1 (cat. IV), M2, M3 până la 500 g, pentru o unitate	Certificat de acreditare / desemnare
6. Etalonare greutate (100 grame) Clasa 4	Etalonare	MDA	CMAC	Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.	Greutate clasa M1 (cat. IV), M2, M3 până la 500 g, pentru o	Certificat de acreditare / desemnare

				nr.19 din 04.03.2016.	unitate	
7. Etalonare greutate (200 grame) Clasa 4	Etalonare	MDA	CMAC	Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.	Greutate clasa M1 (cat. IV), M2, M3 pînă la 500 g, pentru o unitate	Certificat de acreditare / desemnare

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Dorin ȘERBAN** În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **Î.S. ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”** Adresa: **mun. Chișinău, str. E. Coca, 28**