

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1764167463427
Obiectul achiziției: “Piese de schimb pentru stația de oxigen nr.3 și diverse piese și accesorii pentru CT64 și Opescope Acteno necesare în regim urgent”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Injector CT cu două seringi LOT 9	Imastar CDP	China	Antmed	Descriere: Sistem automat pentru injectarea substanței de contrast, cu două seringi, utilizat în complex cu tomografele computerizate, pentru efectuarea investigațiilor TC cu administrare de contrast. Tip: Injector cu 2 seringi pentru injectarea substanței de contrast și a soluției fiziologice, montat pe suport/troliu cu roțile cu frână. Compatibil cu tomograful computerizat Siemens SOMATOM Definition AS și Siemens SOMATOM Sensation 64. Tip control: manual de la bordul injectorului și automat de la distanță de pe consola instalată în camera operatorului. Posibilitate injectare simultană a substanței de contrast și a soluției fiziologice. Volum seringi utilizate: 200 ml pentru fiecare canal/soluție. Rata de injectare: setabilă în domeniul 0,1 – 10 ml/s. Volum de injectare: setabil în domeniul 1 – 200 ml. Limită presiune: 325 PSI. Număr faze programabile într-un singur protocol: minim 6. Dotat cu sistem de încălzire/menținere temperatură a substanței injectabile. Dotat cu suport pentru perfuzii. Dotat cu system de alarme vizuale și sonore. Măsurile de siguranță: Oprirea	Descriere: Sistem automat pentru injectarea substanței de contrast, cu două seringi, utilizat în complex cu tomografele computerizate, pentru efectuarea investigațiilor TC cu administrare de contrast - DA Tip: Injector cu 2 seringi pentru injectarea substanței de contrast și a soluției fiziologice, montat pe suport/troliu cu roțile cu frână. – DA, Dual Head Flexibility, Brosura ImaStar CT Dual injector.pdf - pagina 2 (dual head flexibility);Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 44 (Syringe specifications) Compatibil cu tomograful computerizat Siemens SOMATOM Definition AS și Siemens SOMATOM Sensation 64 - DA Volum seringi utilizate: 200 ml pentru fiecare canal/soluție, Volum de injectare: setabil în domeniul 1 – 200 ml – DA, 200 mL (Syringe volume 200 ml), Brosura ImaStar CT Dual injector.pdf - pagina 1 (Specifications);Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 44 (Syringe specifications) Rata de injectare: setabilă în domeniul 0,1 – 10 ml/s. – DA, 0.1-10 ml/s (Flow rate (configurable) 0.1 -10ml/s, in increments of 0.1 ml/s), Brosura ImaStar CT Dual injector.pdf - pagina 1 (Specifications);Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 44 (Injection specifications)	DM 0003658 70

				automata a injecției la depistarea aerului în sistem. Cap de injectare cu 2 poziții : sus- jos, ce permite injectarea doar în poziția jos.Tensiune alimentare 210 – 240 V/50 Hz. Accesorii obligatorii: -Set seringi sterile, jetabile, de 200 ml cite 2 buc în set. Compatibile cu sistemul oferit: min. 50 seturi -Set complet de consumabile necesar pentru injectare (de ex. Prelungitor, conectoare etc): min 50 seturi. Termen de garanție: minim 24 luni din data punerii în funcțiune. Agentul economic va asigura instalarea dispozitivului și conectarea acestuia la tomograful computerizat existent în instituție. Agentul economic va asigura instruirea personalului privind utilizarea dispozitivului. Pe perioada de garanție agentul economic va asigura efectuarea mentenanței dispozitivului	Limită presiune: 325 PSI – DA, Maxim 325 psi (Presetabila), Brosura ImaStar CT Dual injector.pdf - pagina 1(Specifications);Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 7 (Pressure Limit Safety), pagina 44 (Injection specifications) Număr faze programabile într-un singur protocol: minim 6 - DA, 2000, Brosura ImaStar CT Dual injector.pdf - pagina 2;Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pag. 20/55 (Multi-Phase Programming), pagina 44 (storage capacity) Dotat cu suport pentru perfuzii – DA, opțiune inclusă - Brosura ImaStar CT Dual injector.pdf – pag. 2/2 (Optional IV pole) Dotat cu system de alarme vizuale și sonore – DA, pag. 13/55, 43/55 Manualul de operare ImaStar CDP.pdf Măsuri de siguranță: Oprirea automata a injecției la depistarea aerului în sistem – DA, pag. 08/55 Manualul de operare ImaStar CDP.pdf Cap de injectare cu 2 poziții : sus- jos, ce permite injectarea doar în poziția jos. – DA, pag. 16/55, 23/55 Manualul de operare ImaStar CDP.pdf Tensiune alimentare 210 – 240 V/50 Hz – DA, pag. 45/55 Manualul de operare ImaStar CDP.pdf Accesorii obligatorii: -Set seringi sterile, jetabile, de 200 ml cite 2 buc în set. Compatibile cu sistemul oferit: min. 50 seturi -Set complet de consumabile necesar pentru injectare (de ex. Prelungitor, conectoare etc): min 50 seturi. Da, Set seringi sterile, jetabile, de 200 ml cite 2 buc în set. Compatibile cu sistemul oferit: min. 50 seturi -Set complet de consumabile necesar pentru injectare (de ex. Prelungitor, conectoare etc): min 50 seturi.Antmed CT Dual syringe order code 100107 Termen de garanție: minim 24 luni din data punerii în funcțiune – DA, declaratie depusa	
--	--	--	--	--	--	--

					Agentul economic va asigura instalarea dispozitivului și conectarea acestuia la tomograful computerizat existent în instituție - DA, declaratie depusa Agentul economic va asigura instruirea personalului privind utilizarea dispozitivului - DA, declaratie depusa Pe perioada de garanție agentul economic va asigura efectuarea mentenanței dispozitivului - DA, declaratie depusa	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)