



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,  
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-1862 din "28" 06 2022

**OE participanți la procedura de achiziție**  
**Beneficiari**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centruului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1639072856218 privind *Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2022* din 09.12.2021, Vă comunică decizia din 28.06.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr Lot	cod	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Canitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	MODEL/Procurător/Tara de origine	Operatorul Economic
1	1.1-562	Implante Instrumentatie	Conector lateral	buc	8	2800,00	2800,00	22 400,00	22 400,00	TDD-2210/Triaspine/Turcia	ORTOFI X
	18	pediculară lombara	pentru 2 tije in plan paralel.								
1	1.2-562	Implante Instrumentatie	Conector lateral	buc	4	2500,00	2500	10 000,00	10 000,00	TLC-1110/Triaspine/Turcia	ORTOFI X
	18	pediculară lombara	sacro-iliac								

1	1.3-562	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar	buc	8	3000,00	3000,00	24 000,00	24 000,00	TT-00XX/Triaspine/Turcia	ORTOFI X
1	1.4-562	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Tija longitudina la toraco-lombara 200mm Ti	buc	20	1000,00	1000,00	20 000,00	20 000,00	TR-0200/Triaspine/Turcia	ORTOFI X
1	1.5-562	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Tija longitudina la toraco-lombara 100mm Ti	buc	6	600,00	600,00	3 600,00	3 600,00	TR-0100/Triaspine/Turcia	ORTOFI X
1	1.6-562	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Tija longitudina la toraco-lombara 150mm Ti	buc	30	800,00	800,00	24 000,00	24 000,00	TR-0160/Triaspine/Turcia	ORTOFI X
1	1.7-562	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Tija longitudina la toraco-lombara 400mm Ti	buc	4	2100,00	2100,00	8 400,00	8 400,00	TR-0400/Triaspine/Turcia	ORTOFI X
1	1.8-562	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Tija longitudina la toraco-lombara 120mm Ti	buc	20	700,00	700,00	14 000,00	14 000,00	TR-0120/Triaspine/Turcia	ORTOFI X

1	1.9-562 18	Implante Instrumentatie pediculară lombara	spinale. toraco- lombara	Tija longitudina la toraco- lombara 200mm CoCr	buc	4	1200,00	1200,00	4 800,00	4 800,00	TVR-0200/Triaspine/Turcia	ORTOFI X
1	1.10-562 18	Implante Instrumentatie pediculară lombara	spinale. toraco- lombara	Tija longitudina la toraco- lombara 400mm CoCr	buc	8	3000,00	3000,00	24 000,00	24 000,00	TVR-0400/Triaspine/Turcia	ORTOFI X
1	1.11-562 18	Implante Instrumentatie pediculară lombara	spinale. toraco- lombara	Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasambla t cu piulita de blocare	buc	25	2200,00	2200,00	55 000,00	55 000,00	TLM0XXX/Triaspine/Turcia	ORTOFI X
1	1.12-562 18	Implante Instrumentatie pediculară lombara	spinale. toraco- lombara	Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasambla t cu piulita de blocare	buc	70	2200,00	2200,00	154 000,00	154 000,00	TL-0XXX/Triaspine/Turcia	ORTOFI X
1	1.13-562 18	Implante Instrumentatie pediculară lombara	spinale. toraco- lombara	Surub pedicular poliaxial tip cimentat preasambla t cu piulita	buc	20	3200,00	3200,00	64 000,00	64 000,00	TC-0XXX/Triaspine/Turcia	ORTOFI X

			de blocare si conector pentru introducerea cimentului																
1	1.14	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Surub sacro-iliac poliaxial preasamblat cu piuita de blocare	buc	2	2300,00	2300,00	4 600,00	4 600,00	TI-0XXXX/Triaspine/Turcia	ORTOFI X								
1	1.15	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Set de instrumente Instrumentatie pediculara toraco-lombara	set	2	0,00	0,00	0,00	0,00	PS SET/Triaspine/Turcia	ORTOFI X								
1	1.16	Implante spinale. Instrumentatie pediculară toraco-lombara	Set de instrumente Instrumentatie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformitatilor prim	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	PS SET/Triaspine/Turcia	ORTOFI X								

			derotatie vertebrala directa																		
1	1.17	Implante Instrumentatie pediculară toraco- lombara	spinale.	Set pentru taierea tijei	set	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PS SET/Triaspine/Turcia	ORTOFI X
	562																				
	18																				
1	1.18	Implante Instrumentatie pediculară toraco- lombara	spinale.	Set pentru osteotomie vertebrala	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PS SET/Triaspine/Turcia	ORTOFI X
	-																				
	562																				
	18																				
2	2.1-	Implante Cusca fuziunea intersomatică cervicală ACIF	spinale. pentru	Cusca ACIF	buc	4	6600,00	6600,00	0	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	LX-03XXX /Triaspine/Turcia	ORTOFI X
	562																				
	18																				
2	2.2-	Implante Cusca fuziunea intersomatică cervicală ACIF	spinale. pentru	Set de instrumente	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ACIF SET/Triaspine/Turcia	ORTOFI X
	562																				
	18																				
3	3.1-	Implante Cusca fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF	spinale. pentru	Cusca TLIF	buc	20	6654,00	6654,00	0	133 080,00	133 080,00	133 080,00	133 080,00	133 080,00	133 080,00	133 080,00	133 080,00	133 080,00	133 080,00	3D-Ti TLIF INTERVERTEBRAL CAGE 3,6931,007- 3,6931,015 3,6932,007- 3,6932,015/CHM/Polonia	GBG- MLD SRL
	562																				
	18																				

3	3.2-562 18	Implante spinale. pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF	Set de instrumente	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INSTRUMENT SET FOR TLIF PEEK CAGES 15,0904,101/CHM/Polonia	GBG-MLD SRL
4	4-562 18	Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare	Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplaste si augmentarea suruburilor pediculare	buc	6	2000,00 0	2000	2400,0 0	20 000,00	12000,00	01-0310/Osartis, AAP/Germania	ORTOFI X	
5	5-562 18	Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare	Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA. Pentru vertebroplaste si augmentarea suruburilor pediculare	buc	10	2000	2400,0 0	20 000,00	20000,00	01-0310/Osartis, AAP/Germania	ORTOFI X		

6	6-562 18	Set de biopsie si vertebroplastie	Sistem pentru vertebroplastia si prelevarea intraoperat a biopsiei vertebrale	buc	20	2000,00	2 400,00	40 000,00	48 000,00	1147-1****, 6***/Pajunk/Germani	1147-	ORTOFI X
7	7.1-562 18	Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara	Placa cervicala anterioara	buc	2	1450,00	1450,0 0	2900,00	2900,00	AERO SPINE ANTERIOR CERVICAL PLATE/Aero Medikal /Turcia		DataCon trol SRL
7	7.2-562 18	Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara	Suruburi cervicale anterioare	buc	10	190,00	190,00	1900,00	1900,00	ANTERIOR CERVICAL PLATE SCREW/Aero Medikal /Turcia		DataCon trol SRL
7	7.3-562 18	Implante spinale. Instrumentatie cervicala anterioara	Set de instrumente	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	ANTERIOR CERVICAL PLATE Instrument Set/Aero Medikal /Turcia		DataCon trol SRL
9	9.1-562 18	Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF	Cusca ALIF	buc	30	42950,0 0	42950, 00	1288500, 00	1288500, 00	SCA-LS-*** SCA-LM- ** SCA-LL- **/Spineart/Elvetia		ORTOFI X
9	9.2-562 18	Implante spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF	Set de instrumente	set	1	0,0000	0,0000	0,00	0,00	ALIF set/Spineart/Elvetia		ORTOFI X

10	10.1	Implante spinale. Instrumentatie posteroara pentru corectia diformitatilor adolescentilor	Surub pedicular monoaxial preasambla t cu piulita de blocare	buc	20	3800,00	3800,00	0	76000,00	76000,00	ELL-MS- ***/Spineart/Elvetia	ORTOFI	X
10	10.2	Implante spinale. Instrumentatie posteroara pentru corectia diformitatilor adolescentilor	Surub pedicular poliaxial preasambla t cu piulita de blocare	buc	10	3800,00	3800,00	0	38000,00	38000,00	ELL-PS- ***/Spineart/Elvetia	ORTOFI	X
10	10.3	Implante spinale. Instrumentatie posteroara pentru corectia diformitatilor adolescentilor	Surub iliac poliaxial preasambla t cu piulita de blocare	buc	2	3800,00	3800,00	0	7600,00	7600,00	ELL-PS- ***/Spineart/Elvetia	ORTOFI	X
10	10.4	Implante spinale. Instrumentatie posteroara pentru corectia diformitatilor adolescentilor	Tija longitudina la toraco- lombara 500mm Ti	buc	2	4000,00	4000,00	0	8000,00	8000,00	ELL-RD 25 S/Spineart/Elvetia	ORTOFI	X
10	10.5	Implante spinale. Instrumentatie posteroara pentru corectia diformitatilor adolescentilor	Tija longitudina la toraco- lombara 500mm CoCr	buc	4	6000,00	6000,00	0	24000,00	24000,00	ELL-RD-15-00 /Spineart/Elvetia	ORTOFI	X



10	10.6	Implante spinale. Instrumentatie posteroara pentru corectia diformitatilor adolescentilor	Set de instrumente Instrument atie pediculara toraco- lombara pentru corectia deformatiil or prin derotate vertebrala directa	set	1	0,0000	0,0000	0,00	0,00	Romeo/Ro set/Spinart/Elvetia	meo	2	ORTOFI X
	- 562 18												
11	11.1	Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito- cervico-toraco- lombara	Implant pentru efectuarea fuziunii articulatiei sacroliice prin tehnica percutana miniinvazi va laterala.	buc	40	31990,0 0	31990, 00	1279600, 00	1279600, 00	142-07XX/Deltacor /Germania			ORTOFI X
	- 562 18												
11	11.2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito- cervico-toraco- lombara	Implant pentru efectuarea fuziunii articulatiei sacroliice prin tehnica	buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00	set/Deltacor/Germania			ORTOFI X

			percutana miniinvazi va laterala.															
12	12.1	Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito- cervico-toraco- lombara	Cross-link ajustabil poliaxial toraco- lombar	buc	14	1500,00	1	500,00	21 000,00	21 000,00	CLCxx/TB/Mikron/Turcia	ORTOFI X						
	-	562																
	18																	
12	12.2	Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito- cervico-toraco- lombara	Tija longitudina la toraco- lombara 400mm Ti	buc	20	1500,00	1	500,00	30 000,00	30 000,00	Ti SR1640/Mikron/Turcia	ORTOFI X						
	-	562																
	18																	
12	12.3	Implante spinale. Instrumentatii e pedicularăoccipito- cervico-toraco- lombară	Conector Cros -link	buc	12	1450,00	1450,0	0	17400,00	17400,00	TLxxx/Mikron/Turcia	ORTOFI X						
	-	562																
	18																	
12	12.4	Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito- cervico-toraco- lombara	Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasambla t cu piulita de blocare	buc	109	1650,00	1650,0	0	179850,0	179850,0	MSFXPPRPxxx/Mikron/Turci a	ORTOFI X						
	-	562																
	18																	
12	12.5	Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito- lombara	Set de de instrumente Instrument	buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Derotation sev/Mikron/Turcia	ORTOFI X						
	-	562																
	18																	

		cervico-toraco-lombara	atie pediculara toraco-lombara pentru corectia deformatiilor prin derotatie vertebrala directa																		
12	12.6	Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara	Set pentru taierea tijei	set	2	0,0000	0,0000	0,00	0,00	rod cutter/Mikron/Turcia		ORTOFI X									
12	12.7	Implante spinale. Instrumentatie pediculară occipito-cervico-toraco-lombara	Set pentru osteotomie vertebrala	set	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Osteotomy set/Normmed/Turcia		ORTOFI X									
13	13.1	Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea - 562 15-20mm Lungimea 320-340mm	Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea - 15-20mm Lungimea 320-340mm	buc	5	26712,0000	26712	133560,0000	133560,0000	Biotech Pectus Bar 18-45 mm 113-7100-0000 Biotech STABILIZER PL.STRAIGHT LONG 113-8010-0000 Biotech STABILIZER PL.STRAIGHT FIXED 113-8030-0000 Material Stainless Steel 316LVM/Biotech /Germania		DataCon trol SRL									
13	13.2	Set de instrumente.	Set de instrumente	buc	1	0,0000	0	0,0000	0,0000	Instrument set/Biotech /Germania		DataCon trol SRL									

562 18																				
14 562 18	Șurub multi-axial transpedicular cervical	Șurub multi-axial transpedicular cervical	buc	20	2173,60	2 608,32	43472,00	52166,40	6958712,6958714,6958716,6958718,6958720,6958722,6958724,6958812,6958814,6958816,6958818,6958820,6958822,6958824,6958826,6958830,6958832,6958834,6958838,6958840,6958826PT,6958828PT,6958830PT,6958832PT,6958834PT,69588924,6958926,6958928,6958930,6958932,6958934 una la alegere	Șurub multi-axial transpedicular cervical - Vertex Max/ Medtronic/SUA										
16 562 18	Set pentru kypoplastie/vertebroplastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a	Ac pentru acces osos transpendicular	buc	10	752,40	902,88	7524,00	9028,80	A02A NEEDLE A02A 11 GAUGE/ Medtronic/SUA											Oxivit med

		construcțiilor din titan																
16	16.2	Set pentru kyphoplastie/vertebro plastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan	Cartuș jetabil pentru aplicarea lentă, manuală a cimentului vertebral semi-vîscos	buc	20	3385,80	4 062,96	67 716,00	81 259,20	CC02A CEMENT CARTRIDGES CC02A CDS/ Medtronic/SUA	Oxivit med							
16	16.3	Set pentru kyphoplastie/vertebro plastie în caz de fracturi, tumori, hemangioame vertebrale sau augmentarea combinată a construcțiilor din titan	Sistem semi-automat de livrare a cimentului prin troacarele vertebrale	buc	8	8151,00	9781,2 0	65208,00	78249,60	CDS3A CEMENT GUN AND BONE FILLER CDS3A SIZE 3/ Medtronic/SUA	Oxivit med							
17	17-562 18	Implant din collagen pentru reparația învelișului dur al în cadrul operațiilor cerebrale și spinale	Implant din collagen pentru reparația învelișului dur al în cadrul operațiilor	buc	3	9091,50 0	10 909,80	27 274,50	32 729,40	61100 Durepair Dura Regeneration Matrix, 2" x 2" (5cm x 5cm)/ Medtronic/SUA	Oxivit med							

			cerebrale și spinale																
18	18.1	Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene	Placă din titan pentru protezarea defectelor oaselor bolții craniene	buc	3	5000,00	5000	15 000	15000	TM01-150150/ Gemmed Medical	China/ Gemmed	SOGNO							
	- 562 18																		
18	18.2	Șuruburi din titan pentru fixarea placilor din titan	Șuruburi din titan pentru fixarea placilor din titan	buc	30	250,00	250,00	7 500	7500	F1.5x5/ Medical	China/ Gemmed	SOGNO							
	- 562 18																		
19	19.1	Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan	Placi din titan pentru acoperirea găurilor de trepan	buc	10	600,00	600	6000	6000	C2005 C2006/ Medical	China/ Gemmed	SOGNO							
	- 562 18																		
19	19.2	Șuruburi din titan pentru fixarea placilor din titan	Șuruburi din titan pentru fixarea placilor din titan	buc	50	250,00	250,00	12 500,00	12 500,00	F1.5x5/ Medical	China/ Gemmed	SOGNO							
	- 562 18																		

20	20-562	18	Spongie tamponadă postoperatorie a cavității nazale	Spongie pentru tamponadă postoperatorie a cavității nazale	buc	50	263,34	316,01	13 167,00	15 800,50	440402/440406/440410 (una la alegere) Meroce/Medtronic/SUA	Oxivit med
21	21-562	18	Gelfoam	Gelfoam	buc	20	6098,40	7318,0	21968,00	146361,6	Seal foam/ Fioseal la alegere/Starchmedical/ Baxter/ SUA	SRL Biosiste m mld
22	22-562	18	Hidrogel emetizant absorabil pentru învelișul dural	Hidrogel emetizant absorabil pentru învelișul dural	buc	20	8514,00	10216,80	170280,0	204336,0	DSD5005/Integralife/SUA	Denolga Medical
23	23-562	18	Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidului cefalorahidian	Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidului cefalorahidian	buc	5	4500,00	860,00	22 500,00	24 300,00	06418 + 06128/ Taiwan/ Wellong	SOGNO
24	24-562	18	Capșator chirurgical de piele (stapler)	Capșator chirurgical de piele (stapler)	buc	200	62,0000	74,400	12400,00	14880,00	RYPF-35W/JRMIT Co., Ltd/China	MED-M
26	26-562	18	Șunt peritoneal ventriculo-	Șunt ventriculo-peritoneal	buc	3	6900,00	6900,0	20700,00	20700,00	SM1B-M BO19-10 B905S/ Franta/ Sophysa	+ SOGNO

29	29-562 18	Proteina morfogenetică osoasa recombinată	Proteina morfogenetică osoasa recombinată	buc	1	31350,00	37620,00	31350,00	37620,00	7510200 BONE GRAFT KIT 7510200 INFUSE SMALL/Medtronic/SUA	Oxivit med
33	33-562 18	Consumabile pentru interventii chirurgicale la coloana vertebrala in cazul tumorilor vertebrale si fracturilor patologice vertebrale	Ciment radio-opac de viscozitate inalta	Buc	40	1900,00	2280,00	76000,00	91200,00	1310/Osartis/Germania	ORTOFI X
35	35.1 - 562 18	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Cusca ACIF	buc	5	6600,00	6600,00	33000,00	33000,00	LX-03XXX/Triaspine/Turcia	ORTOFI X
35	35.2 - 562 18	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Set de instrumente	set	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	ACIF SET/Triaspine/Turcia	ORTOFI X
36	36.1 - 562 18	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare	buc	40	1500,00	1500,00	60000,00	60000,00	MSFXPPMRxxxxx/Mikron/Turcia	ORTOFI X



36	32.2	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasblat cu piulita de blocare	buc	100	1500,00	1500,00	150000,00	150000,00	MSFX PPRPxxxx//Mikron/Turcia	-	ORTOFI X
36	36.3	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Set de instrumente Instrumentatie pediculara toraco-lombara	set	2	0,00	0,00	0,00	0,00	PS set/Micron/Turcia		ORTOFI X
36	36.4	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasblat cu piulita de blocare	buc	40	2280,00	2280,00	91200,00	91200,00	CHARSPINE2 MONOAXIAL REDUCTION SCREW +Locking screw 3,6162,535-3,6166,550+3,6160,000/CHM/Polonia		GBG-MLD SRL
36	36.5	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasblat cu piulita de blocare	buc	100	2592,00	2592,00	259200,00	259200,00	CHARSPINE2 POLYAXIAL REDUCTION SCREW + Locking screw 3,6178,535-3,6183,550+3,6160,000/CHM/Polonia		GBG-MLD SRL
36	36.6	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Set de instrumente	set	2	0,00	0,00	0,00	0,00	INSTRUMENT SET FOR CHARSPINE2		GBG-MLD SRL

	562 18		Instrument atie pediculara toraco- lombara													STABILIZER - BASIC 15,0907,011/CHM/Polonia	
37	37.1 - 562 18	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Tija toracolomb ara 100mm Ti	buc	10	500,00	500,00	5000,00	5000,00							Ti SR1610/Micron/Turcia	ORTOFI X
37	37.2 - 562 18	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Tija toracolomb ara 150mm Ti	buc	10	600,00	600,00	6000,00	6000							Ti SR1615/Micron/Turcia	ORTOFI X
37	37.3 - 562 18	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Tija toracolomb ara 200mm Ti	buc	20	700,00	700,00	14000,00	14000,00							Ti SR1620/Micron/Turcia	ORTOFI X
37	37.4 - 562 18	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Tija toracolomb ara 200mm CoCr	buc	4	1300,00	1300	5200,00	5200,00							CoCrSR1620/Mikron/Turcia	ORTOFI X
37	37.5 - 562 18	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Set pentru taierea tije	set	2	0,00	0,00	0,00	0,00							rod cutter/Mikron/Turcia	ORTOFI X
38	38.1 - 562 18	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Cusca TLIF	buc	10	5820,00	5820,00	58200,00	58200,00							TLIF INTERVERTEBRAL CAGE 8,4552,007- 8,4552,015/CHM/Polonia	PEEK GBG- MLD SRL

38	38.2	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Set de instrumente	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INSTRUMENT TLIF PEEK CAGES 15,0904,101/CHM/Polonia	SET FOR	GBG-MILD SRL
38	38.3	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Cusca TLIF	buc	10	6800,00	6800,00	68000,00	68000,00	LX-77-XXX xxx/Triaspine/Turcia	LX-07	ORTOFI	
38	38.4	Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale	Set de instrumente	set	1	0,00	0,00	0,00	0,00	tif set/Triaspine/Turcia		ORTOFI	
	562											X	
	18												

#### Oferanții respinși/descalificați:

##### Lotul 1 Implantate spinale. Instrumentate pediculară toraco-lombara

- Oferta operatorului economic SRL Biosistem mld se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

**Cross-link ajustabil poliaxial toraco-lombar**, nu corespunde, s-a solicitat 30-70mm fixare pe țija, s-a oferit Cross connector oferat 40-60mm.

**Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulița de blocare**, nu corespunde, s-a solicitat 5.5mm lungimea 25-55mm, in catalog exista numai 35-50mm, s-a solicitat 6.5mm lungimea 25-55mm, în catalog exista numai 35-50mm.

**Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulița de blocare**, nu corespunde, s-a solicitat șurub poliaxial cu brat lung –s-a oferat surub monoaxial (conform numarului de referinta).

**Surub sacro-iliac poliaxial preasamblat cu piulița de blocare**, nu corespunde, s-a solicitat suruburi poliaxiale cu diametru 7.5mm, 8.0mm lungimi între de la 60mm pana la 100mm, oferat MSFX-PAS70-- surub poliaxial cu diametru 7.0mm lungimi existente in catalog sunt de la 35mm pana la 60mm.

##### Lotul 3 Implantate spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară transforaminala TLIF

- Oferta operatorului economic SRL Biosistem mld se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat material Titan, se oferă PEEK.

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: în formularul specificației tehnice nu a fost indicat producătorul bunului oferat.

##### Lotul 5 Ciment radiopac de viscozitate inalta PMMA.Pentru vertebroplastie si augmentarea suruburilor pediculare

- Oferta operatorului economic SRL Biosistem mld se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: În catalog pentru Mikron Makina nu se regăsește ciment, lipsește codul în ofertă.

### **Lotul 8 Implantate spinale. Cilindru din plasa pentru protezare corpului vertebral.**

- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde, lungimea solicitată 40-100mm lungimea oferită 7-88mm.
- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: în formularul specificației tehnice nu a fost indicat producătorul bunului oferat.
- Oferta operatorului economic **ORTOFIX** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde, lungimea ceruta 40-100mm cu cea oferita 20-50mm si diametru limitat 10-24mm, dar a fost cerut 10-28mm.

### **Lotul 9 Implantate spinale. Cusca pentru fuziunea intersomatică lombară anterioara ALIF**

- Oferta operatorului economic **SRL Endo-Chirurgie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde. Se cere cage ALIF cu fixare suruburi, se ofera cage ALIF simplu fara fixare.
- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde. Se cere cage ALIF din material titan poros cu suprafața osteointegrativa ingrowth, oferat material PEEK, neosteointegrativ.

### **Lotul 10 Implantate spinale. Instrumentatie posterioara pentru corectia diformitatilor adolescentilor**

- Oferta operatorului economic **SRL Biosistem mld** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
  - **Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare** - În catalog nu se regăsește codul din ofertă (MSFX-MPPS35-80 ) dar MSFX-PPS35.
  - **Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare** Nu corespunde. Nu se regesec in catalog, solicitate lungimi 25-60mm, oferate pentru diferite diametre 25-45, 25-55, 30-55, 35-55mm, solicitat surub steril, oferat nesteril.
  - **Surub iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare** Nu corespunde. Solicitate diametre 7.0, 8.0mm sau 6.5-7.5-8.5mm cu lungimi de la 60mm pana la 110mm, oferate diametre 6.0mm, 7.0 mm lungimi de la 35mm pana la 55mm.
  - **Tija longitudinala toraco-lombara 500mm Ti** Nu corespunde. Solicitate sterile, oferate nesterile.
  - **Tija longitudinala toraco-lombara 500mm CoCr** Nu corespunde. Solicitate sterile, oferate nesterile
  - Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
    - **Surub pedicular monoaxial preasamblat cu piulita de blocare** Nu corespunde. Solicitate suruburi pentru tija 5.0-5.5 mm, oferate suruburi pentru tija 6.0mm
    - **Surub pedicular poliaxial preasamblat cu piulita de blocare** Nu corespunde. Solicitate suruburi pentru tija 5.0-5.5 mm, oferate suruburi pentru tija 6.0mm
    - **Surub iliac poliaxial preasamblat cu piulita de blocare** Nu corespunde. Solicitat surub iliac poliaxial, cu diametrele 6-7-8mm, sau 6.5-7.5-8.5mm si lungimi de la 60 pana la 110mm, oferat suruburile pediculare uniplanare cu diametrele 6.0(lungimi 25-65) -6.5(lungimi 25-65) -7.5(lungimi 25-90).

### **Lotul 13 Pectus Bar Stabilizer Universal, Lățimea - 15-20mm Lungimea 320-340mm**

- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume: nu a fost prezentată mostra.

#### **Lotul 30 Sistem transpediculara**

- Oferta operatorului economic **ORTOFIX** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat 4 suruburi transpediculare poliaxiale și 2 bare longitudinale, oferit codul 75111 doar pentru suruburi transpediculare poliaxiale. Nu sa oferit codul pentru bare longitudinale. Lipsa codului face imposibilă evaluarea din punct de vedere tehnic.

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat- Demisiunile barii - lungimea barei 170 mm și 5,5mm Ø, oferit - Demisiunile barii - lungimea barei 50-500 mm și 6,0 mm Ø.

- Ofertele operatorilor economici **DataControl SRL, GBG-MLD SRL** se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

#### **Lotul 31 Sistem vertebroplastie**

- Oferta operatorului economic **ORTOFIX** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Dimensiunile troacar spinal 4,0 Ø, lungimea 150 mm, oferit Dimisiunile troacar spinal 2,4 mm, lungimea 100 mm, Dimisiunile troacar spinal 3,0 mm, lungimea 100 mm, Dimisiunile troacar spinal 3,0 mm, lungimea 150 mm, Dimisiunile troacar spinal 4,0 mm, lungimea 100 mm.

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: solicitat Dimisiunile troacar spinal 4,0 Ø, oferit Dimisiunile troacar spinal 3,0 Ø.

#### **Lotul 34 Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrala in cazul tumorilor vertebrale si fracturilor patologice vertebrale**

- Oferta operatorului economic **ORTOFIX** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

#### **Lotul 35 Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale**

- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde. Nu contine dispozitiv pentru fixarea cageului in corpurile adiacente (suruburi sau lama rotanta).

#### **Lotul 36 Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale**

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: **Surub pedicular monoaxial cu brat lung presamblat cu piulița de blocare**, Nu corespunde. Catalogul oferit nu este într-o limba de circulație internațională (Engleza-Rusa), iar dimensiunile suruburilor și codurile produselor nu sunt lizibile. Nu este clar cu țija de care dimensiuni este compatibil. Nu este specificat materialul din care sunt confecționate implanturile spinale.

**Surub pedicular poliaxial cu brat lung presamblat cu piulița de blocare** Nu corespunde. Catalogul oferit nu este într-o limba de circulație internațională (Engleza-Rusa), iar dimensiunile suruburilor și codurile produselor nu sunt lizibile. Nu este clar cu țija de care dimensiuni este compatibil. Nu este specificat materialul din care sunt confecționate implanturile spinale.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde: **Surub pedicular monoaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare** Nu corespunde. Dimensiunile oferite (5.5-7.5) nu corespund caietului de sarcini (4.5-6.5), **Surub pedicular poliaxial cu brat lung preasamblat cu piulita de blocare** Nu corespunde. Dimensiunile oferite (5.5-7.5) nu corespund caietului de sarcini (4.5-7.5).

**Lotul 39 Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale**

- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde, lungimea ceruta 40-100mm cu cea oferita 7-88mm.

- Oferta operatorului economic **ORTOFIX** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde, lungimea ceruta 40-100mm si diametru limitat 10-24mm, dar a fost cerut 10-28mm.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire:

**Lotul 8 Implantate spinale. Cilindru din plasa pentru protezare corpului vertebral.**

**Lotul 30 Sistem transpediculara**

**Lotul 31 Sistem vertebroplastie**

**Lotul 39 Implanturi și consumabile spinale neurochirurgicale**

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

**Lotul 34 Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrala in cazul tumorilor vertebrale si fracturilor patologice vertebrale**

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

**Lotul 15 Sistem de drenaj continuu a cavității toracale**

**Lotul 25 Sistem de drenaj ventricular extern și monitoring a presiunii intracraniene**

**Lotul 27 Set cateter lombar cu sistem de colectare a lichidului cefalo-rahidian**

**Lotul 28 Placă de reper (fiducial) pentru înregistrarea coordonatelor de reper imagistic intraoperator**

**Lotul 32 Consumabile pentru intervenții chirurgicale la coloana vertebrala in cazul tumorilor vertebrale si fracturilor patologice vertebrale**

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția în regim de urgență o nouă procedură de achiziție publică.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare.

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de **12.07.2022**, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

**Președintele grupului de lucru**

**Gheorghe GORCEAG**

Ex. Irina Arvinte/Tel. 022 222 364