

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "01" aprilie 2020

Alternativa Nr.: Nu se oferă

Către: IMSP SR Telenesti

[numele deplin al autorității contractante]

IM „Vivamed Internațional” SRL declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. - nu au avut loc.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

- b) **IM „Vivamed Internațional” SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri : **Achiziționarea aparatului radiologic digital mobil**

- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

2 393 090,00 lei MD.

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA 4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA 5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, **IM „Vivamed Internațional” SRL** angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Valeriu Beregoi

În calitate de: Director

Ofertantul: IM „Vivamed Internațional” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod, 7

Data: "01" aprilie 2020



	Data: 01 aprilie 2019	Alternativa : Nu se oferă
		Pagina:1 din 1

Specificații Tehnice (F4.1)

Numarul LP: 21020432

Denumirea Autorității Contractante:IMSP SR Telenesti

Denumirea LP:"Achiziționarea aparatului radiologic mobil complet digital "

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de Referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Aparatul radiologic mobil complet digital	Mobilet Elara Max	Germania	Siemens	Conform anexei Nr.1	Vezi anexa atasata de Vivamed International SRL privind specificatiile tehnice	CE,ISO



Numele, prenumele: Beregoi Valeriu

În calitate de: Director

Ofertantul: IM "Vivamed International" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod, 7

Vivamed International prezentă
Aparat radiologic Mobil Mobicel Elara Max
Fabricat de firma Siemens Germania

Aparat radiologic mobil			
1	Caracteristici generale:		
1.1	Mișcarea asistată de motor activată de la mânerul principal		Da
1.2	Capabil să conducă sistemul la o înclinare de cel puțin 5 °		7°
1.3	Reglarea lentă a vitezei pentru o manevră mai precisă		Da
1.4	Să poată atinge viteze de până la 5 km / h		1,2-1,5m/sec
1.5	Sistemul trebuie să fie deplasabil chiar și fără ajutorul motorului		Da
1.6	Înterupător de lumină colimator disponibil și de la panoul de control		Da
1.7	Cablul de alimentare automată cu cablu de 3m pentru conectarea la orice priză cu împământare		4m
1.8	O cheie standard pentru acces securizat la sistem.		Da
1.9	Posibilitatea de a bloca sistemul fara al deconecta de la sursa.		Da
1.10	Display color Touchscreen, mini 17inch		Da 17”
1.11	Capacitate de stocare de peste 9.000 de imagini		10000
1.12	Expunerile ar trebui să fie posibile în timp ce sistemul este conectat la priza de alimentare.		Da
2	Caracteristici Generator:		
2.1	Puterea	Minim 32kW	35 la 96 KV
2.2	gama kV	de la 40kV la 150kV	40-133 kV
2.3	Gama mAs	Cel puțin o gamă de 0,4mAs la 350mAs	0.32 - 360 mAs
2.4	Cel mai scurt timp de expunere	≤1ms	1 ms
3	Caracteristici Tub:		
3.1	Tip	Anod rotativ	Da
3.2	Unghiul de anod	≤15°	15°
3.3	Viteza de rotație a anodului	≥2700 r.p.m.	9,000 r.p.m
3.4	Punct focal dublu	0.6/1.2mm	0,8
3.5	Capacitate termică anodică	≥70kJ (95k HU)	90,000 J = 122,000 HU
3.6	Carcasa cu termoreglare tub	≥700kJ (963k HU)	800,000 J = 1,100,000 HU
4	Colimator		
4.1	Tip	Colimator reglabil manual cu mai multe faze	

Vivamed International prezentă
Aparat radiologic Mobil Mobilet Elara Max
Fabricat de firma Siemens Germania

4.2	Rotire	$\pm 90^\circ$	Da
4.3	Lumina de colimator și luminozitate pentru FOV	> 150 lux măsurat la 1m de la ieșirea din colimator	LED min. 180 lux at 1 m SID
5	Detector		
5.1	Area activa (cm)	35 cm x 43 cm (± 2 cm)	35x43
5.2	Dimensiunea matricei active (pixeli) min	1.990 x 2.430	2350 x 2866
5.3	Dimensiunea pixelilor	$\leq 175 \mu\text{m}$	148 μm
5.4	Greutatea	<2.6kg	3,3
5.5	Tehnologia detector	Caesium iodide (CsI) scintillator	Da
5.6	Material semiconductor	Siliciul amorf (a-Si)	Da
5.7	Adâncimea pixelilor	16 bits	16 bits
5.8	Durată previzualizare imagine	<5s previzualizare, <10s pentru imaginea completă (ciclu)	3,2s
5.9	Greutatea maximala a pacientului	300 kg pentru sarcină distribuită și 150 kg pentru sarcină punctuală	300/100
5.10	Timp de incarcare (la baterie completă)	≤ 30 min	90
5.11	Grila anti-dispersie	Grilă fizică (clip-on) cu distanță focală (f_0)> 100cm pentru detectorul mai mare	115cm
6	Înregistrarea pacientului, achiziția de imagini, procesarea și comunicarea		
6.1	Conexiune la RIS / HIS, PACS, MPPS		Da
6.2	Înregistrarea pacientului de urgență		Da
6.3	Procesarea imaginii		Da
6.4	Îmbunătățirea marginilor		Da
6.5	Ferestre și nivelare		Da
6.6	Modificare tabel LUT		Da
6.7	Rotire și zoom		Da
6.8	Imagine flip (orizontală și verticală)		Da
6.9	Inversia imaginii		Da
6.10	Suport pentru identificarea regiunilor de interes (ROI)		Da

Vivamed International prezentă
Aparat radiologic Mobil Mobilet Elara Max
Fabricat de firma Siemens Germania

6.11	Modificarea informațiilor despre pacient și istoria acestuia	Da
6.12	Programe prestabilite pentru organe	Da
6.13	Transmiterea imaginilor către PACS prin rețea în format DICOM 3.0 și suport pentru exportul de imagini prin USB în format COM3.0 sau TIFF	Da
6.14	Sistemul trebuie să suporte exportul de imagini brute (neprocesate sau pentru procesare)	
7	Alimentarea electrica:	
7.1	Echipamentele trebuie sa fie operate printr-o alimentare cu o singură fază de 230V / 50Hz și livrate complet cu cablu cu 3 nuclee, terminat cu un conector cu 3 pini.	Da

IM Vivamed International SRL

31 martie 2020



Specificații Tehnice (F4.2)

Numarul LP :21020432

Autoritatea Contractantă: IMSP SR Telenesti

Denumirea licitației: "Achiziționarea aparatului radiologic mobil complet digital "

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate a de măsură	Cantita tea	Preț unitar fără TVA	Suma totală fără TVA	Termenul de prestare
1	2	3	4	5	6	8	10
1,0	33100000-1	Aparat radiologic mobil complet digital	buc	1	2 393 090,00	2 393 090,00	in termen de 50-60 zile
Suma totală a Ofertei în Lei MD:						2 393 090,00	

Numele, prenumele: Beregoi Valeriu

În calitate de: Director

Ofertantul: IM "Vivamed International" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod 7

