

Specificații tehnice									
Numărul licitației:			LP nr. 21548916/ ocds-b3wdp1-MD-1768475959200					Data: „30” ianuarie 2026	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:			Achiziționarea investigațiilor urinare, pentru hemostază și pentru Determinarea echilibrului acido-bazic conform necesităților IMSP SCMC ”Valentin Ignatenco” pentru anul 2026						Pagina: 1 din 3
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2			3	4	5	6		8
3310000-1	2	Determinarea echilibrului acido-bazic în conformitate cu norma metodologică 1641 (echivalent pentru Stat Profile Prime Plus - Nova Biomedical)	Determinarea echilibrului acido-bazic în conformitate cu norma metodologică 1641 (echivalent pentru Stat Profile Prime Plus - Nova Biomedical)	61604 - Sensor Card 1/100 teste, 57825 - Calibrator Cartridge 100 Sample, 58379 - BUN, Creatinine – Blank Sensor Card, 57823 - Reference Sensor, 57844 - Ampuled Controls BG, COOX Levels 1,2,3, 57845 - Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5	SUA	Nova Biomedical Corporation	Determinarea echilibrului acido-bazic în conformitate cu norma metodologică 1641 (echivalent pentru Stat Profile Prime Plus - Nova Biomedical)	Determinarea echilibrului acido-bazic în conformitate cu norma metodologică 1641 (pentru Stat Profile Prime Plus - Nova Biomedical): - 61604, Stat Profile Prime Plus MicroSensor Card 1/100 teste , -57825, Stat Profile Prime Plus Calibrator Cartridge 100 Sample , -58379, Stat Profile Prime Plus BUN, Creatinine – Blank Sensor Card, -57823, Stat Profile Prime Plus Reference Cartridge (w/ W/R Pump Tubing), -57844, Stat Profile Prime Plus Ampuled Controls BG, COOX Levels 1,2,3; set 10 amp.x3ml , -57845, Stat Profile Prime Plus Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5; set 10 amp.x3ml	DM000570113 , DM000570089 , DM000570109 , DM000570088 , DM000570107 , DM000570108
3310000-1	2	Determinarea echilibrului acido-bazic în conformitate cu norma metodologică 1641 (echivalent pentru Stat	Analizator automat de gaze si electroliti în comodat pentru ofertele echivalente	X	X	X	Descriere : Analizator automat pentru determinarea echilibrului acido-bazic în sânge integral, destinat măsurării gazelor sanguine, electroliților și parametrilor chimici, cu calibrare automată, control al calității integrat și conectivitate LIS.	X	X

		Profile Prime Plus - Nova Biomedical)					Parametrul Specificația Productivitat ≥ 60 teste/ora Tip analize gaze sanguine pH, pCO₂, pO₂, HCO₃ electroliti Na⁺, K⁺, Cl⁻ electroliti extinși opțional (ex. iCa, iMg) chimice obligatoriu (ex. Glucoză, Lactat) chimice extinse opțional (ex. Uree/BUN, Creatinină) Altele, Parametri calculați obligatoriu (ex. BE, AG) Tip probă Sânge integral (arterial/venos/capilar) Volum probă ≤ 300 μL Co-oximetrie obligatoriu Calibrarea Automată Program de control al calității (QC) obligatoriu Tehnologie reactivi Cartușe / electrozi / module integrate Display LCD / LED / Touchscreen Data management, Stocarea datelor obligatoriu Interfață PC obligatoriu LIS/HIS obligatoriu Calculator cu monitor obligatoriu (integrat sau extern) Indicatori de avertizare obligatoriu Limba de comunicare rom/eng Toate softurile necesare instalate pentru buna funcționare a echipamentului obligatoriu Cititor de carduri obligatoriu Cititor de cod bare obligatoriu Imprimantă obligatoriu (integrată sau externă) Alimentarea 220 V, 50 Hz Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare (vase pentru deșeuri, tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare) pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului ≥ 50 analize (pentru testare/insturire). Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a echipamentului ≥ 50 analize (pentru testare/insturire). Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Înstruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate. Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate. Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect:	
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

						maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă contractului.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director general

Ofertantul: ”GBG-MLD” SRL Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2