

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1758113424534/21477264 din: 17.09.2025 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea I)							
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Bunuri/servicii						
5	Set inflator cu manometru tip A	Set inflator cu manometru tip A	102003/GTHV	China	Tianck Medical CO., Ltd.	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set inflator cu manometru tip A Conține - Contine: - seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor , pină la 30 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva in "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introduc pentru ghid de angioplastie 0.014"	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set inflator cu manometru tip A Conține - Contine: - seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor , pină la 30 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva in "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introduc pentru ghid de angioplastie 0.014" DA, DIN Balloon inflation device
13	Cateter de suport periferic	Cateter de suport periferic	2.3*14*90S 2.3*14*135S 2.3*14*150S 2.3*14*90A 2.3*14*135A 2.3*14*150A 2.6*18*90S 2.6*18*135S 2.6*18*150S 2.6*18*90A 2.6*18*135A 2.6*18*150A 4.0*35*90S 4.0*35*135S 4.0*35*150S 4.0*35*90A 4.0*35*135A 4.0*35*150A	China	Princeton Medical Scientific Co., Ltd.	Cateter de suport periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. Vârf conic - drept sau angulat la 30°. Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm (+/-2mm) pentru trecere ușoară a ghidului de 0.035" spre vârful cateterului. Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm (+/- 5cm). Compatibilitate cu ghid 0.035" (0.89 mm). Compatibilitate teacă 4 Fr. 3 markeri radiopaci: 1 marker încadrat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm de vârf, 1 marker la 60 mm. Material marker: Platinum-Iridium. Acoperire hidrofilică: minim 40 cm. Presiune maximă: 750 psi. Drept sau angulat. SAU Cateter de suport periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft hidrofil 40cm distal, cu un strat din împletitură (braided) ce redă suport și pushabilitate. Vârf conic - drept sau angulat la 25 și 30°. Diametre: 0.030"(2.3F), compatibil cu ghid 0.014", cu lungimi 90,135,150cm; 0.034"(2.6F), compatibil cu ghid 0.018", cu lungimi 90,135,150cm; 0.056"(4F), compatibil cu ghid 0.035", cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teacă introducător 4 și 5F în dependența de dimensiune. Marcher radiopac. SAU Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft cu acoperire hidrofilă, împletitură dublă din oțel inoxidabil. Vârf conic; Diametre: 1.9F, compatibil cu ghid 0.014", cu lungimi 135,150cm; 2.1F, compatibil cu ghid 0.018", cu lungimi 90,135,150cm; 3.2F, compatibil cu ghid 0.035", cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teacă introducător 4 și 5F în dependența de dimensiune. Marcher radiopac - minim unul.	Cateter de suport periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft hidrofil 40cm distal, cu un strat din împletitură (braided) ce redă suport și pushabilitate. Vârf conic - drept sau angulat la 25 și 30°. Diametre: 0.030"(2.3F), compatibil cu ghid 0.014", cu lungimi 90,135,150cm; 0.034"(2.6F), compatibil cu ghid 0.018", cu lungimi 90,135,150cm; 0.056"(4F), compatibil cu ghid 0.035", cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teacă introducător 4 și 5F în dependența de dimensiune. Marcher radiopac. DA, DIN TD-25-001 Support Catheter- Princeton.
52	Set inflator cu manometru tip B	Set inflator cu manometru tip B	103002/AT25ML	China	Tianck Medical CO., Ltd.	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă.	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă DA, DIN Balloon inflation device.
136	Set inflator cu manometru digital	Set inflator cu manometru digital	INT-IDE-233 + YCK118B	China	Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.	Dispozitiv de umflat baloane pînă la 30 atm. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slabă, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorării presiunii maximele precedente. Setul sa contina torquerul, introducerul, tub de extensie minim 20 cm, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push.	Dispozitiv de umflat baloane pînă la 30 atm. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slabă, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorării presiunii maximele precedente. Setul sa contina torquerul, introducerul, tub de extensie minim 30 cm, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push. DA, DIN Cardiology Intervention Solution-INT

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4