



МЕДИКЛОН

127276 Москва, Боганинская ул., 35, т\ф (495) 231-2272 (499) 502-1214

ООО "Медиклон"

П А С П О Р Т - С Е Р Т И Ф И К А Т П Р О И З В О Д И Т Е Л Я
на «Набор реагентов для определения групп крови человека систем
ABO, Резус и Келл» по ТУ-9398-101-51203590-2009
(ЦОЛИКЛОН Анти-Д Супер)
Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06043 от 05 ноября 2009 г

Наименование: Цоликлон Анти-Д Супер во флаконах по 10 мл с зелеными
крышками

Серия: 294712 Единица: 100 мл

Изготовлен: 23.12.2019 Количество единиц 60

Годен до: 23.12.2021 Объем серии: 10000 мл.

Паспорт: Дс294712 от 23.12.2019


Наименование показателя	Характеристика нормы по ТУ	Результаты испытаний
1. Внешний вид	Прозрачная жидкость светло-бежевого цвета	Соответствует
2. Серологические свойства		
2.1 Специфичность	Цоликлон Анти-Д Супер не должен агглютинировать D(-) эритроциты.	Соответствует
2.2 Гематоглинирующая способность	Четкая реакция агглютинации должна наступать в течение 30 сек. после смешивания реактента с D(+) эритроцитами	Соответствует 30 сек.
2.3 Титр	Титр Цоликлона Анти-Д Супер в реакции агглютинации на чистоте с D(+) эри- троцитами 1:32 Титр Цоликлона Анти-Д Супер в реакции прямой агглютинации с D(+) эритроци- тами в микропласте не ниже 1:256	Соответствует 1:32 1:256

Цоликлон соответствует требованиям ТУ - 9398-101-51203590-2009

Заведующая ОТК ООО «Медиклон»



М.С.Орлова



МЕДИКТОН

ООО "Медиктон"

127276 Москва, Боганинская ул. 35, т/ф +7495 231-2272 +7499 502-1214

П А С П О Р Т – С Е Р Т И Ф И К А Т П Р О И З В О Д И Т Е Л Я
на «Набор реагентов для определения групп крови человека
систем ABO, Резус и Келл» по ТУ-9398-101-51203590-2009
(ЦОМЖКОНЫ Анти-А, Анти-В и Анти-AB)

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06043 от 05 ноября 2009 г

Наименование: Цомиктон Анти-В во флаконах по 10 мл с синими крышками

Серия: 097412 Единица: 100 мл

Изготовлен: 16.12.2019 Количество единиц 60

Годен до: 16.12.2021 Объем серии: 10000 мл.

Паспорт: B097412 от 16.12.2019

Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1. Внешний вид		
1.1 Цомиктон анти-А	Прозрачная жидкость красного цвета.	Соответствует
1.2 Цомиктон анти-В	Прозрачная жидкость синего цвета.	
1.3 Цомиктон анти-AB	Прозрачная бесцветная жидкость.	
2. Серологические свойства		
2.1 Специфичность	Цомиктон анти-А не должен давать агглютинации с эритроцитами групп B(III) и O(I)	Соответствует
	Цомиктон анти-В не должен давать агглютинации с эритроцитами групп A(II) и O(I)	Соответствует
	Цомиктон анти-AB не должен давать агглютинации с эритроцитами группы O(I)	Соответствует
	Агглютинация на плоскости эритроцитов A1 и B с соответствующими Цомиктонами должна появиться не позднее 10 сек. после смешивания	Соответствует
2.2 Гемагглютинирующая способность		
	Типр Цомиктона анти-А в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы A(II) 1:32 - 1:64	Соответствует 1:32 - 1:64
	Типр Цомиктона анти-В в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы B(III) 1:64	Соответствует 1:64
2.3 Типр	Типр Цомиктона анти-AB в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами групп A(II) 1:32 - 1:64 и B(III) 1:64	Соответствует 1:32 - 1:64

Цомиктон соответствует требованиям ТУ – 9398-101-51203590-2009

Завещающая
ОТК ООО «Медиктон»



К.В. Ющенко



МЕДИКТОН

127276 Москва, Ботаническая ул. 35, т/ф +7495 231-2272 +7499 502-1214

ООО "Медиктон"

П А С П О Р Т – С Е Р Т И Ф И К А Т П Р О И З В О Д И Т Е Л Я
на «Набор реагентов для определения групп крови человека
систем АВО, Резус и Келл» по ТУ-9398-101-51203590-2009
(ЦОЛИКЛОННЫ Анти-А, Анти-В и Анти-АВ)

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06043 от 05 ноября 2009 г

Наименование: Цоликлон Анти-А во флаконах по 10 мл с красными крышками

Серия: 097312

Единица: 100 мл

Изготовлен: 16.12.2019

Количество единиц 60

Годен до: 16.12.2021

Объем серии: 10000 мл.

Паспорт: А097312 от 16.12.2019

Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1. Внешний вид		
1.1 Цоликлон анти-А	Прозрачная жидкость красного цвета.	Соответствует
1.2 Цоликлон анти-В	Прозрачная жидкость синего цвета.	
1.3 Цоликлон анти-АВ	Прозрачная бесцветная жидкость.	
2. Серологические свойства		
2.1 Специфичность	Цоликлон анти-А не должен давать агглютинации с эритроцитами групп В(III) и O(0) Цоликлон анти-В не должен давать агглютинации с эритроцитами групп A(II) и O(0) Цоликлон анти-АВ не должен давать агглютинации с эритроцитами группы O(0) Агглютинация на плоскости эритроцитов A1 и B с соответствующими Цоликлонами должна появиться не позднее 10 сек. после смешивания	Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
2.2 Гемагглютинирующая способность	Типр Цоликлона анти-А в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами групп A(II) 1:32 - 1:64 Типр Цоликлона анти-В в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами групп B(III) 1:64 Типр Цоликлона анти-АВ в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами групп A(II) 1:32 - 1:64 и B(III) 1:64	Соответствует 1:32 - 1:64 Соответствует 1:64
2.3 Типр		Соответствует 1:32 - 1:64

Цоликлон соответствует требованиям ТУ – 9398-101-51203590-2009

Заведующая
ОПК ООО «Медиктон»



К.В. Ющенко



ООО "Медиклон"

127276 Москва, Богатинская ул., 35, т\ф (495) 231-2272 (499) 502-1214

П А С П О Р Т – С Е Р Т И Ф И К А Т П Р О И З В О Д И Т Е Л Я
на «Набор реагентов для определения групп крови человека систем
ABO, Резус и Келл» по ТУ-9398-101-51203590-2009
(ЦОЛИКЛОН Анти-Келл Супер)
Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06043 от 05 ноября 2009 г

Наименование: Цоликлон Анти-Келл Супер

Серия: 197312 Единица: 100 мл

Изготовлен: 23.12.2019 Количество единиц 10

Годен до: 23.12.2021 Объем серии: 10000 мл.


Паспорт: К197312 от 23.12.2019

Наименование показателя	Характеристика нормы по ТУ	Результаты испытаний
1. Внешний вид	Прозрачная желтоватая или розоватая жидкость	Соответствует
2. Серологические свойства		
2.1 Специфичность	Цоликлон Анти-Келл супер не должен агглютинировать эритроциты К(-)	Соответствует
2.2 Гематоглинирующая способность	Четкая реакция агглютинации на плоскости должна наступать в течение 30 сек. после смешивания	Соответствует
2.2 Активность	Титр Цоликлона Анти-Келл Супер в реакции прямой агглютинации в микропланте не ниже 1:16	Соответствует 1:16

Цоликлон соответствует требованиям ТУ — 9398-101-51203590-2009
Заведующая ОТК ООО «Медиклон»



М.С. Орлова



МЕДИКТОН

ООО "Медиктон"

127276 Москва, Ботаническая ул. 35, т/ф +7495 231-2272 +7499 502-1214

П А С П О Р Т – С Е Р Т И Ф И К А Т П Р О И З В О Д И Т Е Л Я
на «Набор реагентов для определения групп крови человека
систем АВО, Резус и Келл» по ТУ-9398-101-51203590-2009
(ЦОЛИКЛОНЫ Анти-А, Анти-В и Анти-АВ)

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06043 от 05 ноября 2009 г

Наименование: Цоликлон Анти-АВ

Серия: 099812

Единица: 100 мл

Изготовлен: 23.12.2019

Количество единиц 10

Годен до: 23.12.2021

Объем серии: 10000 мл.

Паспорт: АВ09812 от 23.12.2019

Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1. Внешний вид		
1.1 Цоликлон анти-А	Прозрачная жидкость красного цвета.	Соответствует
1.2 Цоликлон анти-В	Прозрачная жидкость синего цвета.	
1.3 Цоликлон анти-АВ	Прозрачная бесцветная жидкость.	
2. Серологические свойства		
2.1 Специфичность	Цоликлон анти-А не должен давать агглютинации с эритроцитами групп В(III) и O(I) Цоликлон анти-В не должен давать агглютинации с эритроцитами групп A(II) и O(I) Цоликлон анти-АВ не должен давать агглютинации с эритроцитами группы O(I) Агглютинация на плоскости эритроцитов A1 и B с соответствующими Цоликлонами должна появиться не позднее 10 сек. после смешивания	Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
2.2 Гематоглинирующая способность	Тип Цоликлона анти-А в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы A(II) 1:32 - 1:64 Тип Цоликлона анти-В в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы B(III) 1:64 Тип Цоликлона анти-АВ в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами групп A(II) 1:32 - 1:64 и B(III) 1:64	Соответствует 1:32 - 1:64 Соответствует 1:64 Соответствует 1:32 - 1:64
2.3 Тип		

Цоликлон соответствует требованиям ТУ – 9398-101-51203590-2009

Заведующая
ОТК ООО «Медиктон»



К.В. Ющенко