

Specificatii tehnice							
Numărul procedurii de achiziție: 21082984/ ocde-b3wdp1-MD-1687265076362 din 21.07.2023							
Achiziția endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie și IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023							
Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8	
Lot 4 PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL SI SISTEM DE NAVIGATIE							
4,1	1.Componenta femurala	SCORE II FEMORAL COMPONENT 1-0205200 -> 1-0205308	AMPLITUDE	FRANTA	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr; -Modalitatea de implantare: cimentata -Sa prezinte minim 8 dimensiuni stanga / dreapta -Suprafata interna sa prezinte o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; -Suprafata articulara lustruita; -Raza unica de curbura de la 0 pana la 100 grade; -Fara mecanism de posterostabilizare; -Pe suprafata interna prezinta 2 pini cu rol de stabilizare suplimentara avand diametrul de 8mm -Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital; -Sa permita implantarea asistata cu sistem de navigatie computerizata - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Confectionata din aliaj de CoCr; SCORE II ST PG 5 -Modalitatea de implantare: cimentata SCORE II PG 3 -Prezinta 9 dimensiuni stanga / dreapta SCORE II PG 3 -Suprafata interna prezinta o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; SCORE II ST PG 5 IMAG JOS -Suprafata articulara lustruita; SCORE II ST PG 5 -Raza unica de curbura de la 0 pana la 100 grade; SCORE II PG 2 -Fara mecanism de posterostabilizare; SCORE II ST PG 5 -Pe suprafata interna prezinta 2 pini cu rol de stabilizare suplimentara avand diametrul de 8mm SCORE II ST PG 5 -Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital SCORE II ST PG 4, 6; -Permite implantarea asistata cu sistem de navigatie computerizata SCORE II PG 2 -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE
4,2	2.Componenta tibiala	SCORE TIBIAL BASE PLATE 1-0200500 -> 1-0200508	AMPLITUDE	FRANTA	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr; -Sa fie disponibile cel puțin 7 dimensiuni universale; -Pe suprafata inferioara sa prezinte o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare; -Dimensiune constanta a cilindrului chilei; -Modalitatea de implantare cimentata; -Suprafata superioara lustruita; -Sa permita utilizarea de tije de extensie si augmenturi tibiale; -Sa poata fi folosita cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu doua numere standardizate; - Sa permita implantarea asistata cu sistem de navigatie computerizata; -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Confectionata din aliaj de CoCr; SCORE II st PG 7 -Disponibile 9 dimensiuni universale; SCORE ST II PG 8 -Pe suprafata inferioara prezinta o textura speciala pentru realizarea unei mantale de ciment SCORE ST II PG 7 corespunzatoare; -Dimensiune constanta a cilindrului chilei SCORE ST II PG 7; -Modalitatea de implantare cimentata; SCORE ST II PG 7 -Suprafata superioara lustruita; SCORE ST II PG 7 -Permite utilizarea de tije de extensie si augmenturi tibiale; SCORE ST II PG 7 -Poate fi folosita cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu doua numere standardizate; SCORE ST II PG 9 - Permite implantarea asistata cu sistem de navigatie computerizata; SCORE II PG 2 -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE
4,3	3.Insertul tibial mobil	SCORE II MOBILE BEARING INSERT 1-0205610 -> 1-0205658	AMPLITUDE	FRANTA	Sa fie confectionat din polietilena ultradensa UHMWPE; -Sa fie mobil; -Dimensiuni disponibile minim 8; -Grosimi disponibile: 6 pentru fiecare dimensiune, intre 10 – 20mm; -Insertul sa poata fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu doua numere standardizate; -Congruenta completa cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital; -Aspectele anterior si laterale reduse pentru a evita lezarea tesuturilor moi; -Modul de fixare: prin pivot central cilindric; -- Aspectul anterior inaltat pentru o mai buna stabilitate rotatională femurala si pentru reducerea translataii anterioare a femurului; -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Confectionat din polietilena ultradensa UHMWPE; SCORE ST II PG 6 -Mobil; SCORE ST II PG 6 -Dimensiuni disponibile 9 SCORE ST II PG 8 -Grosimi disponibile: 6 pentru fiecare dimensiune, intre 10 – 20mm; SCORE ST II PG 8 -Insertul poate fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu doua numere standardizate; SCORE ST II PG 9 -Congruenta completa cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital; SCORE ST II PG 4, 6 -Aspectele anterior si laterale reduse pentru a evita lezarea tesuturilor moi SCORE ST II PG 6 ; -Modul de fixare: prin pivot central cilindric; SCORE ST II PG 6 - Aspectul anterior inaltat pentru o mai buna stabilitate rotatională femurala si pentru reducerea translataii anterioare a femurului; SCORE ST II PG 6 -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE

4,4	4.Componenta patelara	SCORE RESURFACING PATELLA CEMENTED 1-0200830 -> 1-0200836	AMPLITUDE	FRANTA	Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Minim 3 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata, sa prezinte min 3 pinteni de cimentare. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) SCORE ST II PG 6 - Adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Minim 3 dimensiuni SCORE PG 6 - Modalitatea de implantare: cimentata, prezinta min 3 pinteni de cimentare.SCORE PG 6 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	ISO, CE
4,5	5. Set de instrumente pentru navigatia computeurizata în custodie	SCORE INSTRUMENTS SET, AMPLIVISION SYSTEM, AMPLIVISION INSTRUMENTS SET	AMPLITUDE	FRANTA	Setul de instrumente pentru navigatie computerizata oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate; 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului; 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat) 5.În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. - 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	
4,6	6.Motor oscilant si reamer în custodie	RJ0310 RJ 0410	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Va corespunde urmatoarelor cerinte: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi nou (neutilizat) 4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. - 5. În caz de defecțiune, vom repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. Ferestrau oscilator 1 unitate si burghiu pentru alezaj în custodie 1 unitate	
4,7	7. Lame pentru motor oscilant	saw Blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Va corespunde urmatoarelor cerinte: 1. Compatibile cu motoare livratelivrate 2. Vor fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.	1. Compatibile cu motoare livrate 2. Vor fi oferite pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovski În calitate de: Director

Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa:mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2