

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**IMSP Spitalul Raional Sîngerei.**

<b>Numărul achiziției comerciale: 21344171, ocds-b3wdp1-MD-1736789317088</b>							<b>Data: 23.01.2025</b>	Alternativa nr.
<b>Denumirea obiectului achiziției: Reagenți și consumabile de laborator (anul 2025).</b>							<b>Lot:</b>	pag. 1 din 1
Nº d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
4	33600000-6	Calibrator cu matrice umană pentru analizor biochimic	Multi H St - DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Calibrator cu matrice umană pentru analizor biochimic. Substanță liofilizată, ser uman. Ambalaj 3 - 5 ml. Marcaj CE.	Calibrator cu matrice umană pentru analizor biochimic, flacon 3 ml.	ISO, CE.
5	33600000-6	Reagent Urea	Ure-DAC. Lq	Moldova	Dac-Spectromed	Reagent Urea cu determinare fotocolorimetrică compatibil cu analizatorul. Metoda de determinare: fotocolorimetrică fermentativă. Tri-reagent, cu calibrator. Consum reagent pentru o determinare: 2 ml. Ambalaj flacoane în set: 100 - 250ml. Material pentru investigare: ser, plasmă sau urină. Limita de detecție - 0,3 mmol/l; linearitate - 50 mmol/l	Reagent Urea. Metoda de determinare: fotocolorimetrică fermentativă. Tri-reagent, cu calibrator. Set 200 ml.	ISO, CE.

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

**Data: 23.01.2025**  
**Valabilitatea ofertei - 60 zile.**