

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1662536410242 din 10.10.2022									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Set introductor pentru punctie arteriala femurala	bucată	900	327,20	392,64	294480,00	318038,40	Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă beneficiarului și necesităților reale ale beneficiarului pe parcursul anului 2023	
2	Set introductor pentru punctie arteriala radiala	bucată	800	310,00	372,00	248000,00	267840,00		
5	Set inflator cu manometru tip A	bucată	800	280,00	336,00	224000,00	268800,00		
51	Conector Y mono	bucată	800	220,00	264,00	176000,00	211200,00		
55	Set linie de monitorizare	bucată	300	336,00	403,20	100800,00	120960,00		
56	Robinete	bucată	200	33,80	40,56	6760,00	8112,00		
173	Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale	bucată	100	224,50	269,40	22450,00	26940,00		
222	Set introductor radial scurt	bucată	1500	192,00	207,36	288000,00	311040,00		
223	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung	bucată	1500	308,00	332,64	462000,00	498960,00		
	TOTAL					1822490.00	2096988.00		

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1662536410242 din 10.10.2022	
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023	

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Set introductor pentru punctie arteriala femurala	4Fr: 615972 5Fr: 615973/615984 6Fr: 615974/615980 7Fr: 615975/615981 8Fr: 615976/615982 9Fr: 615977/615983 10Fr: 615978/615985	China	Shun mei	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set introductor pentru punctie arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de punctie arterială. Mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035" sau 0,038" drept, angulat sau în forma de J; valvă	Cerințe obligatorii fixe: Set introductor pentru punctie arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de punctie arterială. Mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035" sau 0,038" drept, angulat sau în forma de J; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet	CE, ISO

					hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 20 G. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; Teacă conține un inel radiopac încrustat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul este amplasat într-un suport de plastic. Material: teacă – EPTFE Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, 9 Fr, 10 Fr, 11 Lungime obligatorii: 10 cm, 25 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni).	tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 20 G. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; Teacă conține un inel radiopac încrustat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul este amplasat într-un suport de plastic. Material: teacă – EPTFE Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, 9 Fr, 10 Fr Lungime: 9cm, 11 cm, 23 cm. https://en.shunmed.com/en/ProductCenter/info.aspx?itemid=56&lcid=13	
2	Set introducător pentru puncție arterială radială	4Fr: 615988/615989/ 615841/615840 5Fr: 615992/615993/ 615844/615845 6Fr: 615990/615991 615842/615843 7Fr: 615994/615995/ 615846/615847	China	Shun mei	Cerințe obligatorii fixe: Set introducător pentru puncție arterială radială compus din: teacă, dilatator, mini-ghid, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. Material: teacă –EPTFE. Acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil de 0,018", 0,021" sau 0,025"; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 22 G, 21 G sau 20 G. Teacă conține un inel radiopac încrustat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul este amplasat într-un suport de plastic. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesiuni obligatorii Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr Lungime: 7 cm, 10 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni);	Cerințe obligatorii fixe: Set introducător pentru puncție arterială radială compus din: teacă, dilatator, mini-ghid, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. Material: teacă –EPTFE. Acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil de 0,018", 0,021" sau 0,025"; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 22 G, 21 G sau 20 G. Teacă conține un inel radiopac încrustat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul este amplasat într-un suport de plastic. Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr Lungime: 7 cm, 11 cm Catalog online: https://en.shunmed.com/en/ProductCenter/info.aspx?itemid=56&lcid=13	CE, ISO

5	Set inflator cu manometru tip A	42.04.40053	China	SCW Medica	Cerințe obligatorii fixe. Conține - Conține: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, de 20 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva în "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014"	Cerințe obligatorii fixe: Conține - Conține: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, de 20 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva în "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014"	CE, ISO
51	Conector Y mono	616111 Armor III	China	Shun mei	Universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F. Valva hemostatică de tip Tuohy Borst cu adaptor rotator. Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil.	Universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F. Valva hemostatică de tip Tuohy Borst cu adaptor rotator. Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil. Catalog online: https://www.shunmed.com/en/ProductCenter/info.aspx?itemid=481&lcid=13	CE, ISO
55	Set linie de monitorizare	612201-612209	China	Shun mei	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Linie de monitorizare a TA, transductor cu tehnologie chip, senzor precălibrat cu parametri electrici constanti, stopcock 3 cai dublu, tubulatură minim 125 cm codificat color. Compatibil cu toate monitoarele, steril, jetabil.	Linie de monitorizare a TA, transductor cu tehnologie chip, senzor precălibrat cu parametri electrici constanti, stopcock 3 cai dublu, tubulatură minim 125 cm codificat color. Steril, jetabil, compatibil cu monitoarele, conector: Edward, Philips, Abbot, BD, Utah, Medax, PVB/SIMMS, USB, Mindry Notă* Va fi livrat modelul solicitat de către Beneficiar. Catalog online: https://www.shunmed.com/en/ProductCenter/info.aspx?itemid=330&lcid=12	CE, ISO
56	Robinete	619361	China	Shun mei	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Sistem tripolar cu tre cai. Sistem pentru utilizare în terapia perfuzabilă simultană conectori luer-lock, masculi și femele. Steril	Cerințe obligatorii fixe Sistem tripolar cu tre cai. Sistem pentru utilizare în terapia perfuzabilă simultană conectori luer-lock, masculi și femele. Steril Catalog online: https://en.shunmed.com/en/ProductCenter/info.aspx?itemid=62&lcid=13	CE, ISO
173	Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale	42.17.30001 (24 mm) 42.17.30003 (29 mm)	China	SCW Medica	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare selective radiale. Construit dintr-o bandă adezivă și pernuță dublă cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabil prin introducerea sau extragerea aerului cu o seringă dedicată. Seringile obisnuite nu trebuie să fie compatibile cu sistemul pentru a împiedica accesul către dispozitiv a persoanelor necalificate. Disponibil cu un sistem de fixare tip Velcro și monitorizarea timpului expus.	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare selective radiale. Construit dintr-o bandă adezivă și pernuță dublă cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabil prin introducerea sau extragerea aerului cu o seringă dedicată. Seringile obisnuite nu trebuie să fie compatibile cu sistemul pentru a împiedica accesul către dispozitiv a persoanelor necalificate. Disponibil cu un sistem de fixare tip Velcro și monitorizarea timpului expus. Catalog online: https://www.scwmed.com/product/balloon-inflation-device-bid2-type.html	CE, ISO

222	Set introducător radial scurt	4F: 615968/615969 5F: 615423/615540 6F: 615542/615543 7F: 615545/615546	China	Shun mei	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ac angiografic de 20-22G și fir de ghidare mic de 0,018 "/ 0,46mm - 0,021"/0,53mm , introducătorul, acul și ghidul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedura. Se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea tecii de 7 cm-10cm Miniguide cu lungimi de 40-45cm, cu marimi disponibile obligatorie de 4-7 F. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ac angiografic de 20-22G și fir de ghidare mic de 0,018 "/ 0,46mm - 0,021"/0,53mm , introducătorul, acul și ghidul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedura. Se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea tecii de 7 cm-10cm Miniguide cu lungimi de 40-45cm, cu marimi disponibile obligatorie de 4-7 F. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni). Catalog online: https://en.shunmed.com/en/ProductCenter/info.aspx?itemid=56&lcid=13	CE, ISO
223	Set introducător pentru puncție arterială radială lung	4F: 615989 5F: 615845 6F: 615843 7F: 615845	China	Shun mei	Cerinte obligatorii fixe: Ac de puncție de 20-21G lungime de 4-5 cm "Side port" cu robinet cu trei cai Toate contin valva siliconată și dilator Teaca este rezistentă la kinking, se poate spăla și steriliza ușor Introducătorul trebuie să fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introducătorul trebuie să fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Dimensiuni obligatorie : 4,5,6 F Lungime obligatorie : 11 - 23cm, Minighid de 0,018 inch și 35-40 cm lungime (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: Ac de puncție de 20-21G lungime de 4-5 cm "Side port" cu robinet cu trei cai Toate contin valva siliconată și dilator Teaca este rezistentă la kinking, se poate spăla și steriliza ușor Introducătorul trebuie să fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introducătorul trebuie să fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Dimensiuni obligatorie : 4,5,6 F Lungime obligatorie : 11 - 23cm, Minighid de 0,018 inch și 35-40 cm lungime (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni). Catalog online: https://en.shunmed.com/en/ProductCenter/info.aspx?itemid=56&lcid=13	CE, ISO

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801,**

mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia