



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de catre autoritatea contractanta – in coloanele 1, 5]

Numarul licitatiei: LP nr. 21077069	Data: "11" Iunie 2023	
Denumirea licitatiei: Achizitionarea dispozitivelor medicale conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Mosneaga"		

Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/servicii					Se va completa de către operatorul economic – conform anunțului de participare
Lot 33					
Panou pentru gaze medicale O2, VAC, Air, prize 16A	OKI PLUS ES Inregistrat cu nr. DM000320545 din 27.09.2021	Italia	LM Medical Devision SRL	Configurația: montată pe perete. Tip material – metal anticoroziv, rezistent la detergenți chimici; Lungime consolei 0,8 m-1,0 m; Canale separate pentru prize de gaze medicale și prize electrice; Prize de standardul DIN pentru gaze medicale minim necesar: oxigen – 1 buc; vacuum – 1 buc; aer – 1 buc.	Configurația: montată pe perete - DA Tip material – metal anticoroziv, rezistent la detergenți chimici; - DA Lungime consolei - 1000 mm cu sina DIN Rail Canale separate pentru prize de gaze medicale și prize electrice; - DA Prize de standardul DIN pentru gaze medicale minim necesar: oxigen – 1 buc; vacuum – 1 buc; aer – 1 buc. - DA Instalare și conectoare la rețea de gaze conform ISO 7396-1 – DA, inclusiv Testare

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Instalare și conectoare la rețea de gaze conform ISO 7396-1 Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu.	Cerințe de certificare: Anul producerii: - 2023 (la comanda) Termen de garanție - 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu - DA Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. - DA
Lot 55					
Lampa scialitica cu doi sateliti, pentru bloc operator	Starled 3NX+5NX/DC2 (110714) Inregistrat cu nr. DM000500292 din 10.05.2023	Italia	ACEM SpA	Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: - o 2 lămpi chirurgicale. - o fiecare lampa a câte 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. - o Lungimea brațelor :70-95 cm. - o Unghiul de rotire al primului braț fata de fixatorul de tavan: minim 330°-lateral - o Unghiul de rotire al 2-lea braț fata de primul braț: 360°-lateral, minim 90°-vertical. - o Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral. Lampa 1 - o Diametrul capului luminos: 60-70 cm. - o Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m.: 160.000 lux. ± 10.000 lux. - o Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici.	Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: - o 2 lămpi chirurgicale - DA - o fiecare lampa a câte 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan - DA - o Lungimea brațelor: 85 - 91 cm (pdf “5NX” pag 5) - o Unghiul de rotire al primului braț fata de fixatorul de tavan: minim 330°- lateral – DA (pdf “ACEM Braturi”) - o Unghiul de rotire al 2-lea braț fata de primul braț: 360°- lateral, minim 90°-vertical – DA (pdf “ACEM Braturi”) - o Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°- lateral – DA (pdf “ACEM Braturi”) Lampa 1 – Starled 5NX - o Diametrul capului luminos: 67 cm (pdf “5NX”) - o Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m.: 160.000 lux. (pdf “5NX” pag 5) - o Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici – DA (pdf “5NX”)

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			o Tehnologia iluminării- LED, timpul de viață a becurilor minim 30000 h. o Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 5 pași. o Temperatura culorii : 4500K ± 500K. o Indicile de redare a culorilor, Ra minim 95. o Distanța de lucru: 70 – 150 cm. o Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Lampa 2 o Diametrul capului luminos: 40-50 cm o Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m.: 160.000 lux. ± 10.000 lux. o Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici. o Tehnologia iluminării- LED, timpul de viață a becurilor minim 30000 h. o Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 5 pași. o Temperatura culorii : 4500K ± 500K. o Indiciile de redare a culorilor, Ra minim 95. o Distanța de lucru: 70 – 150 cm. o Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Accesorii: - Miner demontabil și sterilizabil: 4 buc. - Kitul de instalare pe tavan. Instalarea va fi efectuată la solicitarea instituției Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.	o Tehnologia iluminării - LED, timpul de viață a becurilor - 60000 h (pdf “5NX” pag 5) o Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 10 pași (pdf “5NX” pag 5) o Temperatura culorii : 4500K standard (pdf “5NX” pag 5) o Indicile de redare a culorilor, Ra - 98 (pdf “5NX” pag 5) o Distanța de lucru: 70 – 150 cm – DA (pdf “5NX” pag 5) o Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz – DA (pdf “5NX” pag 5) Lampa 2 – Starled 3NX o Diametrul capului luminos: 50 cm (pdf “3NX” pag 5) o Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m.: 160.000 lux. (pdf “3NX” pag 5) o Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici – DA (pdf “3NX”) o Tehnologia iluminării - LED, timpul de viață a becurilor - 60000 h (pdf “3NX” pag 5) o Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 10 pași (pdf “3NX” pag 5) o Temperatura culorii: 4500K standard (pdf “3NX” pag 5) o Indiciile de redare a culorilor, Ra 98 (pdf “3NX” pag 5) o Distanța de lucru: 70 – 150 cm – DA (pdf “5NX” pag 5) o Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz – DA (pdf “5NX” pag 5) Accesorii: - Miner demontabil și sterilizabil: 4 buc. – DA, cod 910600002 - Kitul de instalare pe tavan – DA Instalarea va fi efectuată la solicitarea instituției
--	--	--	--	---

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	Cerințe de certificare: Anul producerii: 2023 (producere la comanda) Termen de garanție - 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – DA Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție – DA În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală – DA Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h – DA Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză – DA Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. – DA Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv – DA
Lot 56					
Lampa chirurgicala mobila	Starled 3NX/Trolley (110603) Inregistrat cu nr. DM000500278 din 10.05.2023	Italia	ACEM SpA	Lampă mobilă scialitică. Suport mobil , cu minim 4 roti, 2 blocabile. Înălțimea suportului până la articulația brațului 180 cm ± 20 cm. Iluminator montat pe braț articula 50 cm ±10 cm. Intervalul de mișcări a brațului: sus/jos minim 70 cm. Rotirea iluminatorului în jurul axei brațului- minim 90 °. Rotirea iluminatorului perpendicular cu brațul- minim 140 °.	Lampă mobilă scialitică. Suport mobil, cu minim 4 roti, 4 blocabile (pdf “3NX” pag 5); Înălțimea suportului până la articulația brațului – 175 cm (pdf “3NX” pag 5); Iluminator montat pe braț articulat - 50 cm (pdf “3NX” pag 5); Intervalul de mișcări a brațului: sus/jos - 76 cm (pdf “Lot 56 ACEM”) Rotirea iluminatorului în jurul axei brațului- minim 90 ° - DA (pdf “Lot 56 ACEM”)

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Rotirea iluminatorului cu braț articulat în jurul axei suportului vertical minim dreapta/stânga 45°. Iluminarea la distanța de 1 m în centru minim 120.000 Lux. Temperatura culorii : 4500°K ± 500. Dimensiunea câmpului de iluminare, focusabil: 150-300 mm. Reglarea luminozității de la 10 % la 100%. Tehnologia iluminării- LED, timpul de viață a becurilor minim 30000 h. Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Mâner pentru focusare și manipularea iluminatorului. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	Rotirea iluminatorului perpendicular cu brațul- 360 ° (pdf “Lot 56 ACEM”) Rotirea iluminatorului cu braț articulat în jurul axei suportului vertical minim dreapta/stânga - 60° (pdf “Lot 56 ACEM”) Iluminarea la distanța de 1 m în centru - 130.000 Lux (pdf “3NX” pag 5); Temperatura culorii: 4500°K standard (pdf “3NX” pag 5); Dimensiunea câmpului de iluminare, focusabil: 13-39 cm (pdf “3NX” pag 5); Reglarea luminozității de la 5 % la 100% (pdf “3NX” pag 5); Tehnologia iluminării - LED, timpul de viață a becurilor - 60000 h (pdf “3NX” pag 5); Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz - DA Mâner pentru focusare și manipularea iluminatorului - DA (pdf “3NX” pag 3); Cerințe de certificare: Anul producerii: 2023 (la comanda). Termen de garanție - 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - DA Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - DA În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală - DA Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h - DA Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză - DA
--	--	--	--	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Lot 57					
Canapea electrica de examinare	T1050 Inregistrat cu nr. DM000047324 din 31.01.2018	Italia	Titanox S.r.l.	Destinat pentru examinarea pacienților. Minim 2 secțiuni (pentru cap, pentru spate). Cu ajustare electrica pe înălțime. Cu ajustare manuala a secțiunilor cap. Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic. Telecomanda pentru reglare înălțimii. Suport rola cearceaf hârtie. Sarcina maxima de încărcare nu mai mica de 150 kg. Suprafața utilă minim 180 cm x 60 cm. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Accesorii: Rola hârtie pentru pacient – 5 buc. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză	Destinat pentru examinarea pacienților. Minim 2 secțiuni (pentru cap, pentru spate) - DA Cu ajustare electrica pe înălțime - DA Cu ajustare manuala a secțiunilor cap - DA Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic – DA, clasa 1 iM Telecomanda pentru reglare înălțimii - DA Suport rola cearceaf hârtie - DA Sarcina maxima de încărcare - 200 kg Suprafața utilă - 180 cm x 60 cm Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz - DA Accesorii: Rola hârtie pentru pacient – 5 buc. - DA Cerințe de certificare: Anul producerii – 2023 (la comanda) Termen de garanție - 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu - DA Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - DA În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. - DA Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. - DA Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză - DA

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Lot 71					
Lampa scialitica cu doi sateliti cu sistem optional de telemedicina	Starled 3NX+5NX/DC2 (110714) Inregistrat cu nr. DM000500292 din 10.05.2023	Italia	ACEM SpA	Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: - o 2 sateliți/lămpi chirurgicale. - o fiecare lampa a cite 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. - o Lungimea brațelor : 70-95 cm. - o Unghiul de rotire al primului braț fata de fixatorul de tavan: minim 330°-lateral - o Unghiul de rotire al 2-lea braț fata de primul braț: 360°-lateral, minim 85°-vertical. - o Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°-lateral. - o Tehnologia “ Depth of field” sau o tehnologie analogica, integrata in sistemul de control al iluminării. - o Posibilitatea integrării ulterioare a unui sistem de telemedicina și a sistemelor de afișare si înregistrare video pentru sistemul ofertat - fapt confirmat prin scrisoare de la producător. - o Setul de accesorii pentru instalarea pe tavan. Lampa 1 - o Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos. - o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz. - o Iluminare de tip LED. - o Durata medie de viață : 50,000 ore ± 10,000 ore. - o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: minim 160.000 lux ± 10.000 lux.	Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: - o 2 sateliți/lămpi chirurgicale – DA, Starled 5NX+3NX - o fiecare lampa a cite 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan - DA - o Lungimea brațelor: 85-91 cm (pdf “ACEM Braturi”) - o Unghiul de rotire al primului braț fata de fixatorul de tavan: minim 330°- lateral – DA (pdf “ACEM Braturi”) - o Unghiul de rotire al 2-lea braț fata de primul braț: 360°- lateral, minim 85°- vertical - DA (pdf “ACEM Braturi”) - o Unghiul de rotire al capului luminos fata de brațul 2: 360°- lateral DA (pdf “ACEM Braturi”) - o Tehnologia “ Depth of field” sau o tehnologie analogica, integrata in sistemul de control al iluminării - Tehnologia “ Depth of field”, (pdf “5NX” pag 4); - o Posibilitatea integrării ulterioare a unui sistem de telemedicina și a sistemelor de afișare si înregistrare video pentru sistemul ofertat – DA (pdf “5NX” pag 4); Declaratie producator. - o Setul de accesorii pentru instalarea pe tavan – DA, inclus standard Lampa 1 – Starled 5NX - o Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos – DA (pdf “5NX” pag 5) - o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz - DA (pdf “5NX” pag 5) - o Iluminare de tip LED - DA (pdf “5NX” pag 5) - o Durata medie de viață: 50,000 ore ± 10,000 ore - DA (pdf “5NX” pag 5) - o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: 160.000 lux, (pdf “5NX” pag 5)

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			o Ajustarea intensității de la 5% la 100%, ajustare comoda utilizatorului. o Temperatura culorii, minim 4500K ± 500K, reglabila. o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final o Indicele de redare a culorilor, Ra: 95-100. o Index R9> 90. o Dimensiunea câmpului luminos: 25 - 30 cm. o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm. o Diametrul capului luminous: 50-70 cm. o Mâner demontabil sterilizabil si autoclavabil : 4 buc . Lampa 2 o Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos. o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz. o Iluminare de tip LED. o Durata medie de viață: 50,000 ore ± 10,000 ore. o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: minim 130.000 lux ± 10.000 lux. o Ajustarea intensității de la 5% la 100%, ajustare comoda utilizatorului. o Temperatura culorii, minim 4500K ± 500K, reglabila. o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final o Indicele de redare a culorilor, Ra: 95-100. o Index R9> 90. o Diametru câmp luminos: 30 - 50cm.	o Ajustarea intensității de la 5% la 100%, ajustare comoda utilizatorului - DA (pdf “5NX” pag 5) o Temperatura culorii, minim 4500K ± 500K, reglabila - DA (pdf “5NX” pag 5) o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final - DA (pdf “5NX” pag 4) o Indicele de redare a culorilor, Ra: 98 - DA (pdf “5NX” pag 5) o Index R9> 90 - DA (pdf “5NX” pag 5) o Dimensiunea câmpului luminos: 33 cm (pdf “5NX” pag 5) o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm – DA (pdf “5NX” pag 5) o Diametrul capului luminous: 67 cm (pdf “5NX” pag 5) o Mâner demontabil sterilizabil si autoclavabil : 4 buc. – DA, standard handle, cod 910600002 Lampa 2 – Starled 3NX o Panoul de control atașat pe brațul de fixare al capului luminos – DA o Alimentare: 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz – DA (pdf “3NX”, pag 5) o Iluminare de tip LED – DA (pdf “3NX”, pag 5) o Durata medie de viață: 50,000 ore ± 10,000 ore – DA (pdf “3NX”, pag 5) o Iluminare în punctul de focusare la o distanta de 100 cm: 160.000 lux, (pdf “3NX”, pag 5) o Ajustarea intensității de la 5% la 100%, ajustare comoda utilizatorului – DA (pdf “3NX”, pag 5) o Temperatura culorii, minim 4500K ± 500K, reglabila – DA (pdf “3NX”, pag 5)
--	--	--	---	---

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm. o Diametrul capului luminos: 40-50 cm. o Mâner demontabil și sterilizabil- 4 buc. Instalarea va fi efectuată la solicitarea instituției. Ofertanții au posibilitatea de a efectua măsurări suplimentare la încăperi în incinta instituției pentru a formula oferta comerciala finala. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.	o Focusabila – cu sistem integrat de focusare electronic sau mecanic, de la minerul central steril prin rotire sau alt sistem de control simplist pentru utilizatorul final – DA (pdf “3NX”, pag 5) o Indicele de redare a culorilor, Ra: 98 (pdf “3NX”, pag 5) o Index R9> 90 – DA (pdf “3NX”, pag 5) o Diametru câmp luminos: 33 cm, (pdf “3NX”, pag 5) o Distanță de lucru focalizabilă: 70 - 150 cm – DA (pdf “3NX”, pag 5) o Diametrul capului luminos: 50 cm, (pdf “3NX”, pag 5) o Mâner demontabil și sterilizabil- 4 buc. – DA, standard handle, cod 910600002 Instalarea va fi efectuată la solicitarea instituției – DA Ofertanții au posibilitatea de a efectua măsurări suplimentare la încăperi în incinta instituției pentru a formula oferta comerciala finala. Cerințe de certificare: Anul producerii – 2023 (la comanda) Termen de garanție - 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător – DA Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – DA Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție – DA În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală – DA Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h – DA Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză – DA
--	--	--	---	---

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

					Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. – DA Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv – DA
--	--	--	--	--	---

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Razvan Carstocea In calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piata Dimitrie Cantemir 1, mun. Chisinau



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul licitatiei: LP nr. 21077069	Data: "11" Iunie 2023	
Denumirea licitatiei: Achizitionarea dispozitivelor medicale conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Mosneaga"		

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot / pozitie	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare	Valoarea estimativa
33100000-1	33	Panou pentru gaze medicale O2, VAC, Air, prize 16A	Buc.	5	9.900,00	11.880,00	49.500,00	59.400,00	Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)	50.000,00
33100000-1	55	Lampa scialitica cu doi sateliti, pentru bloc operator	Buc.	1	230.000,00	276.000,00	230.000,00	276.000,00		208.333,33
33100000-1	56	Lampa chirurgicala mobila	Buc.	1	73.500,00	88.200,00	73.500,00	88.200,00		75.000,00
33100000-1	57	Canapea electrica de examinare	Buc.	3	31.000,00	37.200,00	93.000,00	111.600,00		112.500,00
33100000-1	71	Lampa scialitica cu doi sateliti cu sistem optional de telemedicina	Buc.	3	280.500,00	336.600,00	841.500,00	1.009.800,00		1.075.000,00

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		TOTAL					1.287.500,00	1.545.000,00		
--	--	-------	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Razvan Carstocea In calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piata Dimitrie Cantemir 1, mun. Chisinau

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.