

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21006234 din 15 martie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea consumabilelor, instrumentarului și accesoriilor medicale pentru anul 2019

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
3360000-6	3	Tub pt. Intubare endotrahală Nr.7	100/150/070	Marea Britanie	Smiths	Nr.7	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă Nr. 7.0. Fabricate din polivinilclorid, termosensibil cu rigiditate suficientă în momentul inserării pentru ca apoi la temperatura corpului se se muleze conform anatomiei specifice fiecărui pacient cu linie radiopacă pe toată lungimea. Cu varf tăiat la un unghi de 37 de grade și ochi Murphy cu contururi netede. Tuburile prezintă marcaje de adancime din cm în cm pe toată lungimea cu linie clara de demarcatie pentru intubatia orală sau nazală. Tubul prezintă un marcaj radioopac suplimentar situat la 3cm deasupra balonasului de etansare. Balonasul de etansare cu volum mare și presiune scăzută este fabricat dintr-un material moale, catifelat la atingere ce nu lezează traheea. Tubul poate fi menținut "in situ" o perioadă de până la 30 de zile. Ambalat individual, steril. Sterilizare cu oxid de etilena. Codul Produsul: 100/150/070 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
3360000-6	4	Tub pt. Intubare endotrahală Nr.6	100/150/060	Marea Britanie	Smiths	Nr.6	Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă Nr. 6.0. Fabricate din polivinilclorid, termosensibil cu rigiditate suficientă în momentul inserării pentru ca apoi la temperatura corpului se se muleze conform anatomiei specifice fiecărui pacient cu linie radiopacă pe toată lungimea. Cu varf tăiat la un unghi de 37 de grade și ochi Murphy cu contururi netede. Tuburile prezintă marcaje de adancime din cm în cm pe toată lungimea cu linie clara de demarcatie pentru intubatia orală sau nazală. Tubul prezintă un marcaj radioopac suplimentar situat la 3cm deasupra balonasului de etansare. Balonasul de etansare cu volum mare și presiune scăzută este fabricat dintr-un material moale, catifelat la atingere ce nu lezează traheea. Tubul poate fi menținut "in situ" o perioadă de până la 30 de zile. Ambalat individual, steril. Sterilizare cu oxid de etilena. Codul Produsul: 100/150/060 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
3360000-6	5	Tub pt. Intubare endotrahală Nr.4	100/141/040	Marea Britanie	Smiths	Nr.4	Tuburi pentru intubare endotraheală fără manjetă nr. 4.0. Fabricate din Polivinilclorid silicizant, termosensibil, prevazut cu linie radiopacă, Rô-contrastă cu varf tăiat la un unghi 37 de grade. Fără manjeta. Tubul prezintă marcaje de adancime din cm în cm pe toată lungimea și marcaj radioopac suplimentar la capatul distal pentru a se putea vizualiza poziția varfului tubului în interiorul traheei. La capatul proximal este prevazut cu conector de 15mm. Tubul poate fi menținut "in situ" o perioadă de până la 30 de zile. Codul Produsul: 100/141/040 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
3360000-6	6	Tub pt. Intubare endotrahală Nr.3	100/141/030	Marea Britanie	Smiths	Nr.3	Tuburi pentru intubare endotraheală fără manjetă nr. 3.0. Fabricate din Polivinilclorid silicizant, termosensibil, prevazut cu linie radiopacă, Rô-contrastă cu varf tăiat la un unghi 37 de grade. Fără manjeta. Tubul prezintă marcaje de adancime din cm în cm pe toată lungimea și marcaj radioopac suplimentar la capatul distal pentru a se putea vizualiza poziția varfului tubului în interiorul traheei. La capatul proximal este prevazut cu conector de 15mm. Tubul poate fi menținut "in situ" o perioadă de până la 30 de zile. Codul Produsul: 100/141/030 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
3360000-6	38	Scutece absorbabile pentru maturi	03JOL3201510	Italia	Svas Biosana	mărima L, talia de la 100 cm până la 150 cm	Mărima L, talia de la 100 cm până la 150 cm, cu forma anatomica, prevazut cu bariera pentru lichide și 4 benzi pentru fixare, reutilizabile. Cu trei straturi: partea externa fabricata din polietilena moale, netoxica, impermeabila; miezul absorbant din puf de celuloza pur și polimeri superabsorbanti PSA; stratul interior fabricat din material netesut hipoalergenic. Ambalare în pachete de 30 buc Codul Produsul: 03JOL3201510 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
3360000-6	39	Scutece absorbabile pentru maturi	03JOL3203020	Italia	Svas Biosana	mărima M, talia 85 cm până la 115 cm	Mărima M, talia 85 cm până la 115 cm, cu forma anatomica, prevazut cu bariera pentru lichide și 4 benzi pentru fixare, reutilizabile. Cu trei straturi: partea externa fabricata din polietilena moale, netoxica, impermeabila; miezul absorbant din puf de celuloza pur și polimeri superabsorbanti PSA; stratul interior fabricat din material netesut hipoalergenic. Ambalare în pachete de 30 buc Codul Produsul: 03JOL3203020 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL. Adresa: mun.Chisinau, str.Gheorghe Madan, 87/7