

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1764935885382								
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor pentru dotarea secției de reabilitare								
Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftziopneumologie								
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	33100000-1	Aparat cu curent de impuls de înaltă frecvență (darsonvalizare)	11 electrozi	Ucraina	BACTOSFERA LLC	Set 11 electrozi; frecvență 100–400 kHz Proceduri vasculare, regenerare, antiinflamator	Set 11 electrozi; frecvență 130 kHz Proceduri vasculare, regenerare, antiinflamator da	Declarația de conformitate
2		Aparat pentru magnetoterapie	Almag+	Rusia	ELAMED	Magnetoterapie pulsatorie 6–8 mT Terapie antiinflamatorie și regenerativă	Magnetoterapie pulsatorie 6, 8, 20 mT Terapie antiinflamatorie și regenerativă da	Declarația de conformitate
3		Aparat pentru magnetoterapie	Almag-02	Rusia	ELAMED	Câmp magnetic pulsator 2 zone Patologii locomotorii, dureri, inflamații	Câmp magnetic pulsator 2 zone da Patologii locomotorii, dureri, inflamații da	Declarația de conformitate
4		Aparat cu curenți electromagnetice de înaltă frecvență/ curenți ultrascurte	UVC-30	Rusia	ОАО "НОВОАННИНСКИЙ ЗАВОД ЭМА"	40–50 W, frecvență 27,12 MHz, aplicatori plăci mari/medii, reglaj continuu Terapie antiinflamatoare profundă, edeme, nevralgii, patologie ortopedică	30±6 W, frecvență 27,12 MHz, aplicatori plăci mari/medii, reglaj continuu da Terapie antiinflamatoare profundă, edeme, nevralgii, patologie ortopedică da	Declarația de conformitate
5		Aparat de frecvență joasă electrică	Amplipuls 5DC	Rusia	ООО «СПДС»	Curent sinusoidal modulat (SMT), 10–150 Hz, 6 moduri, intensitate reglabilă, electrozi incluși Necesități de electroterapie pentru durere, spasme musculare, nevralgii, reabilitare locomotorie	Curent sinusoidal modulat (SMT), 10–150 Hz, 6 moduri , intensitate reglabilă, electrozi incluși da Necesități de electroterapie pentru durere, spasme musculare, nevralgii, reabilitare locomotorie da	Declarația de conformitate
6		Aparat pentru electroforeză și galvanizare	Potoc-01M	Ucraina	ZAVET	Curent galvanic și impuls, 0–50 mA, 2 canale, dozare precisă, electrozi incluși Terapie cu galvanizare, analgezie, reducerea edemelor și stimulare regenerativă	Curent galvanic și impuls, 0–50 mA, 2 canale , dozare precisă, electrozi incluși da Terapie cu galvanizare, analgezie, reducerea edemelor și stimulare regenerativă da	Declarația de conformitate
7		Aparat ultrasunet	Sonopulse 1Mz 3 Mz	Brazilia	IBRAMED	Frecvențe 1 MHz și 3 MHz; mod continuu și puls; intensitate 0,1–3 W/cm²; capete de tratament de 1 și 5 cm² Reabilitare țesuturi moi, tratament tendinite, entorse, cicatrici, edeme, durere cronică	Frecvențe 1 MHz și 3 MHz ; mod continuu și puls ; intensitate 0,1–3 W/cm² ; capete de tratament de 8 cm² Reabilitare țesuturi moi, tratament tendinite, entorse, cicatrici, edeme, durere cronică da	Declarația de conformitate
8		Inhalator ultrasonic	Wh-2000	China	GUANGDONG YUEHUA MEDICAL INSTRUMENT FACTORY CO.,LTD	Nebulizare ultrasonică 1–5 μm; rezervor 500–1000 ml; debit 1–3 ml/min; funcționare silențioasă; mască + tub inc Necesitate pentru terapii inhalatorii la pacienți cu afecțiuni pulmonare (post-TB, BPOC, bronșită, astm)	Nebulizare ultrasonică 1–5 μm; rezervor 500–1000 ml; debit 2 ml/min ; funcționare silențioasă; mască + tub inc da Necesitate pentru terapii inhalatorii la pacienți cu afecțiuni pulmonare (post-TB, BPOC, bronșită, astm) da	Declarația de conformitate
9		Inhalator compresor	AI-50	Turcia	MEDIMPORT	Aerosol 2–5 μm; compresor 0.2–0.35 ml/min; funcționare continuă; mască adult + copil; circuit complet Necesitate pentru nebulizare standard (bronșită, post-TB, BPOC, astm, infecții respiratorii)	Aerosol 3 μm ; compresor 0.25 ml/min ; funcționare continuă; mască adult + copil; circuit complet da Necesitate pentru nebulizare standard (bronșită, post-TB, BPOC, astm, infecții respiratorii) da	Declarația de conformitate

Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator

Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova