



## Specificații tehnice (F4.1)

Destinatar:  
Data:  
Tel./Fax:  
Nr. și data procedurii:

IMSP Institutul Oncologic  
13 ianuarie 2021  
Jora Vitalie/Telefonul de contact +37322852670E-mail vitaliejora@mail.ruFax +37322852670  
ocds-b3wdp1-MD-1608215489196 din 13.01.2021

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	33600000-6	Sterilizarea/dezinfecarea de grad înalt a dispozitivelor medicale (instrumente chirurgicale)(ambalaj ≤ 5 kg )	Detro Cid Activ Cod: 8680097100 603	Turcia	Detro Healthcare Kimya Sanayi A.S.	1. litri soluție de lucru (diluante)2. acțiunea dezinfectantului:virucidă,bactericidă, fungicidă, tuberculocidă (mycobacterium terrae), sporicidă3. confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia 4. fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila umedă a participantului5. instrucțiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original avizat cu ștampila umedă a participantului6. Cerințe tehnice:- substanță activă : perborat/percarbonat de sodiu și tetraacetililen diamină-produs concentrat solid- cu inhibitori de coroziune- ambalaj ≤ 5 kg inclusiv- valabilitatea soluției de lucru ≥ 24h (ore);- termen total de valabilitate: ≥ 2 ani- expoziția: ≤ 30 min*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hârtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a	1. litri soluție de lucru (diluante) 2. acțiunea dezinfectantului:virucidă,bactericidă, fungicidă, tuberculocidă (mycobacterium terrae), sporicidă - concentrația 2% 3. confirmăm că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia 4. fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila umedă a participantului 5. instrucțiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original avizat cu ștampila umedă a participantului 6. Cerințe tehnice: - substanță activă : percarbonat de sodiu și tetraacetililen diamină - produs concentrat solid- cu inhibitori de coroziune - ambalaj 2,5 kg - valabilitatea soluției de lucru ≥ 24h (ore); - termen total de valabilitate: 2 ani - expoziția: ≤ 30 min Produsul este înregistrat în registrul de stat al dispozitivelor medicale - AMDM	ISO, CE Marca

Cu respect,  
directorul SRL "ECOCHIMIE"  
Nicolae Iurcu

