

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758873042488 din 12 oct 2025, 16:02 - 19 oct 2025, 16:02

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.25)

Co d CP V	N r. d/ o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/servic iului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00-1	1	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600- 700L 140750	EKT 725	Turcia	EMSAS	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 600-700L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri≤ Număr de rafturi ≥ 10 Ușa Număr ≥ 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 55 dB	Model: EKT 725, Emsas, Turcia, DM000430801 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 630L Cod 140750 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 630 litri≤ Număr de rafturi ≥ 5 standart + 5 obtionale incluse Ușa Număr ≥ 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 55 dB	DM000430801
331 000 00-1	11	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza)	Walk400h+C ubeholter WS	Italia	Cardioline	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 260260 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12	Model: Walk400h+Cubeholter WS, Cardioline, Italia DM000499877 + DM000499863	DM000499877 DM000499863

				derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență $\geq 0.05-100$ Hz Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 90 dB Detectare pacemaker obligatoriu Convertor analog-digital ≥ 14 bit Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1000 Hz Frecvența ajustabilă obligatoriu Display LCD obligatoriu Lumină fundal obligatoriu Butoane pentru navigare în meniu obligatoriu Identificarea activității pacientului: mers/alergare/repaos prin buton evenimente sau senzor incorporat Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Greutatea fără accesorii și baterie ≤ 100 gr Protecție în potruiva pătrunderii prafului, lichidelor obligatoriu Baterie Reîncărcabilă obligatoriu Tip baterie AA / AAA Timp de înregistrare semnal ECG ≥ 48 ore Timp operare autonomă ≥ 48 ore Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact statut sistem statut baterie deconectare alimentare ora Posibilități Soft PC de interpretare Introducere date pacient ID obligatoriu Nume, prenume obligatoriu Data nașterii obligatoriu Gen obligatoriu Alte date obligatoriu Adnotare eveniment ECG obligatoriu Clasificarea de evenimente obligatoriu Analiza ST obligatoriu QT obligatoriu PQ obligatoriu PM obligatoriu Aretnii obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 260260 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență $\geq 0.05-300$ Hz Impedanța de intrare ≥ 60 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 85 dB Detectare pacemaker obligatoriu Convertor analog-digital ≥ 24 bit Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție $\geq 250-500-1000$ Hz Frecvența ajustabilă obligatoriu Display LCD obligatoriu Lumină fundal obligatoriu Butoane pentru navigare în meniu obligatoriu Identificarea activității pacientului: mers/alergare/repaos prin buton evenimente sau senzor incorporat Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB Greutatea fără accesorii și baterie ≤ 80 gr Protecție în potruiva pătrunderii prafului, lichidelor obligatoriu Baterie Reîncărcabilă obligatoriu Tip baterie AA Timp de înregistrare semnal ECG ≥ 24 ore, 48 ore, 7 zile Timp operare autonomă ≥ 48 ore Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact statut sistem statut baterie deconectare alimentare ora Posibilități Soft PC de interpretare Introducere date pacient ID obligatoriu Nume, prenume obligatoriu Data nașterii obligatoriu Gen obligatoriu Alte date obligatoriu Adnotare eveniment ECG obligatoriu Clasificarea de evenimente obligatoriu Analiza ST obligatoriu QT obligatoriu HRV obligatoriu RR obligatoriu	
--	--	--	--	---	---	--

						Raport prestabilit de utilizator obligatoriu Interfață presetabilă utilizator obligatoriu Posibilitatea printare raport Tabel obligatoriu Grafic obligatoriu Accesorii Cablu ECG 10 fire 2 unități Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc. Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu Geantă pentru fixarea dispozitivului Holter pe pacient obligatoriu Cablu pentru transmiterea datelor ECG obligatoriu Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei obligatoriu	Aretmii obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu Raport prestabilit de utilizator obligatoriu Interfață presetabilă utilizator obligatoriu Posibilitatea printare raport Tabel obligatoriu Grafic obligatoriu Accesorii Cablu ECG 10 fire 2 unități- cod: 63050101 Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc – cod: 9983015. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc.- cod: P-00-S Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu – CubeHolter WS Geantă pentru fixarea dispozitivului Holter pe pacient obligatoriu – inclus in setul primar Cablu pentru transmiterea datelor ECG obligatoriu – inclus in setul primar Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriei obligatoriu - inclus	
331 000 00-1	12	Holter TA	Walk200b+CubeABPM	Italia	Cardioline	Dezumflarea în trepte Caracteristici tehnice: Perioada de înregistrare a tensiunii arteriale ≥ 48 ore Metoda de măsurare oscilometrică Domeniul de măsurare 40-200/min (bpm) Alarmer pentru tensiunea sistolică și diastolică Memorie 400 măsurători Interval de măsurare a tensiunii arteriale: cel puțin diapazonul 30 to 280 mmHg Precizia ± 3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată Manșete aplicabile dimensiuni mică, standard și mare Alimentare baterii reîncărcabile incluse în set Transmisie date prin USB Cablu USB Ecran LCD Greutate până la 200 g Husă sau curele pentru fixare de pacient - da Software - în limba română/rusă/engleză	Model: Walk200b+CubeABPM, Cardioline, Italia DM000499876 Dezumflarea în trepte Caracteristici tehnice: Perioada de înregistrare a tensiunii arteriale ≥ 48 ore Metoda de măsurare oscilometrică Domeniul de măsurare 30-240/min (bpm) Alarmer pentru tensiunea sistolică și diastolică Memorie 300 măsurători Interval de măsurare a tensiunii arteriale: cel puțin diapazonul 0 to 300 mmHg Precizia ± 3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată Manșete aplicabile dimensiuni mică, standard și mare Alimentare baterii reîncărcabile incluse în set Transmisie date prin USB – optional inclus Cablu USB Ecran LCD Greutate până la 200 g Husă sau curele pentru fixare de pacient - da Software - în limba engleză	DM000499876

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**