

## ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ

### Индикатор химический для контроля процессов паровой стерилизации многопеременный "СТЕРИМАГ-П-25 134°C/5 мин" МСНР.942719.017-01ПС

РУ №РЗН 2019/8847 от 13.10.2021 г

 Серия № **150223**

ТУ 32.50.50-017-53262326-2018

 Дата изготовления **02.2023**

Режим стерилизации:


**134°C/5 мин**

№ п/п	Показатели	Пункты требований ТУ	Результаты анализа
1	2	3	4
1	Проверка комплектности, маркировки потребительской упаковки	1.3; 1.4.3; 1.5.2	<i>соответствует</i>
2	Проверка маркировки и внешнего вида индикатора	1.4.1; 1.2.3	<i>соответствует</i>
3	Проверка размеров индикаторов, индикаторной метки и метки сравнения	1.2.1	<i>соответствует</i>
4	Проверка индикаторов при критических переменных контрольной точки 1	1.2.4	<i>соответствует</i>
5	Испытание отпечатывания индикаторного агента на подложке	1.2.7	<i>соответствует</i>
6	Проверка массы комплекта индикаторов	1.2.2	<i>соответствует</i>
7	Проверка четкости маркировки посредством индикаторов	1.2.12	<i>соответствует</i>

Испытания, проверки проведены в объеме приемо-сдаточных испытаний.

**Заключение:**

**Продукция соответствует требованиям ТУ 32.50.50-017-53262326-2018, годна к использованию в соответствии с назначением и областью применения.**


 Отпуск разрешил  
 Начальник ХТУ



Михайлова М.В.

 Комплектацию в соответствии  
 с заказ - нарядом проверил  
 Начальник упаковочного участка



Нечаева И.Н.

 Отпуск разрешил  
 Начальник производства



Павлов А.Ю.