

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1775739090007](#)

Denumirea procedurii de achiziție **Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 3**

Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Pat multifunction al pentru adulti 5-6 poziții traumatologic	YA-D5-11	China	ZHANGJIA GANG MEDI MEDICAL EQUIPMEN T CO., LTD	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții)_traumatologic Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții  Tip pacient adult  Controlul pacientului  tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice  Funcționalități poziționare sedentară p oziționare Trendelenburg  poziționare anti-Trendelenburg	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții)_traumatologic Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții <b>DA, Pag. 3 Product Specification</b> Tip pacient adult <b>DA, Pag. 1 Product Specification</b> Controlul pacientului <b>DA, Pag. 3 Product Specification</b> tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice <b>DA, Pag. 3 Product Specification</b> Funcționalități poziționare sedentară <b>DA, Pag. 3 Product Specification</b> poziționare Trendelenburg <b>DA, Pag. 3 Product Specification</b> poziționare anti-Trendelenburg <b>DA, Pag. 3 Product Specification</b>	DM000654304

				<p>Poziționare Trendelenburg <math>\geq 16</math> grade</p> <p>Anti-trendelenburg <math>\geq 16</math> grade</p> <p>Poziționare CPR electric (auto-CPR)</p> <p>Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu</p> <p>Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic <math>\geq 35 \times 43</math> cm</p> <p>Spătarul reglabil <math>\geq 70</math> grade</p> <p>Controlul de către asistentă</p> <p>Blocarea control pacient da, inclus</p> <p>Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează <math>\geq 250</math> kg</p> <p>Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, <math>\pm 2</math> cm</p> <p>Rotile Diametru <math>\geq 15</math> cm</p> <p>Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție</p> <p>Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)</p> <p>Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă</p>	<p>Poziționare Trendelenburg <math>15^\circ \pm 1</math> grade <b>DA, declaratia producatorului</b></p> <p>Anti-trendelenburg <math>15^\circ \pm 1</math> grade <b>DA, declaratia producatorului</b></p> <p>Poziționare CPR electric (auto-CPR) <b>DA, Pag. 3 Product Specification</b></p> <p>Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu <b>DA, Pag. 17 User Manual</b></p> <p>Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic <math>\geq 35 \times 43</math> cm <b>DA, declaratia producatorului</b></p> <p>Spătarul reglabil 70 grade <b>DA, Pag. 6 Product Specification</b></p> <p>Controlul de către asistentă <b>DA, Pag. 8 User Manual</b></p> <p>Blocarea control pacient da, inclus <b>Pag. 14 user manual</b></p> <p>Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează <b>250 kg DA declaratia producatorului</b></p> <p>Înălțime Ajustabilă diapazon. 45 - 80 cm, <math>\pm 2</math> cm <b>DA declaratia producatorului</b></p> <p>Rotile Diametru 15 cm <b>DA declaratia producatorului</b></p> <p>Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție <b>DA, Pag. 6 Product Specification</b></p> <p>Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) <b>DA, Pag. 1 Product Specification</b></p> <p>Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 20 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit</p> <p>Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit Bară de suport pentru ridicare pacient bară echipată cu cura flexibilă și mâner în formă de cerc / triunghi rigid de care se prinde pacientul</p> <p>Manual de utilizare În limba de stat Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfecția suprafețelor și a părților componente Manual tehnic sau de service În limba engleză Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte Garanție minim 24 luni</p>	<p>inclusă <b>DA, Pag. 16 User Manual</b> Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc <b>DA, Pag. 7 User Manual</b> Alimentare 220 V, 50 Hz <b>Pag. 8 User manual</b> Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea 20 cm <b>DA, Model MK-M01 declaratia producatorului</b> husă cu fermoar, <b>Model MK-M01</b> Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, <b>MK-IS08C</b> Bară de suport pentru ridicare pacient bară echipată cu cura flexibilă și mâner în formă de cerc / triunghi rigid de care se prinde pacientul <b>DA, pag.5 product specification</b> Manual de utilizare În limba de stat Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfecția suprafețelor și a părților componente <b>DA</b> Manual tehnic sau de service În limba engleză <b>DA</b> Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte <b>DA</b> Garanție minim 24 luni <b>DA</b></p>	
22	Pat manual de îngrijire a pacientului cu 3 manivele	YA-M3-1	China	ZHANGJIA GANG MEDICAL EQUIPMEN	<p>Pat manual de îngrijire a pacientului, 3 manivele Descriere Pat pentru îngrijirea a pacienților in IMSP, cu reglări mecanice Parametru Specificație</p>	<p>Pat manual de îngrijire a pacientului, 3 manivele <b>DA</b> Descriere Pat pentru îngrijirea a pacienților in IMSP, cu reglări mecanice <b>DA</b></p>	DM000644378

				<p>T CO., LTD</p> <p>Design ușor de utilizat, confortabil și elegant da</p> <p>Reglarea spătarului, a înălțimei și a picioarelor prin mecanismul menivelei da</p> <p>Manivele de mână ușor de depozitat da</p> <p>Șine laterale pliabile pe toată lungimea da</p> <p>Plăci detașabile (PP) pentru cap și picioare da</p> <p>Fowler și pozițiile vesculare da</p> <p>Suprafața de așezare metalică perforată da</p> <p>Cadru metalic vopsit electrostatic cu pulbere da</p> <p>Reglarea suportului pentru picioare prin clichet da</p> <p>Stâlp IV reglabil pe înălțime da</p> <p>Roți pivotante minim 2 cu frână</p> <p>Bare de protecție din plastic/cauciuc pe patru colțuri da</p> <p>Saltea inclusă da</p> <p>Lungimea totală 210 - 220 cm</p> <p>Lățimea totală 90 - 105 cm</p> <p>Interval de înălțime 48 - 70 cm</p> <p>Unghiul spătarului minim 0 - 70 grade</p> <p>Unghiul picioarelor minim 0 - 30 grade</p> <p>Diametrul rolei minim 12,5 - 15 cm</p> <p>Spațiu liber sub pat minim 15 cm</p> <p>Sarcină de lucru sigură 250 kg</p> <p>Termenul de garanție minim 2 ani</p>	<p>Parametru Specificație</p> <p>Design ușor de utilizat, confortabil și elegant da</p> <p>Reglarea spătarului, a înălțimei și a picioarelor prin mecanismul menivelei da, <b>pag 2 product specification</b></p> <p>Manivele de mână ușor de depozitat <b>da</b></p> <p>Șine laterale pliabile acopera aproximativ 70% din lungimea patului <b>da</b></p> <p>Plăci detașabile (PP) pentru cap și picioare da <b>pag 3 product specification</b></p> <p>Fowler și pozițiile vesculare da <b>pag 4 product specification</b></p> <p>Suprafața de așezare metalică perforată <b>da pag 3 product specification</b></p> <p>Cadru metalic vopsit electrostatic cu pulbere <b>da pag 3 product specification</b></p> <p>Reglarea suportului pentru picioare prin clichet <b>da</b></p> <p>Stâlp IV reglabil pe înălțime <b>da, pag 3 product specification</b></p> <p>Roți pivotante <b>4 cu frână</b></p> <p>Bare de protecție din plastic pe patru colțuri <b>da pag. 3 product specification</b></p> <p>Saltea inclusă <b>da</b></p> <p>Lungimea totală <b>215 cm</b></p> <p>Lățimea totală <b>95 cm</b></p> <p>Interval de înălțime <b>50-75 cm</b></p> <p>Unghiul spătarului minim <b>0 - 75 grade</b></p> <p>Unghiul picioarelor minim <b>0 - 40 grade</b></p> <p>Diametrul rolei <b>12,7cm (5")</b></p> <p>Spațiu liber sub pat minim 15 cm <b>da,</b></p> <p><b>declaratia producatorului</b></p> <p>Sarcină de lucru sigură 250 kg <b>da,</b></p>	
--	--	--	--	--	---	--

					echivalent la 24 luni	<b>declaratia producatorului</b>  Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni <b>Da</b>	
--	--	--	--	--	-----------------------	---	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău