

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD- din 19.04.2024 1708446090851					
Obiectul achiziției:		Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2024					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
2	Masă pentru operații, cu 5 secții pentru operație generale si ortopedice	SU-05 cu accesorii	Polonia	Famed Zywiec Sp. z o.o.	Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă Tip Electro Hidraulic da Control Telecomanda fără fir minim tehnologia IR (Infraroșu) Butoane de control direct de pe pupitru de comanda integrat în turnul telescopic a mesei sau cu tehnologia tip Bluetooth Acumulator Integrat in masa de operatie da Reincarcabil da Timpul de autonomie cu lucru continuu pentru toate mișcările ≥ 180 min Saltea Indiferent de secție salteaua este necesară sa fie de aceeași grosime da Salteaua poate fi scoasa cu ușurință de pe fiecare secție pentru curățarea de lichidele biologice.da Alimentarea electrică 220-240 V, 50-60 Hz Poziționarea mesei Reglarea înălțime Înălțimea minimă ≤ 70 cm Înălțimea maximă ≥ 110 cm Trendelemburg ≥ 35 grade Inversarea trendelemburgului ≥ 35 grade Secțiile mesei ≥ 5 secții Înclinarea: Laterală $\geq +25 - 25$ grade Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) Secția de la talpa/picior de la +70 la - 90 grade (minim), detașabilă divizată, Control tip hidraulic (manual) minim se acceptă și motorizat. Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim). Control hidraulic (manual) minim se acceptă și motorizat Latimea egala cu cea a mesei. Mișcare Longitudinală motorizată minim 400 mm Greutatea pacientului ≥ 270 kg Utilizarea radiografiei sau fluoroscopiei. Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparență da. Accesibilitatea brațului C da. Atașarea de bază Turnul motorizat acoperit cu structura de oțel inoxidabil medical da. Mobilă da. Baza de jos acoperita cu un cap de plastic sau metal inoxidabil da. Roți minim 4 unitati da diametru ≥ 5 cm permite mișcarea in dreapta,	Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă – DA, model OPTIMA / SU-05.12 Tip Electro Hidraulic da, pag.p2 Control Telecomanda fără fir minim tehnologia IR (Infraroșu) Butoane de control direct de pe pupitru de comanda integrat în turnul telescopic a mesei (Da, tip AS-46.05) sau cu tehnologia tip Bluetooth, art. AS-54.05, da. pag.6. Acumulator Integrat in masa de operatie da Reincarcabil DA. Timpul de autonomie cu lucru continuu pentru toate mișcările ≥ 180 min Saltea Indiferent de secție salteaua este necesară sa fie de aceeași grosime da Salteaua poate fi scoasa cu ușurință de pe fiecare secție pentru curățarea de lichidele biologice.da Alimentarea electrică 220-240 V, 50-60 Hz Poziționarea mesei Da. Reglarea înălțime Înălțimea minimă ≤ 70 cm, DA, oferit 68cmm pag.7. Înălțimea maximă ≥ 110 cm, Da, oferit 112 cm(cu saltea) Trendelemburg ≥ 35 grade, DA, oferit 40 grade, p.8 Inversarea trendelemburgului ≥ 35 grade, DA, oferit 40 grade, p.8 Secțiile mesei ≥ 5 secții Înclinarea: Laterală $\geq +25 - 25$ grade, Da, oferit 30 grade, p.8 Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim), DA, p.8 Secția de la talpa/picior de la +70 la - 90 grade (minim), detașabilă divizată, Control tip hidraulic (manual) minim se acceptă și motorizat. Da, p.8. Secția cap de la +45 la - 45 grade (minim). , DA, oferit -50 +55grade, p.8 Control hidraulic (manual) minim se acceptă și motorizat Latimea egala cu cea a mesei. Mișcare Longitudinală motorizată minim 400 mm, DA, p.8 Greutatea pacientului ≥ 270 kg, Da, 350kg, p.8. Utilizarea radiografiei sau fluoroscopiei. Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei, Da, p.4 Radiotransparență da. Accesibilitatea brațului C da. Atașarea de bază Turnul motorizat acoperit cu structura de oțel inoxidabil medical da. Mobilă da. Baza de jos acoperita cu un cap de plastic sau metal	CE

				stânga, înainte si înapoi da. Prezența a roții a 5-a cu control minim de timp manul este acceptabil si de tip motorizat, da. Sistem de frânare a bazei sau stabilizarea a mesei pe podea prin intermediul butonului dedicat de pe telecomanda sau de pe pupitru de comanda integrat in turnul telescopic. Șină laterale pentru accesorii tip EU (Europeana) pe toată lungimea mesei Accesorii (Prezentarea imaginilor care confirmă fixarea componentă) - Suport mână cu curea Control a mișcări manual 2 unit. - Suport mână Decubit lateral 1 unit. - Suport lateral dreptunghiular cu mișcarea pe toată lungimea mesei mișcarea orizontala minim 60 mm , pe înălțime minim 120 mm. - Suport lateral Rectangular cu mișcarea pe toata lungimea mesei partea activa cu dimensiunile 100x 105 mm (se permite abaterea de 20 mm); posibilitatea de rotire la 360 grade - 2 unit. - Stabilizator total pu Genunchi Tip cilindru Diametru sau înălțimea maximă 80 mm Ajustabil pe înălțimea față de masă maxim 300 mm. 1 buc - Suport Artoscopic pentru picior compus din sistem de strângere, sau blocarea a mișcării piciorului, bransle de strângerea sînt din material lavabil și tapedură moale – 1 buc. - Suport picioare conform specificații de mai sus 2 unit. - Stand pentru perfuzie 1 unit.Suport pentru ecran de anestezie 1 unit. - Suport pentru Caseta X-Ray 43 x 35 cm 1 unit. - Clemă pu interconectare suporturilor de mai sus este necesar să fie inclusă da - Clemă pu interconectare suporturilor adăugător (rezervă) 4 unit Includerea a tuturor accesoriilor pentru interconectare a componentelor da - Set de suporturi pentru operatie spinala: Cadru Spinal 1 unit. Curele pentru cadrul spinal 4 unit. Sistem de susținere a capului de tip CS Borne sau echivalent cu tapetură moale1 unit. Pernă de față (10 buc) 1 set Suport pentru piept cu tapetură moale 2 unit. Suport sold - standard o pereche cu tapetură moale 1 unit. Suport tibial 1 unit. Inele pentru genunchi 2 buc Set huse minim din 3 huse 6 set. CS Pad (2 inch) sau echivalent 1 buc - Fiecare componentă a mesei să fie detașabilă la maxim da - Instalarea se face de către reprezentatul oficial al producătorului da	inoxidabil da. Roți minim 4 unitati da diametru ≥ 5 cm permite mișcarea in dreapta, stânga, înainte si înapoi da. Prezența a roții a 5-a cu control minim de timp manul este acceptabil si de tip motorizat, da. Sistem de frânare a bazei sau stabilizarea a mesei pe podea prin intermediul butonului dedicat de pe telecomanda sau de pe pupitru de comanda integrat in turnul telescopic. Șină laterale pentru accesorii tip EU (Europeana) pe toată lungimea mesei Accesorii (Prezentarea imaginilor care confirmă fixarea componentă) - Suport mână cu curea Control a mișcări manual 2 unit, da PR-01.5. - Suport mână Decubit lateral 1 unit, da AS-70.31. - Suport lateral dreptunghiular cu mișcarea pe toată lungimea mesei mișcarea orizontala minim 60 mm , pe înălțime minim 120 mm, da tip AS-79.11. - Suport lateral Rectangular cu mișcarea pe toata lungimea mesei partea activa cu dimensiunile 100x 105 mm (se permite abaterea de 20 mm); posibilitatea de rotire la 360 grade - 2 unitm DA, tip AS-79.13. - Stabilizator total pu Genunchi Tip cilindru Diametru sau înălțimea maximă 80 mm Ajustabil pe înălțimea față de masă maxim 300 mm. 1 buc, DA, tip WS-40.5 (1 pcs) + WS-17.7 (1 pcs) - Suport Artoscopic pentru picior compus din sistem de strângere, sau blocarea a mișcării piciorului, bransle de strângerea sînt din material lavabil și tapedură moale – 1 buc, da tip AS-14.0 + WS-17.7. - Suport picioare conform specificații de mai sus 2 unit . - Stand pentru perfuzie 1 unit, da tip WK-01.5 + WS-16.5. - Suport pentru ecran de anestezie 1 unit, DA, tip WS-01.6 + WS-17.6. - Suport pentru Caseta X-Ray 43 x 35 cm 1 unit, da tip WS-11.7. - Clemă pu interconectare suporturilor de mai sus este necesar să fie inclusă DA - Clemă pu interconectare suporturilor adăugător (rezervă) 4 unit DA Includerea a tuturor accesoriilor pentru interconectare a componentelor DA - Set de suporturi pentru operatie spinala – DA, incluse, vezi p.1-3 la "Accesorii_spinale.pdf": Cadru Spinal 1 unit. Curele pentru cadrul spinal 4 unit. Sistem de susținere a capului de tip CS Borne sau echivalent cu tapetură moale1 unit. Pernă de față (10 buc) 1 set Suport pentru piept cu tapetură moale 2 unit. Suport sold - standard o pereche cu tapetură moale 1 unit. Suport tibial 1 unit. Inele pentru genunchi 2 buc Set huse minim din 3 huse 6 set. CS Pad (2 inch) sau echivalent 1 buc Da, vezi "Accesorii_spinale.pdf", pag.8-10. - Fiecare componentă a mesei să fie detașabilă la maxim da - Instalarea se face de către reprezentatul oficial al producătorului da Inregistrat in RM cu nr. DM000499746 / DM000499750 Vezi cataloguri anexate – "SU-05_specification.pdf" pentru masa, "SU-05_accesorii.pdf" pentru accesorii generale si	
--	--	--	--	---	---	--

						"Accesorii_spinale.pdf" pentru accesorii spinale. Accesorii incluse	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: **mun.**
Chisinau, Str. Calea
Orheiului 103/3