

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1661428788671 / 21062286	din 09 septembrie 2022
Obiectul de achiziției:	Consumabile și reagenți de laborator	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
		Lot 3. Imunofluorescență, test rapid						
3.1	33600000-6	D-dimeri. Test rapid cantitativ. Metoda imunofluorescență.	AFIAS D-Dimer	Coreea	Boditech Med	(I) Analiza cantitativă a D-dimerilor. Metoda: imunofluorescență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cătușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic câștigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cătușe, doar pe perioada utilizării volumului de teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cătușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cătușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cătușuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014.	Conform cerințelor; Ambalaj 24 teste; Pe perioada de utilizare a testelor se va oferi în folosință un analizator AFIAS-1 de la producător.	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**