

Nr.licitației: ocds-b3wdp1-MD-1626353104816						Conform M-Tender		
Denumirea licitației: Articole parafarmaceutice (Manusi pentru examinare, Set de pelicole autoadezive)						Lot: _____ _din _		Pagina:
C od C P V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	1,1	Mănuși pentru examinare S	Ref Manusi din Latex, cu pudra R51S, albe	Italia	REFLEXX S.p. a Unipersonale	Mănuși pentru examinare,netede, cu pudra, Nesterile S Ambalaj max 100 buc Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusurilor si a substanțelor chimice. Rezistență la rupere Fabricate conform standardelor EN 455, EN 429, EN 374-2 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul deStat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ștampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neinregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a)Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). *Toate specificațiile sus- menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hirtie avizate cu ștampila umedă. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv si traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu ștampila umedă a participantului.\	Cod produs: R51 S Manusi din latex, pudrate, pentru examinare. Flexibile, conduce foarte bine senzațiile tactile. Produs destinat pentru profesioniști (medicina). Produs conform standardelor de referinta: PPE cat. 1 Reg EU 2016/425 Reg EU 2017/745 - EN 455 1, 2, 3, 4 EN 420 EN 374 - Directiva 2002/EEC, EU Reg. 10/2011	* PPE cat. 1 Reg EU 2016/425 * Reg EU 2017/745 * EN 455 1, 2, 3, 4 * Directiva 2002/EEC, EU Reg. 10/2011 * EN 420 * EN 374
33100000-1	1,2	Mănuși pentru examinare M	Wir Manusi Latex (M) albe, cu pudra (100 b) 40350402	Germania	WIROS WILFRIED ROSBACH GmbH	Mănuși pentru examinare,netede, cu pudra, Nesterile M Ambalaj max 100 buc Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusurilor si a substanțelor chimice. Rezistență la rupere Fabricate conform standardelor EN 455, EN 429, EN 374-2 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul deStat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ștampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neinregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a)Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). *Toate specificațiile sus- menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hirtie avizate cu ștampila umedă. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu ștampila umedă a participantului.	Cod produs: 40350402 Manusi din latex, pudrate, ambidextre. Latex natural. Culoarea alba. Produs conform standartelor de referinta: CE 2777 ISO 374-1:2016 TYPE C (KP) * ISO 374-5:2016 VIRUS * MD CLASS I * PPE CAT III * EN 455-1:2000 * EN 455-2:2015 * EN 455-3:2015 * EN 455-4:2009 * EN 420:2003 + A1:2009 * EN 374-2:2014 * EN 374-4:2013	* CE 2777 * ISO 374-1:2016 TYPE C (KP) * ISO 374-5:2016 VIRUS * MD CLASS I * PPE CAT III * EN 455-1:2000 * EN 455-2:2015 * EN 455-3:2015 * EN 455-4:2009 * EN 420:2003 + A1:2009 * EN 374-2:2014 * EN 374-4:2013
33100000-1	1,3	Mănuși pentru examinare L	Wir Manusi Latex (L) albastre, cu pudra 40350423 (100 b)/4015110000	Germania	WIROS WILFRIED ROSBACH GmbH	Mănuși pentru examinare,netede, cu pudra, Nesterile L Ambalaj max 100 buc Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusurilor si a substanțelor chimice. Rezistență la rupere Fabricate conform standardelor EN 455, EN 429, EN 374-2 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul deStat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ștampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neinregistrate în Registrul de Stat se vor prezenta următoarele documente: a)Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. b) Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). *Toate specificațiile sus- menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hirtie avizate cu ștampila umedă. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu ștampila umedă a participantului.	Cod produs: 40350423 Manusi din latex, pudrate, ambidextre. Latex natural. Culoarea albastra. Produs conform standartelor de referinta: CE 2777 ISO 374-1:2016 TYPE C (KP) * ISO 374-5:2016 VIRUS * MD CLASS I * PPE CAT III * EN 455-1:2000 * EN 455-2:2015 * EN 455-3:2015 * EN 455-4:2009 * EN 420:2003 + A1:2009 * EN 374-2:2014 * EN 374-4:2013	* CE 2777 * ISO 374-1:2016 TYPE C (KP) * ISO 374-5:2016 VIRUS * MD CLASS I * PPE CAT III * EN 455-1:2000 * EN 455-2:2015 * EN 455-3:2015 * EN 455-4:2009 * EN 420:2003 + A1:2009 * EN 374-2:2014 * EN 374-4:2013

SEMNAT: _____ Patraș Andrei in calitate de Director
Pragma Trading SRL, mun. Chisinau str. Calarași 63 ap. 43