

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1588582080754

Denumirea procedurii de achiziție: **Piese de schimb și consumabile pentru reparația utilajului medical**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
3314176 0-5	Baterie Crona 9V reîncărcabilă compatibil cu Incubator AmelierStar	31107003/ 56722101401	Germania	Varta	Compatibil cu Incubator AmelieStar	Baterie Crona 9V reîncărcabilă compatibil cu Incubator AmelierStar, Ni-mh, 200mAh, Dimensiuni: 26.5x15.7x48.5, Greutate 0.036 kg	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 13485:2016

3314176 0-5	Bloc de alimentare NFM-20-12 (12V 1.8A) compatibil cu lampa de examinare Rimsa Alfa-Led	NFM-20-12	Taiwan	MEAN WELL Enterpris es Co., Ltd.	Compatibil cu lampa de examinare Rimsa Alfa-Led	Compatibil cu lampa de examinare Rimsa Alfa-Led NFM-20-12 (12V 1.8A)	CE
3314176 0-5	Baterie compatibil cu Pulsoximetru TruSat	Exalium Premium TRUSAT 88888126	Franța	V.L.A.D	Compatibil cu Pulsoximetru TruSat	Baterie compatibil cu Pulsoximetru TruSat , 4,8V, 3Ah , Ni-mh	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 13485:2016
3314176 0-5	Filtru antibacterian compatibil cu aspiratorul chirurgical ASPEED professional	2200/36	Marea Britanie	GVS Filter Technolo gy UK Limited	Compatibil cu aspiratorul chirurgical ASPEED professional	Compatibil cu aspiratorul chirurgical ASPEED professional	CE
3314176 0-5	Baterie 3,6V 600mAh compatibil cu pompa cu seringă Perfusor compact B.Braun	Exalium Premium COMPACT 88888067	Franța	V.L.A.D		Baterie 3,6V 700mAh compatibil cu pompa cu seringa Perfusor compact B.Braun, Ni-cd, 0.063g	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 13485:2016
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele **Cucu Vasile**

În calitate de: Director

Ofertantul: ÎM „Autoritate Grup” SRL

MD-2064, r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii 68 A
