

Specificații tehniceNumărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1718610191127**Denumirea procedurii de achiziție: **Dispozitive medicale de laborator**Autoritatea contractantă: **I.M.S.P. Centrul de Sănătate Anenii Noi**

Cod CPV	Nr.Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	8	Hidrometru VIT-2	Hidrometru VIT-2	VIT-2	Ucraina	Steklopribor	Specificații tehnice: Dispozitiv p/u măsurarea umiditatea relativă a aerului și temperaturii în încăperi Temperatura de măsurare +150C - +400C; Scara de măsurare 0,2 0C Lichid termometric toluen. Intervalul de umeditatea de la 27 % până la 93% Deținerea fișei de stadartizare VIT-2	Diapazonul masurării: temperaturii: +15 - +40°C umidității relative la t +20 - +40 °C: 20-90% Lichid termometric: toluen Carcasă din plastic cu gradație p/u temperatură și umiditate; Două coloane din sticlă p/u determinarea temperaturii și umidității + colbă din sticlă p/u coloana deidentificare a umidității. Cu certificat metrologic.	CE/ISO/Dec laratie de conformitate

Numele, Prenumele **Stela POTINGA**În calitate de: **Administrator**Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova