

Specificații tehnice

LP nr. 21090677				Data: „07,09,2023		Alternativa nr.: _
Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2023						Pagina: __ din __
Cantitate	Model	Țara	Prođu- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
	3	4,00	5	6		8
Lot 3 Cateter de aspiratie CH 10	GT017-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Marimea: CH 10; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu	1.Marimea: CH 10; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9.	DM000372566
Lot 4 Cateter de aspiratie CH 8	GT017-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	1.Marimea: CH 8; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	1.Marimea: CH 8; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;	DM000372565
Lot 12 Sonde gastro- duodenale 16Fr	GT019-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	16 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14- 16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril	16 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5- 70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril	DM000371958
Lot 13 Sonde gastro- duodenale 14Fr	GT019-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	14 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14- 16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril	14 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril	DM000371957

Lot 19 Măști pentru ventilare O2	GT022-900	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	mască reutilizabilă pentru anestezie, mărimea 4 din silicon medical, să nu conțină latex. Formată dintr-un strat integru și nu conține cavități cu aer. Cu conector de diametru 22mm	mască reutilizabilă pentru anestezie, mărimea 4 din silicon medical, să nu conțină latex. Formată dintr-un strat integru și nu conține cavități cu aer. Cu conector de diametru 22mm	DM000239878
Lot 20 Mănuși din polietilenă	Mega Star	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folosință, nesterile. Pentru protejarea mâinilor de microbi, detergenți, substanțe chimice, destinate pentru activități miniminvasive. Cu margini bine sigilate.	Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folosință, nesterile. Pentru protejarea mâinilor de microbi, detergenți, substanțe chimice, destinate pentru activități miniminvasive. Cu margini bine sigilate.	DC
Lot 21 Robinete 3-direcționale	GT039-100	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	3-direcționale, rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune ≥ 4 bari, steril	3-direcționale, rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune ≥ 4 bari, steril	DM000372616

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **DIANA TUTUNARU** În calitate de: **JURIST**

Ofertantul: NATUSANA SRL Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31

