

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1755167088459 din 14.08.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 9 Lampă germicida (varianta de masă) 130130						
Lot nr. 9 Lampă germicida (varianta de masă) 130130	Lampă germicida (varianta de masă) Model Corp cu lampă UV 1x30W Navigator AMDM DM000564962	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Lampă germicida (varianta de masă) Cod 130130 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului, lichidului etc. Alimentare 220V, 50Hz Mobilă obligatoriu Numar de tuburi 1 sau 2 ≥ 30W Spectru de raze UV + vizibil Tuburi ≥ 8000 ore Unghiul de iradiere fara reflector Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu	Lampă germicida (varianta de masă) Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului, lichidului etc. Alimentare 220V, 50Hz - DA Mobilă - DA Numar de tuburi - 1 x 30W - DA Spectru de raze UV + vizibil - DA Tuburi - 10800 ore - DA Unghiul de iradiere fără reflector - DA Lampă germicidă fără eliminarea ozonului - DA Declarația producătorului. Fișa tehnică.	
Lot nr. 10 Lampă germicidă (varianta staționară) 130140						
Lot nr. 10 Lampă germicidă (varianta staționară) 130140	Lampă germicidă (varianta staționară) Model Corp cu lampa UVC 1x15W AMDM DM000564955	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Lampă germicidă (varianta staționară) Cod 130140 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete obligatoriu	Lampă germicidă (varianta staționară) Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz - DA Montabila pe tavan sau perete - DA Lampa cu tub inclus cu 1 x 15W - DA	

				Lampa cu tub inclus cu 1 tub, minim 15W Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere minim 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu	Spectru de raze UV + vizibil - DA Unghiul de iradiere 180° - Declarația producătorului - DA Timpul de funcționare a lămpilor - 8000 ore - DA Lampă germicidă fără eliminarea ozonului - DA Declarația producătorului Fișa tehnică	
Lot nr. 11 Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150						
Lot nr. 11 Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Model Corp cu Lampa UV 1x30W AMDM DM000564956	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Cod 130150 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete obligatoriu Lampa cu tub inclus cu 1 tub min. 30W, area de dezinfectare ≥ 20 m² Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere minim 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz - DA Montabila pe tavan sau perete - DA Lampa cu tub inclus cu 1 x 30W - DA area de dezinfectare ≥ 20 m² - DA Spectru de raze UV + vizibil - DA Unghiul de iradiere 180° - Declarația producătorului Timpul de funcționare a lămpilor - 10800 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului - DA La cerință poate fi înzestrat cu telecomandă cu timer Declarația producătorului Fișa tehnică	
Lot nr. 12 Lampă germicidă (varianta mobilă) 130160						
Lot nr. 12 Lampă germicidă (varianta mobilă) 130160	Lampă germicidă (varianta mobilă) Model Corp cu Lampa UV 3x30W AMDM DM000564951	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Lampă germicidă (varianta mobilă) Cod 130160 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperi, coridoare etc. Alimentare 220V, 50Hz Suportul Mîner pentru transportare min. 3 roți min. 2 cu frînă Numar de tuburi 3 tuburi ≥ 30W, ≥ 30 m² Tuburile tuburile incluse în set ≥ 8000 ore	Lampă germicidă (varianta mobilă) Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperi, coridoare etc. Alimentare 220V, 50Hz - DA Suportul Mîner pentru transportare - DA Cu 4 roți, 2 cu frînă - DA Numar de tuburi 3 x 30W, 90 m² - DA Tuburile incluse în set (timpul de funcționare a lămpilor) - 10800 ore - DA Spectru de raze UV + vizibil - DA Unghiul de iradiere 360 grade - DA Lampă germicidă fără eliminarea ozonului - DA Cablu 3 m	

				Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere 360 grade Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu	 Protecție de la scurt circuit și supratensiune Telecomanda cu taimer Fișa Tehnică	
Lot nr. 14 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) 130510						
Lot nr. 14 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) 130510	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare Model EN-V9 AMDM DM000558837	China	SHENZHEN ENMIND TECHNOLOGY CO., LTD.	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510 Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afișate LCD posibilitatea de ajustare a luminozității Alarmer Rata Volum infuzat Timpul infuzat Rata KVO Nivelul de încărcare a bateriei Nivelul de ocluzie Evenimente ≥ 2000 Istoria Data, ora Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml Rata fluxului diapazon min. 0.1-1,500 ml/h Setarea prin incrementare începând cu 0.01 ml Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise diapazon min. 0.1 - 5 ml/h Acuratetia infuziei ≤5 %	Display: Date afișate: LCD cu posibilitatea de ajustare a luminozității Da, brochura pag 2 Alarmer: Rata Da, brochura pag 2 Volum infuzat Da, brochura pag 2 Timpul infuzat Da, brochura pag 2 Rata KVO Da, brochura pag 2 Nivelul de încărcare a bateriei Da, brochura pag 2 Nivelul de ocluzie Da, brochura pag 2 Evenimente: ≥ 5000 brochura pag 2 Istorie: Da, brochura pag 2 Data, ora Da, pag 47, user manual Capacitatea pompei: Diapazonul volumului infuzat: 0.1 - 9999 ml Da, brochura pag 2 Rata fluxului: Diapazon minim 0.1 - 2300 ml/h Da, brochura pag 2 Setarea prin incrementare: Începând cu 0.01 ml Da, brochura pag 2 Regim de lucru KVO (menținerea venei deschise): Diapazon minim 0.1 - 10 ml/h brochura pag 2 Acuratețea infuziei: 4.5% brochura pag 2 Funcția bolus: Da, brochura pag 2 Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus: Diapazon minim 1 - 2300 ml/h brochura pag 2 Selectarea volumului infuzat: Da, brochura pag 2 Selectarea ratei de infuzie: Da, brochura pag 2 Calcularea dozei/medicament: Da pag 2 brochura Regim de lucru în flux (setarea fluxului): Da, brochura pag 2 Trecerea automată în regim de așteptare: Da, brochura pag 2 Carcasă: Carcasă ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului: IP44 brochura pag 2	

				Funcția bolus obligatoriu Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon min. 0.1 - 1500 ml/h Selectarea volumului infuzat obligatoriu Selectarea ratei de infuzie obligatoriu Calcularea dozei/medicament obligatoriu Regim de lucru în flux (setarea fluxului) obligatoriu Trecerea automată în regim de așteptare obligatoriu Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului minim IP23 Nivelul presiunii de ocluzie maxime diapazon min. 75 - 750 mmHg min. 9 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistemul IV până la conectarea circuitului la pacient obligatoriu Funcție de chemare asistentă obligatoriu Blocarea panoului de control obligatoriu Alarma sonora obligatoriu Alarma vizuala obligatoriu Fixarea perfuzorului pe rampă verticală obligatoriu Setări IV Protecție la flux liber obligatoriu Capacitatea de captare aer obligatoriu Alarmă acustică și vizuală Ocluzie obligatoriu Nivelul de ocluzie obligatoriu Afișarea ocluziei în timp real obligatoriu Alarmă de flux obligatoriu Bula de aer obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu	Nivelul presiunii de ocluzie maxime: Diapazon minim 75 - 750 mmHg, minim 9 nivele Da, declaratie producătorului Funcția de evacuare a bulei de aer din sistemul IV până la conectarea circuitului la pacient: Da, brochura pag 2 Funcție de chemare asistentă: Da, pag 19 user manual Blocarea panoului de control: Da, brochure pag 2 Alarmă sonoră: Da, user manual pag 9 Alarmă vizuală: Da, user manual pag 9 Fixarea perfuzorului pe rampă verticală: Da, user manual pag 20 Setări IV: Protecție la flux liber: Da, pag 28 user manual Capacitatea de captare aer: Da, pag 36 user manual Alarmă acustică și vizuală: Ocluzie: Da, pag 2 brochura Nivelul de ocluzie: Da, pag 2 brochura Afișarea ocluziei în timp real: Da, pag 2 brochura Bula de aer: Da, pag 2 brochura Eroare de sistem: Da, pag 2 brochura Set decuplat: Da, pag 2 brochura Rezervor gol: Da, pag 2 brochura Ușă deschisă: Da, pag 2 brochura Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate: Da pag 45 user manual Infuzia completă: Da, pag 2 brochura Baterie descărcată: Da, pag 2 brochura Posibilitatea de setare a volumului: Da, pag 46 user manual Mod silence a alarmei: Da, pag 46 user manual Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă): Setarea parametrilor implicați dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei: Da, pag 2 user manual Programe de analiză presetate: Da, pag 53 user manual	
--	--	--	--	---	---	--

				Set decuplat obligatoriu Rezervor gol obligatoriu Ușă deschisă obligatoriu Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate obligatoriu Infuzia completă obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Posibilitatea de setare a volumului obligatoriu Mod silence a alarmei obligatoriu Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor impliciți dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei obligatoriu Programe de analiză presetate obligatoriu Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie incorporată obligatoriu Durata de operare autonomă ≥ 6 h la fluxul de 25ml/h Acesorii Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu Circuite ≥ 200 buc. pentru fiecare pompă procurată da, să se indice codul produsului oferit	Alimentarea electrică: Rețea electrică: 220 V, 50 Hz Da pag 2 brochura Baterie încorporată: Da pag 2 brochura Durata de operare autonomă: ≥ 6 h la fluxul de 25 ml/h Da pag 2 brochura Acesorii Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie Da. Circuite - 200 buc. pentru fiecare pompă procurată - Da, Cod 8722935 Bbraun.	
Lot nr. 23 Pat electric, pentru adulți 140490						
<u>Lot nr. 23 Pat electric, pentru adulți 140490</u>	Pat electric <u>Model WANS 3060</u> AMDM DM000670136	Turcia	SCHRODER MEDIKAL TICARET A.S.	Pat electric, pentru adulți Cod 140490 Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general Tip pacient adult	Pat electric, pentru adulți Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general Da Tip pacient adult Da Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Da pag 2 brochura Funcționalități poziționare Da pag 1 brochura	

				Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 80 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Bare de protecție da, pliabile Suport cap demontabil obligatoriu Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului obligatoriu Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică Alimentare 230 V $\pm$ 10%, 50 Hz Saltea ortopedică da, să se indice codul produsului	Controlul de către asistentă Blocarea control pacient Da pag 1 brochura Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 270 kg Da pag 2 brochura Înălțime Ajustabilă 81 cm pag 2 brochura Rotile Diametru 15 cm, pag 2 brochura Sistem de blocare la minim 2 rotile Da pag 2 brochura Bare de protecție, pliabile Da ABS side rails pag 2 brochura Suport cap demontabil - Da pag 1 brochura Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului - Da pag 2 brochura Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică - Da pag 1 brochura Alimentare 230 V $\pm$ 10%, 50 Hz - Da Saltea ortopedică, MT02	
Lot nr. 24 Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) 140510						
Lot nr. 24 Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) 140510	Fotoliu ginecologic Model DT 21 AMDM DM000670009	Turcia	SCHRODER MEDIKAL TICARET A.S.	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru miini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 55 - 90 cm Capacitate maximă ≥ 200 kg	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni 3 - Da, pag 1 brochura Suporturi pentru mâini - Da, pag 1 brochura pentru picioare - Da, pag 1 brochura Carcasul oțel vopsit electrostatic - Da, pag 1 brochura Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici - Da, pag 1 brochura Înălțime reglabilă 55 - 95 cm - Da pag 1 brochura Capacitate maximă 260 kg - Da pag 1 brochura	

Lot nr. 39 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200					
<u>Lot nr. 39</u> Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza <u>Model SE 3</u> AMDM DM000499510	China	EDAN INSTRUMENTS, INC.	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic, diapazon 0.05-150 Hz Filtre musculare obligatoriu Filtre frecvență joasă obligatoriu Filtre frecvență înaltă obligatoriu Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s	<u>Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza.</u> Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric - DA Datasheet pag 1-3; Numărul de canale de procesare 3 - DA Datasheet pag 1-3; Configurația Portabil - DA Datasheet pag 1-3; Derivațiile Tip înregistrare auto și manual - DA Datasheet pag 1-3; Sensivitatea 2.5,5,10,20mm/mv-DA Datasheet pag2; Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% - DA Datasheet pag 2; Gama de frecvență De diagnostic,diapazon 0.05-150Hz - DA Datasheet pag 2; Filtru muscular 25, 35Hz - DA Datasheet pag 2; Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5,0.67Hz - DA Datasheet pag 2; Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100,150Hz - DA Datasheet pag 2; Filtru de rețea 50 Hz - DA Datasheet pag 2; Impedanța de intrare ≥ 50MΩ(10Hz) - DA Datasheet pag2; Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB - DA Datasheet pag 2; Convertor analog-digital -24 bit - DA Datasheet pag 2; Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA - DA Datasheet pag 2; Detector de pacemaker - DA Datasheet pag 2; Indicator deconectare electrod acustic sau vizual - DA User manual pag 61; Imprimantă Termică încorporată - DA Mărimea hîrtiei 80 mm - DA Datasheet pag 1;

				Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu, se indica parametrii hîrtiei (Exemplu Hirtie milimetrica 80x20x12 ext. unde 80 mm latimea, 20 m lungimea, 12 diametrul bobinei, ext - înfășurare exterioară) Display Grafic obligatoriu LCD monochrmon obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluție display $\geq 320 \times 240$ Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 2 ore Protecție defibrilator obligatoriu	Să se indice numele derivației printate -DA User manual pag 36; Viteza de înscriere 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50mm/s - DA Datasheet pag 1; Densitatea imprimarii 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s - DA Datasheet pag 1; Derivațiile înscrise 12 - DA Datasheet pag 1; Numărul de derivații înscrise simultan 3 - DA User manual 48; Hârtia termică este compatibilă și de la alți producători de hârtie cu dispozitivul ECG - DA Datasheet pag 1; Hârtie milimetrica 80x20x12 ext. unde 80 mm lățimea, 20 m lungimea, 12mm diametrul tubului interior. Display Grafic - DA; LCD color - DA Datasheet pag 1; Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile - DA Datasheet pag 1; Mărime ecran 3,5 inch - DA Datasheet pag 1; Rezoluție display - 320x240 - DA Datasheet pag 1; Numărul de derivații afișate simultan - 6 DA Datasheet pag 1; Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului: Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea - DA User manual pag 33; Ajustarea automată a izoliniei - DA User man pag 17; Identificarea aritmiei - DA User manual pag 46; Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM - DA Datasheet pag 1; Acuratețea ± 1 BPM - DA Datasheet pag 1; Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG - DA User manual pag 36; Măsurări PR,QT,QTC,P,QRS,T,HR; - DA Software User Manual pag 25;	
--	--	--	--	--	---	--

				Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii Cablul pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. Hârtie termică ≥ 30 buc. Gel de contact ≥ 1 litru	Timul interpretării minim 10s - DA Software User Manual pag 26; Alimentarea 220V, 50Hz - DA Datasheet pag 1; Baterie internă reîncărcabilă - DA Timp operare autonomă 3-6,5ore -DA Datasheet pag 1; Protecție defibrilator - DA Datasheet pag 1, Declarație producător; Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact, status sistem - DA User manual pag 61; Deconectare alimentare rețea -DA User manual pag12; Baterie descărcată - DA User manual pag 61; <u>Accesorii</u> Cablul pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) - 2 set DA User manual pag 25-26; Hârtie termică - 30 buc. Gel de contact - 1 litru.	
Lot nr. 40 Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) 260270						
<u>Lot nr. 40 Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) 260270</u>	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Model SE 2012 AMDM DM000499527	China	EDAN INSTRUMENTS, INC.	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG în 12 derivații simultan, nictimeral monitorizând parametrii în timpul repausului și la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz Impedanța de intrare ≥ 100 MOhm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Detectare pacemaker obligatoriu Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz Frecvența ajustabilă obligatoriu	<u>Monitor Holter ECG (caracteristici avansate)</u> Descriere Dispozitivul înregistrează ECG în 12 derivații simultan, nictimeral monitorizând parametrii în timpul repausului și la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric - DA, confirmare în accesorii user manual pag 31; Numărul de canale de procesare 12 - DA, brochure tehnical pag 1; Configurația Portabil - DA, brochure tehnical pag 1; Derivațiile Tip înregistrare automat - DA, user manual pag 19; Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz - DA, brochure tehnical pag 1; Impedanța de intrare ≥ 50 MΩ - DA, brochure tehnical pag 1; Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB - DA, user manual pag 35; Detectare pacemaker - brochure tehnical pag 1;	

				Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) ≥ 14 bit Ecran LCD obligatoriu lumină fundal obligatoriu Date ecran ora obligatoriu statut baterie obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Buton evenimente obligatoriu Buton navigare meniu obligatoriu Blocarea automată a butoanelor obligatoriu Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB/SD-Card/Wi-Fi/ BT Baterie reîncărcabilă obligatoriu tip baterie AA sau AAA Tip operare autonomă ≥ 72 ore Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Posibilități soft PC de interpretare Introducere date pacient obligatoriu Adnotare eveniment ECG obligatoriu Clasificarea de evenimente obligatoriu Analiza ST obligatoriu Analiza QT obligatoriu Analiza PQ obligatoriu Analiza PM obligatoriu Analiza aretmiilor obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu	Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție - 1200 Hz - 25.6kHz Frecvența ajustabilă - DA, user manual pag 23; Rezoluția ADC (Convertor Analog/ Digital) - 24 bit DA, brochure technical pag 1; Ecran LCD - DA, user manual pag 17; lumină fundal - DA, user manual pag 8; Date ecran ora - DA, user manual pag 23; Statut baterie - DA, user manual pag 18; Indicator deconectare electrod acustic sau vizual - DA, user manual pag 11; Buton evenimente - DA, user manual pag 8; Buton navigare meniu - DA, user manual pag 8; Blocarea automată a butoanelor - DA, buton M user manual pag 8; Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT - (USB /SD-Card, user manual pag 21; Baterie reîncărcabilă - DA, user manual pag 12; tip baterie AAA - DA, brochure technical pag 1; Tip operare autonomă ≥ 72 ore - (Da, 12-lead ECG data for 24 ~ 48 hours or 3-channel ECG data for 24~96 hours user manual pag.7) Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact - DA, user manual pag 18; Status sistem - DA, user manual pag 18; Deconectare alimentare - DA, user manual pag 18; Baterie descărcată - DA, user manual pag 18; Posibilități soft PC de interpretare Introducere date pacient - DA, user manual pentru software pag 19; Adnotare eveniment ECG - DA, user manual pentru software pag 40; Clasificarea de evenimente - DA; Analiza ST - DA, user manual pentru software pag 8; Analiza QT - DA, user manual pentru software pag 8,61;	
--	--	--	--	---	--	--

				Raport presetabil de utilizator obligatoriu Interfața presetabilă utilizator obligatoriu Posibilitate printare raport obligatoriu Accesorii Cablu ECG ≥ 3 unități Set de electrozi de unica folosinta adult ≥ 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric ≥ 500 buc. Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare obligatoriu Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor obligatoriu	Analiza PQ - DA, user manual pentru software pag 8; Analiza PM - DA, user manual pentru software pag 8,63; Analiza aretmiilor - DA, user manual pentru software pag 8; Variabilitate ritm cardiac după timp - DA, user manual pentru software pag 8; Variabilitate ritm cardiac după frecvență - DA, user manual pentru software pag 8; Reprezentarea grafică a datelor - DA, user manual pentru software pag 22; Reprezentarea tabelară a datelor - DA, user manual pentru software pag 56; Raport presetabil de utilizator - DA, user manual pentru software pag 16; Interfața presetabilă utilizator - DA, user manual pentru software pag 16, 68; Posibilitate printare raport - DA, user manual pentru software pag 74; <u>Accesorii</u> Cablu ECG - 3 unități - DA; Set de electrozi de unica folosinta adult - 500 buc DA; Set de electrozi de unica folosinta pediatric - 500 buc.-DA; Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare - DA Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor DA;	
Lot nr. 41 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric) 260310						
<u>Lot nr. 41</u> Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric) 260310	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric) <u>Model X12</u> AMDM	China	EDAN INSTRUMENTS, INC.	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric) Cod 260310 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. Parametrul Specificația	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric) Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric, nou-născut DA, Datasheet pag 1-5; Display, tip Diagonala ≥ 12 inch DA, Datasheet pag 1;	

	DM000577957		Tip pacient Adult, pediatric, nou-născut da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED obligatoriu Numărul de curbe afișate concomitent între 3 și 12 minim Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmetului ST obligatoriu Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi obligatoriu I, II, III obligatoriu Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm Detectarea aritmiei obligatoriu Detectarea pacemaker obligatoriu Monitorizarea respirației Pediatric diapazon min. 0 - 150 rpm Protecție în portiva șocurilor de defibrilare obligatoriu Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei obligatoriu Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat (exemplu: masimo, nellcor, etc)	LCD TFT sau LED DA, Datasheet pag 1; "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim DA. 13, Datasheet pag 1; Parametri afișați Semnal ECG DA, Datasheet pag 1-5; Pulsul DA, Datasheet pag 1-5; SpO2 DA, Datasheet pag 1-5; Fotopletismograma DA, Datasheet pag 1-5; Presiunea sanguină neinvaziv DA, Datasheet pag 1-5; Temperatura DA, Datasheet pag 1-5; Analiza automată a undei ST DA, Datasheet pag 1-5; Trendingul ST DA, Datasheet pag 1-5; Media în analiza segmetului ST DA, Datasheet pag 1-5; Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" DA, Datasheet pag 1; I, II, III DA, Datasheet pag 1; Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV DA, 1,25- 40mm/mV sau Auto. Datasheet pag 1; Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB DA, 105 dB Datasheet pag 2; Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm DA, Datasheet pag 2; Detectarea aritmiei DA, Datasheet pag 2; Detectarea pacemaker DA, Datasheet pag 2; Monitorizarea respirației Pediatric diapazon min. 0 - 150 rpm DA, Datasheet pag 2; "Protecție în portiva șocurilor de defibrilare" DA, Datasheet pag 3, IEC 60601-1 Standart; Modul SpO2, Diapazonul 1 - 100%. Da, 0-100% Datasheet pag 2; Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Da, Datasheet pag 2; Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm Da, 25-300bpm Datasheet pag 3; Monitorizarea pletismogramei Da, Datasheet pag 2; "Tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat" (Edan Module SpO2, Datasheet pag 2;)	
--	-------------	--	--	--	--

				Modul NIBP Diapazonul Pediatric diapazon min. 10 - 200 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Buton de activare/dezactivare manual a NIBP obligatoriu Metoda de măsurare oscilometrică Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric 240 mmHg, ± 3mmHg Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0 - 50.0 °C Acuratețea ± 0.1 °C Rezoluția ≤ 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogramate obligatoriu Protocoale de lucru setate de utilizator obligatoriu Memorie internă obligatoriu Trendingul evenimentelor obligatoriu Arhivarea datelor obligatoriu Imprimantă Încorporată obligatoriu Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s Înscriere continuă obligatoriu Preprogramate obligatoriu Personalizate obligatoriu Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă obligatoriu Timp de lucru autonom a bateriei min 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu Alarma Vizuala, sonora obligatoriu Manjetă deconectată obligatoriu	Modul NIBP Diapazonul Pediatric diapazon min. 10 - 200 mmHg Da10-240 mmHg, Datasheet pag 2; Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Da, Datasheet pag 2; Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Da 1/2/2.5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480 min sau la discreția utilizatorului., Datasheet pag 2; "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" Da, Datasheet pag 2; Metoda de măsurare, oscilometricăDa, Datasheet pag2; "Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric" 240 mmHg, ± 3mmHg Da, Datasheet pag 2; Modul Temperatura, Diapazonul min. 0 - 50.0 °C Da 0- 50°C, Datasheet pag 2; Acuratețea ± 0.1 °C , Da, Datasheet pag 2; Rezoluția ≤ 0.1 °C Da 0.1 °C, Datasheet pag 2; Număr de senzori, 1 unit. Da unit, Datasheet pag 2; Protocoale de lucru preprogramate Da, Datasheet pag 1; Protocoale de lucru setate de utilizator obligatoriu Da, Datasheet pag 1; Memorie internă Da, Datasheet pag 1; Trendingul evenimentelor Da, Datasheet pag 1; Arhivarea datelor Da, Datasheet pag 1; Imprimantă Încorporată Da, Datasheet pag 1; Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s Da, Datasheet pag 1; Înscriere continuă Da, Datasheet pag 1; Preprogramate Da, Datasheet pag 1; Personalizate Da, Datasheet pag 1; Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz. Da, Datasheet pag 1; Baterie internă Da, Datasheet pag 1; Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Da, ≥ 4h Datasheet pag 1; Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. Da, Ethernet / wireless / RS- 232 Datasheet pag 1;	
--	--	--	--	---	---	--

				Manjetă defect obligatoriu Senzor SpO2 deconectat obligatoriu Senzor SpO2 defect obligatoriu Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită obligatoriu Nivelul baterie scăzut obligatoriu Alarmerata cardiacă scăzută/mărită obligatoriu Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului Electrozi ECG pediatric, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului Senzor SpO2 pediatric, reutilizabil 2 buc., să se indice codul produsului Senzor Temperatură pediatric, reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Manjete NIBP pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc) 2 set., să se indice codul produsului Hârtie termică 5 buc., să se indice codul produsului Troleu pe roțile Indicați modelul oferit model produsului oferit min. 5 roțile obligatoriu min. 2 roțile cu frână obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu mîner pentru transportare obligatoriu sistem de fixare a dispozitivului de suport obligatoriu	Alarma Vizuala, sonora Da, Datasheet pag 1; doc. User manual 39-67 Manjetă deconectată, Doc, User manual 39-67 Manjetă defect Doc, User manual 39-67 Senzor SpO2 deconectat Doc, User manual 39-67 Senzor SpO2 defect, Doc, User manual 39-67 Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită Doc, User manual 39-67 Nivelul baterie scăzut Doc, User manual 39-67 Alarmerata cardiacă scăzută/mărită Doc, User manual 39-67 Lipsă sursă externă de alimentare Doc, User manual pag 15-16; Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore Doc, User manual 39-67 Ajustarea nivelului de alarmă Doc, User manual 39-67 <i>Accesorii</i> Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc., codul 01.57.471483 Electrozi ECG pediatric, unică utilizare 300 buc., codul 01.57.472011; Senzor SpO2 pediatric, reutilizabil 2 buc, codul 02.57.225000 Senzor Temperatură pediatric, reutilizabil 1 buc., codul 01.15.040226 Manjete NIBP "pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc)" 2 set., codul cuff infant(10-15 cm) 01.57.471326 cuff small child (13-17 cm) 01.57.471327 cuff child(16-21,5 cm) 01.57.471328 Hârtie termică 5 buc.,codul 01.57.078035 Troleu pe roțile modelul oferit - Model M01 5 roțile - Da , 2 roțile cu frână - Da;	
--	--	--	--	--	---	--

Lot nr. 42 Pulsoximetru de buzunar 260440						
Lot nr. 42 Pulsoximetru de buzunar 260440	Pulsoximetru de buzunar Model SONOSAT F02T AMDM DM000305460	China	JIANGSU KONSUNG BIO MEDICAL SCIENCE AND TECHNO LOGY., LTD	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu Display LED sau LCD Alarmer Auditiv opțional Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline Stingerea automată în caz de neutilizare obligatoriu Durata de funcționare în continuu ≥ 10ore Set de baterii inclus 1 set	<u>Pulsoximetru de buzunar</u> Model SONOSAT F02T Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoară pulsul, Indicele de perfuzie (PI) și saturația de oxigen (SpO2) – DA ; <u>Parametru Specificație</u> Interval de măsurare SPO2 0 - 100% - DA ; Pulsul 30 - 250 bpm - DA ; Acuratețe SPO2 70 - 100 ± 2% - DA ; Pulsul (18 - 250) 25 - 250 ± 3 bpm - DA ; Rezoluția SPO2 1% 0...100% - DA ; Pulsul 1 bpm - DA ; Afișaj SPO2 - DA ; Indicele de perfuzie (PI) - DA ; Valoare pulsului - DA ; Indicator baterie descărcată - DA ; Carcasa Rezistent la șocuri, căderi - DA ; Display LED type OLED 0.96 inch - DA ; Alarmer Auditiv ,Vizual - DA ; Alimentare Baterie tip AAA Alkaline - DA ; Stingerea automată în caz de neutilizare - DA ; Durata de funcționare în continuu ≥ 20 ore - DA ; Set de baterii inclus 1 set - DA ; Broshura F02T.	
Lot nr. 63 Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120						
Lot nr. 63 Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Model Sonotronic US 2 AMDM DM000674819	Polonia	ELEKTRO NIKA I ELEKTROME DYCYNA M. LEWAN DOWSKI SP.J.	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet Cod 400120 Descriere este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local Parametru Specificație Ecran dimensiune min. 4 inch color, touch-screen	Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local Parametru Specificație Ecran color, touch-screen - 4,3 inch pag 18 Catalog ; Frecvența de lucru diapazon 1MHz - 3MHz - DA , pag 18 Catalog ; Puterea maxima - 12,5W- DA , pag 18 Catalog ;	

				Frecventa de lucru diapazon minim 1-3 MHz Puterea maxima ≥ 15W Moduri de operare continuu sau pulsatoriu Functia de comutarea automata a frecventei obligatoriu Testarea automata da Suprafata de contact a sondei min. 5 cm2 Posibilitatea reglării puterii obligatoriu Timpul de tratament 1-30 min. Alarma finalizare tratament obligatoriu Alarma sonora si vizuala contact sonda obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 30 Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 50 Tensiune 220V 50Hz Accesorii Sonda cu ultrasunet, 1 buc., să se indice codul produsului Gel contact, să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	Moduri de operare continuu sau pulsatoriu - DA, pag 18 Catalog; Funcția de comutarea automata a frecvenței - DA, pag 18 Catalog; Testarea automata - DA, pag 18 Catalog; Suprafata de contact a sondei Sonda SU - 5, 5 cm2 - DA, pag 18 - 19 Catalog; Posibilitatea reglării puterii de pe aplicator - DA, pag 18 Catalog; Timpul de tratament 30sec - 30min - DA, pag 18 Catalog; Alarmă finalizare tratament - DA, pag 18 Catalog; Alarma sonora si vizuala contact sonda - DA, pag 18 Catalog; Librărie de protocoale interne de tratemant ≥ 30 - DA, pag 18 Catalog; Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator - 50 - DA, pag 18 Catalog; Tensiune 220V 50Hz - DA, pag 18 Catalog; <u>Accesorii</u> Sondă cu suprafață de 5 cm² - Sonda SU-5 - pag 19 Catalog; Gel contact - 0,5l (nu este indicat de producator codul) Troleu dispozitiv - Model - SM 1, pag 32 Catalog.	
Lot nr. 64 Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150						
Lot nr. 64 Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150	Model Biomag Lumina 3D-e clinic AMDM DM000746669 DM000746682	Cehia	KAREL HRNCIR-BIOMAG	Magnetoterapie Cod 400150 Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificație Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecventei semnalului diapazon minim 1-100Hz	Magnetoterapie Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificație Ecran dimensiune - 3.5inch color, Data sheet pag 1; Canale independente - 4 buc, Data sheet pag 1; Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular - Data sheet pag 1; Diapazonul frecventei semnalului diapazon 1-81Hz Data sheet pag 1;	

				Intensitatea maxima a campului magnetic pe canal ≥ 100 gauss Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	Intensitatea maxima a campului magnetic pe canal ≥ 100 gauss Data sheet pag 1; Timpul de tratament diapazon 1-90 min Data sheet pag 1; Alarma finalizare tratament - Data sheet pag 1; Librarie de protocoale interne de tratament - 200buc - Data sheet pag 1; Posibilitatea de creare a programelor de tratament de către utilizator obligatoriu - Data sheet pag 1; Tensiune 220V, 50 HZ - Data sheet pag 1; <u>Accesorii</u> Aplicatori magnetici 2 buc., Covoras electromagnetic 1 buc - A11P (Broșură); Aplicator magnetic flexibil 1 buc - A9P(Broșură); Curele de fixare flexibile 1 set., Aplicatorul și covorașul au curele de fixare - DA; Troleu dispozitiv 1 buc - DA.	
Lot nr. 68 Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale 400141						
<u>Lot nr. 68</u> Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale 400141	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale <u>Model</u> MULTITRONIC MT-3 AMDM DM000674816	Polonia	ELEKTRONIKA I ELEKTROMEDY CYNA M. LEWANDOWSKI SP.J.	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Cod 400141 Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă Parametru Specificație Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară opțional: tratamentul bolilor venoase Tip Portabil Canale pentru electroterapie ≥ 2 buc Alarma finalizare tratament obligatoriu Programe presetate de lucru: Curenti diadinamici Curenti interferențiali TENS	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă <u>Parametru Specificație</u> Catalog pag 12 Aplicații stimulare nervoasă și stimulare musculară opțional: tratamentul bolilor venoase - DA Tip Portabil - DA Canale pentru electroterapie - 2 canale - DA Alarma finalizare tratament - DA Programe presetate de lucru: Curenti diadinamici - DA Curenti interferențiali - DA TENS - DA	

				Stimulare Kotz Curenti Trabert (Ultra Reiz) Tonoliză EMS (Stimulare electrică musculară) Alimentare 220V, 50 HZ Accesorii Cablu pentru tratament electroterapie. ≥ 2 buc, să se indice codul produsului Set de electrozi, tampoane, benzi de fixare., să se indice codurile produselor Siguranță de rezervă ≥ 1 buc.	Stimulare Kotz - DA Curenti Trabert (Ultra Reiz) - DA Tonoliză - DA EMS (Stimulare electrică musculară) - DA Alimentare 220V, 50 HZ - DA <u>Accesorii - Catalog pag 13</u> Cablu pentru tratament electroterapie - 2 buc, K-2L, K4. Set de electrozi, tampoane, benzi de fixare: E-S75, E-S50, E-A75, E-A50, P-75, P-50 Siguranță de rezervă - T0.5AL250V.	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
 În calitate de: Administrator
 Ofertantul: Aelo Grup SRL
 Adresa: Mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6