

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1779350959041](#) din 22.06.2026

Obiectul achiziției: **Baterii cu butelii de oxigen, inclusiv instalare și servicii conexe**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/cod de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1.</b> Baterii cu butelii de oxigen, inclusiv instalare și servicii conexe	Pachet 16x50 l, O <sub>2</sub> , presiune apă 200 bar	Germania	eurocyli nder systems AG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Volumul bateriei – min. 800l;</li> <li>- număr de butelii în baterie – min. 16 bucăți;</li> <li>- Volumul buteliei de oxigen – min. 50l;</li> <li>- Presiunea de încărcare și lucru – min. 200bar;</li> <li>- Presiunea de testare – 300bar;</li> <li>- Volumul total al oxigenului în baterie min. 150m<sup>3</sup>;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Volumul bateriei – 800l;</li> <li>- număr de butelii în baterie – 16 bucăți;</li> <li>- Volumul buteliei de oxigen – 50l;</li> <li>- Presiunea de încărcare și lucru – 200bar;</li> <li>- Presiunea de testare – 300bar;</li> <li>- Volumul total al oxigenului în baterie 150m<sup>3</sup>;</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura de lucru între -20°C +65°C;</li> <li>- Anul de producere a bateriei – 2026;</li> <li>- Termen de exploatare până la următoarea testare – 10ani;</li> <li>- Carcasa bateriei să fie protejată împotriva coroziunii;</li> <li>- Carcasa să conțină ureche pentru ridicare și transportare cu telferul (macaraua), sub carcasă să fie acces pentru transpalet;</li> <li>-Tabulatura de conectare a buteliilor să fie din oțel inoxidabil sau din materiale rezistente la corozie;</li> <li>- Garanție – minim 36 de luni din data livrării;</li> <li>- Certificare 2010/35 EU; EN ISO 10961:12; ADR / RID :2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura de lucru între -20°C +65°C;</li> <li>- Anul de producere a bateriei – 2026;</li> <li>- Termen de exploatare până la următoarea testare – 10ani;</li> <li>- Carcasa bateriei este protejată împotriva coroziunii;</li> <li>- Carcasa cu ureche pentru ridicare și transportare cu telferul (macaraua), sub carcasă acces pentru transpalet;</li> <li>-Tabulatura de conectare a buteliilor din materiale rezistente la corozie;</li> <li>- Garanție – 36 de luni din data livrării;</li> <li>- Certificare 2010/35 EU; EN ISO 10961:12; ADR / RID :2017</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: AdministratorOfertantul: Tehnolider SRL Adresa: str.Mesterul Manole 9/8A

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1779350959041</a> din 22.06.2026
Obiectul achiziției: <b>Baterii cu butelii de oxigen, inclusiv instalare și servicii conexe</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Bunuri</b>							
31400000-0	<b>Lot 1.</b> Baterii cu butelii de oxigen, inclusiv instalare și servicii conexe	bucata	4	156944.25	188333.10	<b>627777.00</b>	<b>753332.40</b>	În termen de 4 luni din data semnării contractului.
<b>Total:</b>						<b>627777.00</b>	<b>753332.40</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa: str. Mesterul Manole 9/8A