

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1578578586644				Data: 20.01.2020.	Alternativa nr
Denumirea licitației:		Servicii de deservire tehnică a dispozitivelor medicale in cadrul Serviciului de Informatii si Securitate al RM.				Lot:1.	Pagina: 1
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1	50400000-9	Deservirea dispozitivelor medicale din Secția diagnosticare				Conform cerințelor Lotului 2 din caietul de sarcini: Aparat radiologic stomatologic; CALSCAN 800, producator LISTEM Coreia cu urmatoarele dispozitive: -CR VITA, producator Carestream Health; -Imprimanta Dry View 5700,producator Carestream Health; -Statie de lucru CR VITA	1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice 2. Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: - frâne electromagnetice, dispozitive de acționare - dispozitiv de centrare 3. Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: - cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă - generator și tub roentgen 4. Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare 5. Verificarea integrității și existenței plombelor 6. Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului inclusiv următoarele verificări: - verificarea orei programării

						regimului de lucru - verificarea capacității de lucru a Complexului în condițiile expunerii diferite - verificarea parametrilor câmpului de lucru - verificarea dozei de expunere - verificarea capacității de lucru la modificarea tensiunii de alimentare - verificarea puterii consumate - verificarea calității parametrilor electrici in diferite regimuri de lucru - verificarea capacității distinctive 7 Verificarea și ajustarea centrării fascicolului radiologic 8. Curatarea regulata a rolelor prin programul de mentenanta al dispozitivului CR VITA, Carestream Health 9.Calibrarea regulata a dispozitivelor. <u>O dată în trimestru, la solicitare</u> <u>Lotul II. Secția diagnosticare:</u> Electrocardiograf cu 6 canale Spirograf BTL-OB Spiro Set videoendoscopic OLYMPUS – endoscop CV-170 Fibrogastroscoop OLYMPUS – 40 <u>Lotul II. Secția diagnosticare:</u> Dental air compresor DA-7001 Dentamatic 500 „Chameleon MX”
--	--	--	--	--	--	---

							Dental Unit FONA 1000 Aparat de sablare cu nisip Instalație stomatologică “Diplomat ADEPD” Instalație stomatologică “Diplomat ADEPD” Instalație stomatologică „Aria” Fotoliu pacient Bormașina DV Pupinel cu aburi cald Melag Micromotor cu bază Autoclav Vacuum 31430015 Compresor „HK-3EW-55” Electrospatulă Micromotor pentru paralelometru Bormașina „Escort” Ghidropres Solcator Dentar Lampa Foto MOCHA Masă tehnică dentară bormașina Compresor RS-15 EV30 Microbormașina Masă pentru farfor Cuptor pentru arderea ceramică Vita-Vacumat 6000 M <u>Policlinica</u> Sterilizator Popinel DOV53A Sterilizator Popinel GP-40 Cântar medical cu antropometru Tonometru Lampă cuarț Lampă cu fonta SLM Colposcop OP-C5 Cântar de podea cu taliometru
--	--	--	--	--	--	--	---

						Fetal Doppler BT-200 <u>Stationar</u> Defibrilator Diatermocoagulator , Bipdor Diatermo MB-200 Sterilizator cu aburi BK-7501 Sterilizator BK-75 Severe multiparam. Monitor Lampă p/u operații CM-28 Sterilizator ГП-80МО Aparat p/u respirație artificială Aparat p/u respirația artificială Masă p/u operații generale SU-02 Electrocardiograf BTL08MTplus ECG Defibrilator TEC-55212K Dulap de sterilizare GP-40 Autoclav orizontal semiautomat 387 DM Masă p/u operații universale Aspirator portativ Sterilizator Infusion pump Laringoscop Aparat pentru respirație artificială Datex-Ohmeda Pulsoximetru <u>Secția RMMF</u> Echipament „Amplipulis-5” Echipament „Amplipulis-5” Echipament pentru galvanizare „ Potoc-1” Sonopulse
--	--	--	--	--	--	--

							Aparat polifuncțional Radius Echipament „ UVC-30-2” Echipament „ UVC-30-3 Echipament„ISCRA” Echipament „ORC-21” Lampa Beurer Ricta Aparat de razele ultraviolete Solnișco Inhalator Nebulfalaem Ultrasonic nebulizer Compresor p/u baie cu perle Echipament magnetoterapie Olimp Echipament magnetoterapie „POLIUS-2” Termostat TC 80M-2 Sterilizator E-67/1 Sterilizator E-60
--	--	--	--	--	--	--	---

Semnatura electronica

Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str.Sciuseva 16, of.6