

LOT 60 Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant <u><i>T-Xpress,</i></u> <u><i>T HEALTH MEDIKAL IC VE DIS TICARET</i></u> <u><i>LIMITED SIRKETI, Turcia</i></u>	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm "Mînere pentru transportarea brancardei" obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg 15 grade DA Control manual DA Caracteristici Bare laterale obligatoriu DA Roți Diametru 15 cm DA Frine 2 DA Sarcina maximă 250 kg Dimensiuni 208 x 85 cm "Mînere pentru transportarea brancardei" obligatoriu DA Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă DA "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu DA	CE/ DM000654657

Numele, Prenumele:

Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău