

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1717129456204 din 12.07.2024						
Obiectul de achiziției: Medii nutritive cu suplimentele necesare						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lot 1. Cazein Enzime (Trypton)	RM9111	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 6887 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM EN ISO 6887 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat ISO, Autorizație
Lot 2. Trypton soia agar TSA	M290	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 11133:2015 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM EN ISO 11133:2015 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 3. Plate Count Agar PCA (geloza peptonata)	M091	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 4833-1,2 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM EN ISO 4833-1,2 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 4. Bulion Lauril Sulfat	M080-500G	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM ISO 4831:2010 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM ISO 4831:2010 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 5. Bulion Brilians verde	M121I	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM ISO 4831:2010 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM ISO 4831:2010 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
Lot 6. Bulion EC confirmarea Eschericia coli	M127I	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM ISO 7251:2016 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM ISO 7251:2016 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 7. Agar TBX Tryptonă Bilă-Glucoronid agar	M159I	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM SR ISO 16649-2:2011 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM SR ISO 16649-2:2011 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 8. Agar roșu violet bilă cu glucoza VRBG	M58I	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 21528 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM EN ISO 21528 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

Lot 9. Agar cu glucoza /OF medium	M395I	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 21528 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM EN ISO 21528 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat ISO, Autorizație
Lot 10. Mineral oil (flacoane cite50ml)	R045-100ml	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 21528 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM EN ISO 21528 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat ISO, Autorizație
Lot 11. Bulion Giolitti Cantoni	M584I-500G	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM SR EN ISO 6888-3 Certificat de conformitatea Suplimentul de 1,0 % (în ambalaj flacoane câte 10 ml) Certificat de conformitatea	SM SR EN ISO 6888-3 Certificat de conformitatea Suplimentul de 1,0 % (în ambalaj flacoane câte 10 ml) Certificat de conformitatea. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat ISO, Autorizație
Lot 12.						
12.1 Baird Parker Agar	M043I	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM SR EN ISO 6888 Certificat de conformitate Ambalaj flacon câte 100 ml Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM SR EN ISO 6888 Certificat de conformitate Ambalaj flacon 100 ml Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat ISO, Autorizație
12.2 Emulsie cu gălbenuș de ou cu telurit de potasiu pentru Baird Parker Agar(in flacoane cite 100 ml)	FD046-100ML	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.			Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 13. Iron Sulfit Agar modificat	M1852I	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	GOST 30425-97 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	GOST 30425-97 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
Lot 14. Cooked M Medium (R.C.Medium)	M149	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	GOST 30425-97 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	GOST 30425-97 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 15. Desoxycholate Citrate Agar (Hynes -Leifson)	M1074	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	GOST 28560-90 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	GOST 28560-90 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat ISO, Autorizație
Lot 16						
16.1 Bulion Tripton Soia BTS	M011F	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 21871 Certificat de conformitate SM EN ISO 21871; SM SR EN ISO 7932 Concentrația 500 000 units ambalaj (0,05 g) Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM EN ISO 21871 Certificat de conformitate SM EN ISO 21871; SM SR EN ISO 7932 Concentrația 500 000 units ambalaj (0,05 g) (cutia-10fl) Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
16.2 Polymyxin B sulfat	FD003	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.			Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

Lot 17. BC motility medium	M906	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM SR EN ISO 7932 certificat de conformitatea	SM SR EN ISO 7932 certificat de conformitatea. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
Lot 18						
18.1 MYP AGAR (Manitol gălbenuș de ou polimyxină Agar)	M636F-500G	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 21871 SM SR EN ISO 7932 Certificat de conformitate Ambalaj supliment - flacoane câte 100ml Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM EN ISO 21871 SM SR EN ISO 7932 Certificat de conformitate Ambalaj supliment - flacoane câte 100ml Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
18.2 Emulsie cu gălbenuș de ou pentru MYP AGAR	FD045F-100ML	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.			Certificat ISO, Autorizație
Lot 19. Blood Agar	M073	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 21871; SM SR EN ISO 7932 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM EN ISO 21871; SM SR EN ISO 7932 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 21. Apa Peptonată Tamponată APT	M614-500g	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 22. Bulion Rappaport- Vassiliades soia pepton RVS	M1491	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 23						
23.1 Bulion Muller-Kauffman tetracionat-Novobiocin(MKTTn) +	M1496I	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate SM EN ISO 6579-1:2017 Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate SM EN ISO 6579-1:2017 Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
23.2 Supliment novobiocină (ISO) pentru MKTTn	FD203	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.			Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
Lot 24. Xiloză-Lizina-Deoxicolat Agar X.L.D	M031I	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat ISO, Autorizație
Lot 25						
25.1 Brilliant Salmonella Agar Baza +	M1842	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate	SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

25.2 Salmonella selectiv supliment Pentru BSA	FD274	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 26						
26.1 Uree Agar baze(Christensen)+	M112I	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate. Cutie suplimentului - 10 fl. Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
26.2 Supliment pentru Uree Agar baze	FD048	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.			Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 27. Bulion cu triptofan pentru reactia indol	M463I-100G	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	" SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitatea"	" SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitatea". Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat ISO, Autorizație
Lot 28						
28.1 Bulion Frazer baza+	PS 99	Polonia	BIOMAXIMA	" SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	" SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat ISO, Autorizație
28.2 Half Frazer selective supliment+	SL 0107	Polonia	BIOMAXIMA			Certificat ISO, Autorizație
28.3 supliment selectiv Fraser	SL 0012	Polonia	BIOMAXIMA			Certificat ISO, Autorizație
Lot 29						
29.1 Palcam Agar PALCAM +	M1064I	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	" SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	" SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
29.2 supliment PALCAM	FD061	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.			Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 30						
30.1 Listeria Cromogen Agar (OCLA-ISO) +	PS 165- 500	Polonia	BIOMAXIMA	SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Cu livrarea la solicitarea (periodic) pentru asigurarea termen de valabilitatea	SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Cu livrarea la solicitarea (periodic) pentru asigurarea termen de valabilitatea. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
30.2 supliment selective (OCLA-ISO)+	SL 0001	Polonia	BIOMAXIMA			Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
30.3 supliment selective diferencial (OCLA-ISO)	SL 0001	Polonia	BIOMAXIMA			Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 32						

32.1 Phenol Red Broth (pentru ramnoza,xiloza)+	M054	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Suplimentele în flacon câte 25 discuri Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Suplimentele în flacon câte 25 discuri Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
32.2 Discuri Ramnoza+	DD010	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.			Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
32.3 Discuri Xiloza	DD014	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.			Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
Lot 33. Geloză Sabouraud cu conținut cloramfenicol –ca componența mediului	M1067	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM ISO 18416 SM ISO 16212 Suplimentul cu conținut cloramfenicol –ca componența mediului Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM ISO 18416 SM ISO 16212 Suplimentul cu conținut cloramfenicol –ca componența mediului Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 34. DRBC agar (Dichloran Roz Bengal Cloramfenicol)	M1881	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM SR ISO 21527-1 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM SR ISO 21527-1 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
Lot 35. DG 18% Dicloran Glicerol agar	M1129I	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM SR ISO 21527-2 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM SR ISO 21527-2 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
Lot 36. Coliforme Cromogenic Agar CCA	M1991I	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM ISO 9308-1 Cu conținut de Tergitol 1,5% –ca componența mediului Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM ISO 9308-1 Cu conținut de Tergitol 1,5% –ca componența mediului Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 37. Oxidase-disc	DD018	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM ISO 9308-1 Ambalaj în flac. câte 50 discuri) Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM ISO 9308-1 Ambalaj în flac. câte 50 discuri) Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 38						
38.1. Cetrimid agar+	M085-100G	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 16266 Certificat de conformitate	SM EN ISO 16266 Certificat de conformitate	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

38.2. supliment pentru Cetrimid agar	FD029	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lotul 39. Reagent Nessler's	R010-125ML	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 16266 Ambalaj flacoane câte 50 ml Certificat de conformitate	SM EN ISO 16266 Ambalaj flacoane câte 50 ml Certificat de conformitate. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 40. Pseudomonas agar PP	M1788+(FD264- 5FL+FD265-5FL)	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 22717 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM EN ISO 22717 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat ISO, Autorizație
Lot 41. Agar Nutritiv -apa	M001	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	ISO 16266 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	ISO 16266 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 42. Slanetz- Bartley	M612I	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM ISO 7899-2 Cu conținut TTC 1% –ca componența mediului și utilizare fără autoclave Certificat de conformitate	SM ISO 7899-2 Cu conținut TTC 1% –ca componența mediului și utilizare fără autoclave Certificat de conformitate. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
Lot 43. Esculin Bila Azid agar	M493	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM ISO 7899-2 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM ISO 7899-2 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 44. Coagulase Plasma de iepuri	52.01	Federația Rusă	ECOLAB	SM SR EN ISO 6888 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM SR EN ISO 6888 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 55. KIT Gram Stains	8.17.009.1000	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total	SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 60. Standard McFarland	R092	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 11133 Compatibile cu densimat Bio Mereux Cu diametru eprubete-17 mm Certificat de conformitate	SM EN ISO 11133 Compatibile cu densimat Bio Mereux Cu diametru eprubete-17 mm Certificat de conformitate. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 61. Filtre pentru ape potabile diam. porilor 0,45 μm	SF97D	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM EN ISO 9308-1 Diametru filtrului 50 mm Diametru porilor 0,45 μm, Certificat de conformitate Valabil minimum 1 an	SM EN ISO 9308-1 Diametru filtrului 47 mm Diametru porilor 0,45 μm, Certificat de conformitate Valabil minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație

Lot 63. Filtre pentru ape potabile diam. por 0,2 µm	SF97B	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM SR EN 26461-2 Diametru filtrului 50 mm Diametru porilor 0,2 µm, Certificat de conformitate Valabil minimum 1 an	SM SR EN 26461-2 Diametru filtrului 47 mm Diametru porilor 0,2 µm, Certificat de conformitate Valabil minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
Lot 65. Eprubete sterile cu tampon (lavaj)	380201	Italia	SYNTESYS S.R.L.	SM SR EN ISO 7218 (în cutie 100 eprubete) (suport din plastic) Certificat de conformitate	SM SR EN ISO 7218 (în cutie 100 eprubete) (suport din plastic) Certificat de conformitate.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 67. Manitol (discuri)	DD006	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	Ambalaj 1 flacon câte 25 discuri Certificat de conformitate	Ambalaj 1 flacon câte 25 discuri Certificat de conformitate. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
Lot 68. Cutii Petri steril din plastică diametru 90 mm	328244S	Italia	SYNTESYS S.R.L.	SM SR EN ISO 7218 Diametru 90 mm steril Certificat de conformitate	SM SR EN ISO 7218 Diametru 90 mm steril Certificat de conformitate	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lotul 74. Anse microbiologice 1 mkl	318286	Italia	SYNTESYS S.R.L.	SM SR EN ISO 7218 Sterile 1 mkl (ambalaj câte 20 buc) Certificat de conformitate	SM SR EN ISO 7218 Sterile 1 mkl (ambalaj câte 20 buc) Certificat de conformitate	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lotul 75. Pipete sterile Vol. 1 ml	160110	Italia	SYNTESYS S.R.L.	SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 1 ml Certificat de conformitate	SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 1 ml Certificat de conformitate	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lotul 76. Pipete sterile Vol. 10 ml	161010	Italia	SYNTESYS S.R.L.	SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 10 ml Certificat de conformitate	SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 10 ml Certificat de conformitate	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lotul 77. Pipete sterile Vol. 25 ml	162510	Italia	SYNTESYS S.R.L.	SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 25 ml Certificat de conformitate	SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 25 ml Certificat de conformitate	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lotul 78. Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 121 0C 15min	121/15	Federația Rusă	MARKER	SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate	SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate, ambalaj 500 teste	Certificat de Calitate, Autorizație în țara de origine
Lotul 79. Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 132 0C 20min	132/20	Federația Rusă	MARKER	SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate	SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate, ambalaj 1000 teste	Certificat de Calitate, Autorizație în țara de origine
Lotul 81. Test control chimic pentru sterilizarea cu aer uscat 180 0C 60min	180/60	Federația Rusă	MARKER	SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate	SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate, ambalaj 1000 teste	Certificat de Calitate, Autorizație în țara de origine
Lotul 82. Aromatizator pentru autoclav	LA008B	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate	SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate, buc=50 capsule. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație

Lotul 86. Spore Strips DD032	DD032	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minimum 1 an	SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate, Certificat ISO, Autorizație
Lot 89. Listeria ivanovii (ATCC 19119)	MM66-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 90. Listeria monocytogenes (ATCC 7644)	MM77-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot.91 Salmonella enteritidis (ATCC 13076)	MM62-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 93. Clostridium perfringens(WDCM 0007) ATCC13124	MM45-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 96. Escherichia coli ATCC 25922	MM02-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 97. Escherichia coli ATCC 8739	MM38-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 98. Enterococcus faecalis ATCC 29212	MM018-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 99. S.aureus ATCC 25923	MM13-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil valabil minimum 1 an	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

Lot 100. Staphylococcus aureus ATCC 6538	MM46-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 101. Candida albicans ATCC 10231	MM42-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 102. Aspergillus braziliensis (ATCC 16404)	MM94-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 103. Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)	MM10-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 104. Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027)	MM40-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 105. Bacillus cereus (ATCC 11778)	MM21-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 106. Saccharomyces cerevisiae (ATCC 9763)	MM50-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație
Lot 108. Listeria innocua ATCC 33090	MM92-10	Marea Britanie	TCS BIOSCIENCES LTD.	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil valabil minimum 1 an	SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chişinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9