

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1782826844125 din 31.07.2026

Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2027 (Lista de Bază)

Co d CP V	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință AMED
33100 000-1	56	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700	Film radiografic pentru uz general, imprimare laser 125 SHEETS, 20 X 25 CM, DRYVIEW DVB+	SUA	CARESTREA M HEALTH, INC.	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700 (006982), Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch), Echivalent cu model DVB+, compatibil cu Dry View 5700, Până la 125 bucăți în cutie, Bucată	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700 (006982), Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch), Echivalent cu model DVB+, compatibil cu Dry View 5700, Până la 125 bucăți în cutie, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM000003704
33100 000-1	60	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (006986)	Film radiografic pentru uz general, imprimare laser 100 SHEETS, 20 X 25 CM, DRYVIEW	SUA	CARESTREA M HEALTH, INC.	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.100) 20x25	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.100) 20x25	AMED DM000003687
33100 000-1	88	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022)	UPP-110S, 110 MM X 20 M, STANDARD	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022), Hirtie USG, 110mm x 20m, tip S compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S, Bucată	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022), Hirtie USG, 110mm x 20m, tip S compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP- 110S, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753653
33100 000-1	89	Hârtie milimetrică 80mm x 20m (007024)	80 MM X 20 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hârtie milimetrică 80mm x 20m (007024), Hârtie milimetrică ECG 80 mm x min 20 m compatibil cu ЭК 3Т-01-Р-Д/2, Bucată	Hârtie milimetrică 80mm x 20m (007024), Hârtie milimetrică ECG 80 mm x min 20 m compatibil cu ЭК 3Т-01-Р-Д/2, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753656
33100 000-1	94	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007029)	80 MM X 20 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007029), Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301, Bucată	Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă (007029), Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753656
33100 000-1	102	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată (007038)	110 MM x 140 MM x 200 FOI, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată (007038), Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată caroiaj rosu/albastru, Bucată	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată caroiaj rosu/albastru Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753663
33100 000-1	108	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx20m tip: rolă (007044)	110 MM X 20 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mmx20m tip: rolă (007044), Hirtie	Hirtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mx20m tip: rolă caroiaj rosu/albastru Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753659

						milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mx20m tip: rolă caroiaj roșu/albastru, Bucată		
33100 000-1	113	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă (007049)	145mmx30m tip: rolă	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă (007049), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă caroiaj roșu/albastru, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145mmx30m tip: rolă caroiaj roșu/albastru, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753661
33100 000-1	114	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P±10P tip: pliată (007050)	210 MM X 140 MM X 200 FOI, PLIATĂ	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P±10P tip: pliată (007050), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P±10P tip: pliată caroiaj roșu/albastru, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 200P Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753665
33100 000-1	121	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007058)	215 MM X 30 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă (007058), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj roșu/albastru, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj roșu/albastru, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753657
33100 000-1	123	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă (007060)	56 MM X 18 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă (007060), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă caroiaj roșu/albastru., Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă caroiaj roșu/albastru., Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753655
33100 000-1	129	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă (007066)	80 MM X 30 M, RULOU	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă (007066), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă caroiaj roșu/albastru., Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă caroiaj roșu/albastru., Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753655
33100 000-1	131	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068)	80 MM X 90 MMx250 FOI, PLIATĂ	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată (007068), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiaj roșu/albastru, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753668
33100 000-1	133	Hîrtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070)	UPP-110S, 110 MM X 20 M	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070), Hîrtie USG, 110mm x 20m, tip HD echivalent cu UPP-100 HD, Bucată	Hîrtie USG, 110mm x 20m, tip HD echivalent cu UPP-100 HD, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753653
33100 000-1	137	Hîrtie USG, 110mm x 18m, tip HG (007074)	UPP-110HG, 110 MM X 18 M, HIGH GLOSS	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Hîrtie USG, 110mm x 18m, tip HG (007074), Hîrtie USG, 110mm x 18m, tip HG echivalent Super ULSTAR-1100 HG și SONY 110 HG; , Bucată	Hîrtie USG, 110mm x 18m, tip HG echivalent Super ULSTAR-1100 HG și SONY 110 HG; , Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000753654
33100 000-1	160	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103)	PUNGĂ/RULOU PENTRU STERILIZARE 100mm x 200m	China	Anhui Putian Plastic Industry Co.,Ltd	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m (007102), Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x200m (007102), Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip	DM000660996

[illegible]

						păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, BucatăDoc. confirm.- anexate la lot	
33100 000-1	167	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 50mm x 200m	PUNGĂ/RULOU PENTRU STERILIZARE 50mm x 200m	China	Anhui Putian Plastic Industry Co.,Ltd	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 50mm x 200m (007110), Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 50mm x 200m (007111), Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000660993
33100 000-1	168	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 75mm x 200m	PUNGĂ/RULOU PENTRU STERILIZARE 75mm x 200m	China	Anhui Putian Plastic Industry Co.,Ltd	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 75mm x 200m (007111), Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rului 75mm x 200m (007107), Rolă din hîrtie măr.75mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	DM000660992
33100 000-1	186	Test-indicator sterilizare 121/15 min	Indicator strip Steam 121C- 15 min / 134C- 4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	186	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	187	Test-indicator sterilizare 121/15 min intern	Indicator strip Steam 121C- 15 min / 134C- 4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	187	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	188	Test-indicator sterilizare 121/20 min	Indicator strip Steam 121C- 20 min / 134C- 7,0 min, Type 4 Art.nr. 104.007.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min., universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	188	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	189	Test-indicator sterilizare 132°	Indicator strip Steam 132C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.220.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	189	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	

33100 000-1	190	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	Indicator strip Steam 132C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.220.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Universale, nr. de până la 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	190	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	191	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Indicator strip Steam 132C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.220.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. UNIVERSAL, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	191	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	192	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern	Indicator strip Steam 134C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.120.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	192	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	193	Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern	Indicator strip Steam 134C- 7,0 min, Type 4 Art.nr. 104.007.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. Universal , nr. de până la 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	193	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	194	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal	Indicator strip Steam 134C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.120.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	194	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	195	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern	Indicator strip Steam 134C- 4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. UNIVERSAL, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. UNIVERSAL, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. . Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	195	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	

33100 000-1	196	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal	Indicator strip Steam 134C- 4,0 min, Type 4 Art.nr. 104.004.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. UNIVERSAL, nr. de până la 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	196	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	197	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern	Indicator strip Steam 134C- 5,0 min, Type 4 Art.nr. 104.005.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	197	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	198	Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal	Indicator strip Steam 134C- 5,0 min, Type 4 Art.nr. 104.005.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	198	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	201	Test-indicator sterilizare 134/7 min Extern	Indicator strip Steam 134C- 7,0 min, Type 4 Art.nr. 104.007.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min.Extern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. universale , nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	201	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	279	Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal cu Registru Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal (007434)	Indicator strip Steam 134C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.007.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min.Extern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. universale , nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	279	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA, Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23