

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocde-b3wdp1-MD-1663222957295, ID:21063733 din 03.10.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022

Cod CPV	Nr. lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310 0000 -1	15	Flow-diverter	Flow-diverter	Derivo de la 01-000330 până la 01-000344; de la 01-000360 până la 01-000367; de la 01-000381 până la 01-000385; de la 01-000408 până la 01-000411; 01-000415	Germania	Acandis	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, împletit din fir de nitinol și platină, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală; suprafața firului prelucrată electrochimic (pentru ca să permită o capacitate de trombogenitate minimă); capetele dispozitivului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de re poziționare în teacă, minim 3 markeri distali din platină și iridiu, compatibil cu microcateter 0,027". Diametre stent solicitate: 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0. Lungimi stent - de la 15mm până la 50mm. Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 2.5-6.0mm. Suport în 3D reconstrucție morfologica și alegerea mărimilor. Referințe la studii clinic - obligatoriu.	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, împletit din fir de nitinol și platină, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală; suprafața firului prelucrată electrochimic (pentru ca să permită o capacitate de trombogenitate minimă); capetele dispozitivului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de re poziționare în teacă, minim 3 markeri distali din platină și iridiu, compatibil cu microcateter 0,027". Diametre stent solicitate: 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0. Lungimi stent - de la 15mm până la 50mm. Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 2.5-6.0mm. Suport în 3D reconstrucție morfologica și alegerea mărimilor. Referințe la studii clinic - anexat.	CE, ISO 13485, Declarație de conformitate

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu