

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1753436858207
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de mentenanța a aparatelor de radiografie.

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
1.1 Complex radiodiagnostic SHIMADZU MobileArt Evolution MX7+FPD	MobileArt Evolution MX7	Japonia	Shimadzu	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instrucțiunile personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 revizii obligatorii și intervenții la solicitarea inginerului local.	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instrucțiunile personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 revizii obligatorii și intervenții la solicitarea inginerului local.	CE
1.2. Complex radiodiagnostic digital Sonialvision G4, Shimadzu (imprimanta Codonics)	Sonialvision G4	Japonia	Shimadzu	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator,	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana	CE

				coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instrucțiunile personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 revizii obligatorii și intervenții la solicitarea inginerului local.	verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instrucțiunile personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 revizii obligatorii și intervenții la solicitarea inginerului local.	
1.3 Complex radiodiagnostic SHIMADZU RADSpeed Fit+FPD (imprimanta Codonics)	RADSpeed Fit	Japonia	Shimadzu	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înalță tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instrucțiunile personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 revizii obligatorii și intervenții la solicitarea inginerului local.	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea, ajustarea, curățarea generatorului de înaltă tensiune; Ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice și de deplasare (frâne, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de radiografie; Verificarea butoanelor de control și de securitate; Actualizarea programului de control al dispozitivului, după necesitate; Instrucțiunile personalului medical; GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: 2 revizii obligatorii și intervenții la solicitarea inginerului local.	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei În
calitate de: Director
Ofertantul: SC „Neotec” SRL
Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău