



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificatii tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21432986 din 25.07.2025
Obiectul de achizitie: Utilaj medical si consumabile

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 6					
Microscop Led cu camera WiFi	IS.1153 - PLI/SLC	Euromex (Olanda)	- Termenul de garanție a microscopului să fie de cel puțin 24 luni cu excepția surselor de lumina. - Microscopul să dețină certificat de calitate. - Sa fie prevăzut cu display ce afișează statusul microscopului, nivelul intensității luminoase și obiectivul ce se afla în calea optica. - Sa fie prevăzut cu turela inteligenta cu minim 5 poziții pentru obiective și recunoașterea obiectivului din calea optica ce ajustează automat intensitatea luminoasa în funcție de obiectivul utilizat și de preferințele utilizatorului. - Sa fie prevăzut cu sistem optic de corecție infinită a aberațiilor cromatice - Sa fie prevăzut cu lentila de “Fly-eye” sau echivalent, pentru a se obține imagini luminoase și uniforme pe toata suprafața câmpului vizual, inclusiv periferii plane, chiar și la magnificările	- Termenul de garanție a microscopului să fie de cel puțin 24 luni cu excepția surselor de lumina. - Microscopul să dețină certificat de calitate. - Sa fie prevăzut cu display ce afișează statusul microscopului, nivelul intensității luminoase și obiectivul ce se afla în calea optica. DA, pag.1 ‘Euromex 6’ - Sa fie prevăzut cu turela inteligenta cu minim 5 poziții pentru obiective și recunoașterea obiectivului din calea optica ce ajustează automat intensitatea luminoasa în funcție de obiectivul utilizat și de preferințele utilizatorului. DA, pag.2 ‘Euromex’ (inclus in oferta) - Sa fie prevăzut cu sistem optic de corecție infinită a aberațiilor cromatice DA, pag.2 ‘Euromex’ - Sa fie prevăzut cu lentila de “Fly-eye” sau echivalent, pentru a se obține imagini luminoase și uniforme pe toata	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		mari. -Sa fie prevăzut cu tub trinocular inclinat la 45°, ce permite operarea microscopului păstrând o postură normală atunci când se privește în ocular, dar care facilitează și verificarea poziției preparatelor/lamelor pe masa microscopului cu ochiul liber, fără a fi nevoie de ajustări sau schimbarea poziției operatorului. - Sa permită setarea distanței interpupulare de minim între: 50-75 mm și distribuție lumina 50-50%, între portul de camera și ocular. - Sa permită alegerea între 2 niveluri de înălțime a punctului de observare prin ocular. - Sa fie echipat cu ocular de câmp vizual de 22 mm și magnificație de 10x - Sa fie echipat echipat cu masă mecanică rectangulară cu suport pentru 2 lame, calibrare vernier și domeniu de deplasare minim 76 mm (axa X) și 52 mm (axa Y) - Sa fie prevăzut cu fantă în condensator și turela de obiective pentru introducerea de filtru de excitație și filtru de barieră astfel încât să permită observarea în fluorescență, fără a utiliza surse de iluminare sau atașamente suplimentare. - Microscopul trebuie să ofere o poziționare joasă a mesei la o înălțime nu mai mare de 135 mm, pentru a permite operarea rapidă, ușoară și în confort. - Sistemul de focusare să includă macroviză și microviză pe ambele părți ale microscopului, cu o cursă de focusare față de punctul focal de: minim 2 mm în sus și minim 13 mm în jos, astfel încât să permită și vizualizarea în profunzime a preparatelor cu o grosime de aproximativ 2 mm. - Să includă domeniu minim de macroviză: 37.7 mm pe rotație.	suprafața câmpului vizual, inclusiv periferii plane, chiar și la magnificările mari. DA, pag.2 'Euromex' (Icare Sensor) -Sa fie prevăzut cu tub trinocular inclinat la 45°, ce permite operarea microscopului păstrând o postură normală atunci când se privește în ocular, dar care facilitează și verificarea poziției preparatelor/lamelor pe masa microscopului cu ochiul liber, fără a fi nevoie de ajustări sau schimbarea poziției operatorului.DA - Sa permită setarea distanței interpupulare de minim între: 50-75 mm și distribuție lumina 50-50%, între portul de camera și ocular. DA, 48 – 76 mm, pag.1 'Euromex' - Sa permită alegerea între 2 niveluri de înălțime a punctului de observare prin ocular. DA, 397 - 431 mm, pag.1 'Euromex' - Sa fie echipat cu ocular de câmp vizual de 22 mm și magnificație de 10x DA, inclus în oferta - Sa fie echipat echipat cu masă mecanică rectangulară cu suport pentru 2 lame, calibrare vernier și domeniu de deplasare minim 76 mm (axa X) și 52 mm (axa Y) DA, pag.2 'Euromex' 79(X)mm – 52(Y)mm - Sa fie prevăzut cu fantă în condensator și turela de obiective pentru introducerea de filtru de excitație și filtru de barieră astfel încât să permită observarea în fluorescență, fără a utiliza surse de iluminare sau atașamente suplimentare. DA, pag.2 'Euromex' - Microscopul trebuie să ofere o poziționare joasă a mesei la o înălțime nu mai mare de 135 mm, pentru a permite operarea rapidă, ușoară și în confort. DA - Sistemul de focusare să includă macroviză și microviză pe ambele părți ale microscopului, cu o cursă de focusare față de punctul focal de: minim 2 mm în sus și minim 13 mm în jos, astfel încât să permită și vizualizarea în	
--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comercială Română Chișinău S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		- Să includă domeniu minim de microviza: 0.2 mm pe rotație cu o rezoluție de cel mult 2 μm. - Sa fie prevăzut cu inel de reglaj al cuplului (tensiunea de rotire) pentru butoanele de macroviza - Sa fie prevăzut cu sistem de setare de diferite limite ale deplasării pe înălțime a mesei microscopului, pentru a proteja preparatele dar si obiectivele indiferent de grosimea acestora. - Sa fie prevăzut cu diafragma de câmp. - Sa fie prevăzut cu funcție de oprire automata a iluminării după o perioada de inactivitate, iar aceasta perioada să poată fi aleasa de către utilizator. - Sa includă minim setul de obiective: 2x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.06 mm si distanța de lucru de minim 7.5 mm 4x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.10 si distanta de lucru de minim 30mm 10x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.25 si distanta de lucru de minim 7mm 20x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.40 si distanta de lucru de minim 1.2 mm 40x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.65 si distanta de lucru de minim 0.65mm, cu protecție lentila frontala, prin arc. 60x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.8 si distanta de lucru de minim 0.3 mm - Sa fie prevăzut cu camera WiFi de minim 12 Megapixeli - Dimensiunea senzor minim: 1/2.3 inch - Rezoluție minima de previzualizare: 4000 x 3000 la 30 cadre pe secundă (FPS) - Dimensiune pixeli minim: 1.55 μm x 1.55 μm	profundzime a preparatelor cu o grosime de aproximativ 2 mm. DA - Să includă domeniu minim de macroviza: 37.7 mm pe rotație. DA - Să includă domeniu minim de microviza: 0.2 mm pe rotație cu o rezoluție de cel mult 2 μm. pag.2 'Euromex' microviza: 200 μm ; rezoluție de 1 μm. - Sa fie prevăzut cu inel de reglaj al cuplului (tensiunea de rotire) pentru butoanele de macroviza DA - Sa fie prevăzut cu sistem de setare de diferite limite ale deplasării pe înălțime a mesei microscopului, pentru a proteja preparatele dar si obiectivele indiferent de grosimea acestora. DA - Sa fie prevăzut cu diafragma de câmp. DA, inclus in oferta - Sa fie prevăzut cu funcție de oprire automata a iluminării după o perioada de inactivitate, iar aceasta perioada să poată fi aleasa de către utilizator. Tehnologia ICARE pag.2 'Euromex' - Sa includă minim setul de obiective: DA, inclus in oferta 2x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.06 mm si distanța de lucru de minim 7.5 mm 4x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.10 si distanta de lucru de minim 30mm 10x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.25 si distanta de lucru de minim 7mm 20x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.40 si distanta de lucru de minim 1.2 mm	
--	--	--	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			- Rata minima de cadre: 30 de cadre pe secunda la rezoluție maxima - Domeniu spectral minim intre 380nm - 650 nm - Conversie analog/digital: 12bit - Timp Expunere minim intre 10µs-333ms - Sensibilitate ISO minim intre: 100-12800 - Sa includă software pentru PC cu minim funcțiile: - Capturare imagini, capturare video - Compararea a 2 sau 4 imagini in acelasi timp - Adnotari - Imbunatatire imagini (saturatie, contrast, luminozitate, balans de alb etc) - Măsurători, inclusiv calibrare si generarea de rapoarte in format PDF, Word sau Excel in funcție de măsurători - Funcție de numărare manuală - Lipire imagini - Extindere adâncime de focalizare - Sa includă software pentru aplicații mobile cu minim de funcții: - Captura imagini, măsurători și adnotări - Îmbunătățire imagini (saturație, contrast, luminozitate, balans de alb manual/automat etc) - Expunere manuala/automata	40x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.65 si distanta de lucru de minim 0.65mm, cu protecție lentila frontala, prin arc. 60x de tip plan acromat, cu apertura numerica de minim 0.8 si distanta de lucru de minim 0.3 mm - Sa fie prevăzut cu camera WiFi de minim 12 Megapixeli VC.3048 16MP 'Camera' - Dimensiunea senzor minim: 1/2.3 inch Pag.2 'Sensor' 16.226 mm (H) × 12.654 mm - Rezoluție minima de previzualizare: 4000 x 3000 la 30 cadre pe secundă (FPS) 5440 x 3060 la 30 FPS 'Camera' - Dimensiune pixeli minim: 1.55 µm x 1.55 µm 2.4 µm x 2.4 µm 'Camera' - Rata minima de cadre: 30 de cadre pe secunda la rezoluție maxima 30 'Camera' - Domeniu spectral minim intre 380nm - 650 nm DA - Conversie analog/digital: 12bit Pag.1 'Sensor' 12 BIT - Timp Expunere minim intre 10µs-333ms DA - Sensibilitate ISO minim intre: 100-12800 DA - Sa includă software pentru PC cu minim funcțiile: Image Focus Alpha Soft - Capturare imagini, capturare video DA, pag.9 'Software' - Compararea a 2 sau 4 imagini in acelasi timp DA - Adnotari DA - Imbunatatire imagini (saturatie, contrast, luminozitate, balans de alb etc) DA, pag.9-14 'Software' - Măsurători, inclusiv calibrare si generarea de rapoarte in format PDF, Word sau Excel in funcție de măsurători DA, pag.150/151/179 'Software' - Funcție de numărare manuală DA - Lipire imagini DA, pag.148/141 'Software'	
--	--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

www.eyeconmedical.md

				- Extindere adâncime de focalizare DA, pag.95/96 'Software' - Sa includă software pentru aplicații mobile cu minim de funcții: DA, inclus in oferta - Captura imagini, măsurători și adnotări - Îmbunătățire imagini (saturație, contrast, luminozitate, balans de alb manual/automat etc) - Expunere manuala/automata	
Lot 11					
Camerton	31230	GIMA (Italia)	cu frecvență 128Hz	cu frecvență 128Hz, DA, 128Hz „Pagina Catalog”	Declarație de conformitate
Lot 12					
Dopler vascular portabil	SD3	Edan (China)	· sonde de 4 MHz, 5 MHz si 8 MHz. · Afisaj - tip LCD Mono · Difuzor - 1.2 W · Frecventa ultrasunete - 4, 5, 8 MHz · Interval ritm cardiac - 50~240 ±2% · Impermeabilita te sonde - IPX2 protectie impotriva picaturilor de apa ce curg orizontal · Oprere automata · Alimentare - baterii sau reincarcabil	· sonde de 4 MHz, 5 MHz si 8 MHz. Da,inclus in ofert, pag.3 „Brochure SD3” ▪ 4 MHz — 02.01.210875 ▪ 5 MHz — 02.01.210876 ▪ 8 MHz — 02.01.210877 · Afisaj - tip LCD Mono OLED pag.3 „Brochure SD3” · Difuzor - 1.2 W 2W pag.3 „Brochure SD3” · Frecventa ultrasunete - 4, 5, 8 MHz pag.3 „Brochure SD3” · Interval ritm cardiac - 50~240 ±2% pag.3 „Brochure SD3” · Impermeabilita te sonde - IPX2 protectie impotriva picaturilor de apa ce curg orizontal IPX8 pag.2,„Data Sheet · Oprere automata pag.3 „Brochure SD3” · Alimentare - baterii sau reincarcabil AA Baterii pag.3 „Brochure SD3”	Declarație de conformitate
Lot 49					



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Masa de operație	OM-6M	Uzumcu (Turcia)	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Mărimile: Lungimea ≥ 210 cm. Lățimea ≥ 55 cm. Reglarea înălțimii minim 75-95 cm. Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm. Poziționarea mesei Trendelemburg $\geq 25^0$. Inversarea trendelemburgului $\geq 25^0$. Secțiile mesei ≥ 6 secții. Înclinarea: Laterală $\geq 20^0$, secția din spate de la $+80$ la -40 grade (minim). Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie. Secția de la talpa/picior de la $+20$ la -90^0 (minim), detașabilă, divizată. Secția cap de la $+35$ la -45^0 (minim). Greutatea pacientului ≥ 200 kg. Mărimea casetelor minim 35×43 cm. Atașarea de bază mobilă. Cu roți. Sistem de frânare a bazei tip mecanic. Motor electric pentru mișcarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomandă. Alimentarea 220 V, 50 Hz. Telecomdă. Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă. Accesorii: suport cot – 2 unit. suport picioare–2 unit. suport mâna (decubit lateral) – 1 unit.	Masă pentru operații cu 6 secții (caracteristici de baza) Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Mărimile: Lungimea ≥ 210 cm. 220 cm pag.3 „OM-6N” Lățimea ≥ 55 cm. 53.5 cm pag.3 „OM-6N” Reglarea înălțimii minim 75-95 cm. 82-122 cm pag.2 „OM-6N” Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm. 30 cm pag.2 „OM-6N” Poziționarea mesei Trendelemburg $\geq 25^0$. 25⁰ pag.2 „OM-6N” Inversarea trendelemburgului $\geq 25^0$. -25⁰ pag.2 „OM-6N” Secțiile mesei ≥ 6 secții. 6 pag.1 „OM-6N” Înclinarea: Laterală $\geq 20^0$, 20⁰ pag.2 „OM-6N” secția din spate de la $+80$ la -40 grade (minim). +90⁰ la -35⁰ pag.2 „OM-6N” Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie. Da, pag.1 „OM-6N” Secția de la talpa/picior de la $+20$ la -90^0 (minim), detașabilă, divizată. +30 la -90⁰ pag.2 „OM-6N” Secția cap de la $+35$ la -45^0 (minim). +40 la -80⁰ pag.2 „OM-6N” Greutatea pacientului ≥ 200 kg. 360 kg pag.1 „OM-6N” Mărimea casetelor minim 35×43 cm. Declaratie producator	Declarație de conformitate
------------------	-------	--------------------	---	---	----------------------------

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Atașarea de bază mobilă. Cu roți. Sistem de frânare a bazei tip mecanic. DA, pag.1 „OM-6N” Motor electric pentru mișcarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomandă. DA, pag.1 „OM-6N” Alimentarea 220 V, 50 Hz. DA, pag.1 „OM-6N” Telecomandă. DA, pag.2 „OM-6N” Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Declarație producător Pupitru de comandă. DA, imagine pag.1 „OM-6N” Accesorii: suport cot – 2 unit. OM-120 pag.1 „OM-6N” suport picioare–2 unit. OM-220 „Accesorii” suport mână (decubit lateral) – 1 unit. OM-250 „Accesorii”	
Lot 50					
Lampă chirurgicală fixă pe tavan cu lumina LED	Starled 5NX	ACEM (Italia)	Lampă chirurgicală cu 1 satelit; furnizează iluminare puternică și concentrată pe zona de operat. Instalate permanent pe tavanul sălii de operație. Ajustare pe verticală, cm ≥ 70. Rețeaua electrică 220V, 50Hz. Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000 h. Mânere detașabile sterilizabile .Panou de control integrat în lampa principală. Înălțimea podului 3-4. Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Caracteristici tehnice – sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Numărul de sateliți –1. Temperatura culorii 4500 $\pm$500 K, index de culoare ≥ 95, dimetru 60-70cm. Adâncime ≥ 80 cm, distanța de lucru 0.7-1.4 m. Nivelul de iluminare la 1 m distanță $\geq 100\ 000$ lux. Rotația 2700.	Lampă chirurgicală cu 1 satelit; furnizează iluminare puternică și concentrată pe zona de operat. Instalate permanent pe tavanul sălii de operație. Ajustare pe verticală, cm ≥ 70. 80cm „Pagina Maunual” Rețeaua electrică 220V, 50Hz. 100-240V, 50/60Hz, „Data Sheet Starled 5NX” Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000h. 60 000h, pag.5 „Brosura STARLED 5NX” Mânere detașabile sterilizabile. DA, pag.4 „Brosura STARLED 5NX” Panou de control integrat în lampa principală. pag.4 „Brochure STARLED 5NX” Înălțimea podului 3-4.	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Pag.2 „Acem Declaration” Imagine „Anchor kit” Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Pag. 2 „Brochure STARLED 5NX” Caracteristici tehnice – sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) pag.5 „Brochure STARLED 5NX” Numărul de sateliți –1. Da, inclus in oferta Temperatura culorii 4500 ±500 K, 4500K, pag.5 „Brochure STARLED 5NX” index de culoare ≥ 95, 98 pag.5 „Brochure STARLED 5NX” Diametru 60-70cm. 67cm „Data Sheet Starled 5NX” Adâncime ≥ 80 cm, 117 cm „Data Sheet Starled 5NX” distanța de lucru 0.7-1.4 m. 0.7 - 1.5m„Data Sheet Starled 5NX” Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 100 000 lux. 160 000 Lux „Data Sheet Starled 5NX” Rotația 270. – 360 grade „Declaratie Producator”	
Lot 58					
Pense anatomice	HB0252	Hebu Medical (Germania)	14-17cm lungime	14-17cm lungime DA „Lot 58 HB0252”	Declarație de conformitate
Lot 60					
Pense chirurgicale	HB0302	Hebu Medical (Germania)	14-17cm lungime	14-17cm lungime DA „Lot 60 HB0302”	Declarație de conformitate
Lot 97					
Aparat EKG portabil cu 12 canale	SE 1201	Edan (China)	Echivalent CMS 1200 G Electrocardiograf portabil Canale: 12 Afișaj: LCD color, minim 7 inch Viteză de înregistrare: 5, 10, 25, 50 mm/s	Echivalent CMS 1200 G Electrocardiograf portabil Canale: 12 Da, 12 pag.125 „User Manual” Afișaj: LCD color, minim 7 inch Da, LCD 7’ pag.124 „User Manual” Viteză de înregistrare: 5, 10, 25, 50 mm/s	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Mod de operare: manual și automat Alimentare: baterie reîncărcabilă și adaptor de rețea	2.5, 5, 10, 20, 10/5 mm/s pag.125 „User Manual” Mod de operare: manual și automat Da, pag.124 „User Manual” Alimentare: baterie reîncărcabilă și adaptor de rețea Da, pag.124 „User Manual”	
--	--	--	--	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21432986 din 25.07.2025
Obiectul de achizitie: Utilaj medical si consumabile

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	6	Microscop Led cu camera WiFi	Buc	6	65.420,00	78.504,00	392.520,00	471.024,00	60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă	Conform SIA RSAP
	11	Camerton	Buc	2	1.730,00	2.076,00	3.460,00	4.152,00		
	12	Dopler vascular portabil	Buc	1	11.000,00	13.200,00	11.000,00	13.200,00		
	49	Masa de operație	Buc	1	224.000,00	268.800,00	224.000,00	268.800,00		
	50	Lampă chirurgicală fixă pe tavan cu lumina LED	Buc	1	112.000,00	134.400,00	112.000,00	134.400,00		
	58	Pense anatomice	Buc	30	167,00	200,40	5.010,00	6.012,00		
	60	Pense chirurgicale	Buc	30	180,00	216,00	5.400,00	6.480,00		
	97	Aparat EKG portabil cu 12 canale	Buc	1	25.600,00	30.720,00	25.600,00	30.720,00		
TOTAL							778.990,00	934.788,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.