

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1749804315048</u> din 13.06.2025
Obiectul achiziției: <u>Controlere cu un canal cu senzor de conductivitate</u>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Controlere cu un canal cu senzor de conductivitate							
1.	Controler cu 1 canal cu senzor de conductivitate	R3610	Belgia	Consort BVBA	Controler cu 1 canal cu senzor de conductivitate. Interval: 0,001-50,0 μ S/cm. Ieșiri: ethernet, RS 485, 4-20 mA. Funcție de arhivare: ore/zi/lună. Ecran lichid cristalin. Funcții de calibrare și setare. Lungimea cablului de la senzor: 10,0 m. Temperatura de măsurare - 105,0 °C.	Controller-multiparametru, R3610, Consort BVBA Controler cu 2 canale cu senzor de conductivitate. Interval: 0,001-50,0 μ S/cm. Ieșiri: ethernet, RS 485, 4-20 mA. Funcție de arhivare: ore/zi/lună. Ecran lichid cristalin. Funcții de calibrare și setare. Lungimea cablului de la senzor: 3,0 m (conform recomandărilor generale de la producător, cablu mai lung de 3 m va crește eroarea măsurărilor și va întârzia semnalul de la electrod la aparat – înregistrările vor veni cu întârziere și eronate). Temperatura de măsurare 0 - 105,0 °C. Configurație: Controller + electrod conductivitate (cablu 3m) + adaptor pentru electrod. Oferta nu include conectarea controllerelor la PC.	

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasibas** În calitate de: **Director**
Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova**