

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1729778461051 din 24.10.2024
Obiectul de achiziției: <u>Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Laser oftalmologic) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Ungheni</u>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Termenele de garanție [valabilitate, după caz]	Certificate de calitate / Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Laser oftalmologic	GREEN LASER PHOTOC OAGULATOR GYC 500 Vixi	JAPAN	NIDEK Co Ltd	Lungime de undă: 532 ± 2 nm - Putere de ieșire: - o 50 până la 1.700 mW (cu excepția livrării scanării) - o 50 până la 1.500 mW (livrare scanare) - Tip de ieșire: Undă continuă, Puls 0,01 până la 0,2 s, variabilă - Timpul de emisie / durata impulsului: 0,01 până la 3,00 s sau ≤ 10 ms - Interval de timp: 0,05 până la 1,00 s	Lungime de undă: 532 ± 2 nm – da, vezi USER GYC 500 atasat pe p.8 - Putere de ieșire: - o 50 până la 1.700 mW (cu excepția livrării scanării) da, vezi USER GYC 500 atasat pe p.8 - o 50 până la 1.500 mW (livrare scanare) da, vezi USER GYC 500 atasat pe p.8	Certificate CE, ISO 13485, Declaration of Conformity Nr. de înregistrare AMDM: DM00329015

			• Fascicul de țintire: Diodă laser, 650 ± 20 nm; Diodă roșie • Alimentare: Între 100 și 240 V c.a., 50/60 Hz • Consumul de energie: 250 VA • Accesorii: Întrerupător de picior de putere, unitate dublă, cutie de expansiune, unitate de atașare a plăcii superioare CB, Ochelari de protecție. Specificații unitate de scanare / livrare unică • Dimensiunea spotului (mărime fascicol): - o 100 până la 450 ± 50 μm (modul de scanare, modul de manipulare automată) - o ≥ 50 μm (modul unic) • Modelul de emisie: Singur, repetare sau pattern (Pătrat, Arc triplu, Curbă triplă, Grilă arcade, Triunghi, Cerc, Arc, Linie etc.) • Tip: - o Unitate de livrare a lămpii cu fantă de scanare - o Unitate de livrare atașabilă la scanare • Filtru de protecție: Alimentat electric / incorporat Specificații Microscop • Tip microscop: Binocular convergent galilean, mărire pe cinci nivele (tambur rotativ) • Distanța focală a obiectivului: 125 mm • Oculare: 12,5x	• Tip de ieșire: Undă continuă, Puls 0,01 până la 0,2 s, variabilă - da, vezi USER GYC 500 atasat pe p.8 • Timpul de emisie / durata impulsului: 0,01 până la 3,00 s sau ≤ 10 ms- da, vezi USER GYC 500 atasat pe p.8 • Interval de timp: 0,05 până la 1,00 s - da, vezi USER GYC 500 atasat pe p.8 • Fascicul de țintire: Diodă laser, 635 nm; Diodă roșie- da, vezi USER GYC 500 atasat pe p.8 • Alimentare: Între 100 și 240 V c.a., 50/60 Hz- da, vezi USER GYC 500 atasat pe p.8 • Consumul de energie: 250 VA- da, vezi USER GYC 500 atasat pe p.8 • Accesorii: Întrerupător de picior de putere, unitate dublă, cutie de expansiune, unitate de atașare a plăcii superioare CB, Ochelari de protecție. - da, vezi USER GYC 500 atasat pe p.8 Specificații unitate de scanare / livrare unică	
--	--	--	--	--	--

				• Mărirea totală / diametrul câmpului vizual real: - o 5x / 40,7 mm - o 8x / 25,7 mm - o 12,5x / 16,1 mm - o 20x / 10,1 mm - o 32x / 6,4 mm • Interval de reglare interpupilară: 50 până la 78 mm • Unghiul stereoscopic: 6° • Interval de reglare a dioptriei: ±8 D • Filtru: Galben • Carcasa lămpii: 1x • Mărirea proiecției: 0 până la 12 ± 2 mm (variabil continuu) • Diametrul deschiderii / lungimea fantei: ø0,2, 1, 3, 5, 9, 14± 2 mm • Rotirea fantei: ±90° • Filtru: Cobalt blue, Red free, ND • Lampă de iluminare: Lampa cu LED (alb) sau Halogen • Baza: - o Mișcare la dreapta și la stânga: 110 mm - o Mișcare înainte și înapoi: 100 mm - o Înainte și înapoi, mișcare fină dreapta și stânga: 20 mm (când joystick-ul este înclinat) - o Mișcare în sus și în jos: 30 mm (motorizat) - o 100 până la 240 V AC • Consumul de energie: 75 VA	• Dimensiunea spotului (mărime fascicol): - o 100 până la 450± 50 μm (modul de scanare, modul de manipulare automată) - o ≥ 50 μm (modul unic)- da, vezi USER GYC 500 atasat pe p.8 • Modelul de emisie: Singur, repetare sau pattern (Pătrat, Arc triplu, Curbă triplă, Grilă arcade, Triunghi, Cerc, Arc, Linie etc.)- da, vezi USER GYC 500 atasat pe p.8 • Tip: - o Unitate de livrare a lămpii cu fantă de scanare - da, vezi USER GYC 500 atasat pe p.8 NIDEK SL 2000 - o Unitate de livrare atașabilă la scanare • Filtru de protecție: Alimentat electric / incorporat - da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 Specificații Microscop • Tip microscop: Binocular convergent galilean, mărire pe cinci nivele (tambur rotativ)- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 • Distanța focală a obiectivului: 125 mm- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6	
--	--	--	--	--	---	--

				• Alimentare electrică: de la 100 până la 240 V AC (curent alternativ) • Accesorii standard: Tijă de focalizare, capac, hârtie pentru bărbie, cablu de alimentare, cheie de întreținere, husă de praf • Accesorii suplimentare: lentilă pentru fotocoagulare. Parametri: Câmp vizual de 120° / 144°; Mărire imagine: 0.51x; Mărire punct laser: 1.97x; cu flanșă (Flange), cu husă de depozitare. • Documente necesare: Certificate CE, manual de utilizare, manual de service. • Instruirea medicului. • Organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului."	• Oculare: 12,5x- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 • Mărirea totală / diametrul câmpului vizual real: - o 5x / 40,7 mm - o 8x / 25,7 mm - o 12,5x / 16,1 mm - o 20x / 10,1 mm - o 32x / 6,4 mm - da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 • Interval de reglare interpupilară: 50 până la 78 mm - da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 • Unghiul stereoscopic: 6° - da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 • Interval de reglare a dioptriei: ±8 D- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 • Filtru: Galben- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 • Carcasa lămpii: 1x- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 • Mărirea proiecției: 0 până la 12 ± 2 mm (variabil continuu)- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 • Diametrul deschiderii / lungimea fantei: ø0,2, 1, 3, 5, 9, 14± 2 mm- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 • Rotirea fantei: ±90° - da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 • Filtru: Cobalt blue, Red free, ND- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6	
--	--	--	--	--	--	--

					• Lampă de iluminare: Lampa cu LED (alb) sau Halogen- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 • Baza: - o Mișcare la dreapta și la stânga: 110 mm- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 - o Mișcare înainte și înapoi: 100 mm- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 - o Înainte și înapoi, mișcare fină dreapta și stânga: 20 mm (când joystick-ul este înclinat)- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 - o Mișcare în sus și în jos: 30 mm (motorizat)- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 - o 100 până la 240 V AC- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 • Consumul de energie: 75 VA- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 • Alimentare electrică: de la 100 până la 240 V AC (curent alternativ)- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 • Accesorii standard: Tijă de focalizare, capac, hârtie pentru bărbie, cablu de alimentare, cheie de întreținere, husă de praf- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6 • Accesorii suplimentare: lentilă pentru fotocoagulare. Parametri: Câmp vizual de 120° / 144°; Mărire imagine: 0.51x; Mărire punct laser: 1.97x; cu flanșă (Flange), cu husă de depozitare.- da, vezi USER SL 2000 Nidek atasat pe p.6	
--	--	--	--	--	--	--

					• Documente : Certificate CE, manual de utilizare, manual de service. • Instruirea medicului. • Organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului."	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bas D.V. În calitate de: Director General
Ofertantul: SRL OPTIC-LUX Adresa: or. Chișinău str. 31 August, 101