

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1590404880531	Data: 04.06.2020	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Achiziționarea Articole radiologice și developante pe anul 2020	Lot: 1	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Medexcom-Teh SRL	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1. Filme radiologice și reactive pentru aparate renghenologice Philips și RUM-20							
32354100-0	Película 18x24 N100	Mediphot	Austria	Colenta	Filmul radio(foto)grafic va fi compatibil cu casete cu ecrane intensificatoare, sensibile în verde, existente în IMSP. Filmul radio(foto)grafic va fi achiziționat în cantitățile necesare pentru procesarea lotului respectiv, împreună cu reactivele oferite de același producător pentru acest tip de film. Termen de valabilitate – nu mai mic de 24 luni. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. (conform anexei nr.15 din ordinal MS nr.701	Conform specificațiilor solicitate	CE ISO
32354100-0	Película 24x30 N100	Mediphot	Austria	Colenta			
32354100-0	Película 30x40 N100	Mediphot	Austria	Colenta			
32354100-0	Película 35x35 N100	Mediphot	Austria	Colenta			
32354100-0	Developator pulbere	ХимРей	Ucraina	Lysoform Medical	procesor litre soluție lucru (conform anexei nr.15 din ordinal nr.701	Conform specificațiilor solicitate (soluție de lucru)	
32354100-0	Fixativ pulbere	ХимРей	Ucraina	Lysoform Medical	procesor litre soluție lucru (conform anexei nr.15 din ordinal nr.701	Conform specificațiilor solicitate (soluție de lucru)	

Semnat: _____
Ofertantul: MEDEXCOM-TEH SRL

Nume: Vasile MATEI
Adresa: Chișinău, str. Miorița 5

În calitate de: Director
Data 04.06.2020