

„ZETICON” S.R.L

office@zeticonmed.com

tel. 22 107 242, fax. 22 107 241, mob. 068156668



Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		Licitație Deschisa nr. ocds-b3wdp1-MD-1694182723635 / 21091623						Data: 26.09.2023	Alternativă nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea KIT-urilor HLA de diagnostic al compatibilitatii donator/receptor în scopul realizării Programului Național Transplant pentru anul 2023 (repetat)						Lot: _____	Pagina: _din_
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
331000 00-1	1	Kit SSO HLA-A	Kit SSO HLA-A	LIFECODES HLA-A eRES SSO Typing Kit Code 628913	USA	Immucor GTI Diagnostics	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	2	Kit SSO HLA-B	Kit SSO HLA-B	LIFECODES HLA-B eRES Typing Kit Code 628917	USA	Immucor GTI Diagnostics	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM

331000 00-1	3	Kit SSO HLA-C	Kit SSO HLA-C	LIFECODES HLA-C eRES Typing Kit Code 628921	USA	Immucor GTI Diagnostics	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	4	Kit SSO HLA-DRB1	Kit SSO HLA-DRB1	LIFECODES HLA-DRB1 eRES Typing Kit Code 628925	USA	Immucor GTI Diagnostics	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	5	Kit SSO HLA-DQB1	Kit SSO HLA-DQB1	LIFECODES HLA-DQA1/B1 SSO Typing Kit Code 628930	USA	Immucor GTI Diagnostics	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	6	Taq polimeraza	Taq polimeraza	LIFECODES Taq Polymerase Code 628075	USA	Immucor GTI Diagnostics	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM

331000 00-1	7	Kit LAB Screen Single Class I	Kit LAB Screen Single Class I	LIFECODES LSA I <i>Code 265100</i>	USA	Immucor GTI Diagnostics	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	8	Kit LAB Screen Single Class II	Kit LAB Screen Single Class II	LIFECODES LSA II <i>Code 265200</i>	USA	Immucor GTI Diagnostics	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	9	Negativ serum LAB Sreen	Negativ serum LAB Sreen	LIFECODES LSA Class I/II Negativ Control	USA	Immucor GTI Diagnostics	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013. Se menționează faptul ca "Negativ serum LAB Screen" este inclus în kitulul "LIFECODES LSA" conform instrucțiunii de utilizare pag. 2	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	10	PE conjugate goat anti- human IgG Lab Screen	PE conjugate goat anti-human IgG Lab Screen	PE conjugate concentrate LIFECODES LSA Class I/II	USA	Immucor GTI Diagnostics	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013. Se menționează faptul ca "PE conjugate goat anti-human IgG Lab Screen" este inclus în kitulul "LIFECODES LSA" conform instrucțiunii de utilizare pag. 2	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM

331000 00-1	11	PE conjugate Streptavidin	PE conjugate Streptavidin	LIFECODES Streptavidin/PE Code 628511	USA	Immucor GTI Diagnostics	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	12	Absorb out	Absorb out	LIFECODES Serum Cleaner Code 628222	USA	Immucor GTI Diagnostics	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Compatibil cu dispozitivul aflat în dotare Analizator multiplex pe baza tehnologiei Luminex x MAP cu platforma XY (Lx 200) anul producerii 2012-2013.	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	18	Control pozitiv	Control pozitiv	LIFECODES PC-AHG Code 405467	USA	Immucor GTI Diagnostics	Pentru test limfocitotoxic	Pentru test limfocitotoxic	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
331000 00-1	19	Control negativ	Control negativ	LIFECODES PHS Code 405510	USA	Immucor GTI Diagnostics	Pentru test limfocitotoxic	Pentru test limfocitotoxic	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM

331000 00-1	20	Complement de iepure clas I	Complement de iepure clas I	ABC Bulk Rabbit Complement <i>Code 405463</i>	USA	Immucor GTI Diagnostics	Pentru test limfocitotoxic	Pentru test limfocitotoxic	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
----------------	----	--------------------------------	--------------------------------	--	-----	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---

Semnat : _____ Numele, Prenumele: **Andrei Talpis** in calitate de **Administrator**

Ofertantul: **S.C. "ZETICON" S.R.L.** - Adresa: **Bulevardul Moscova 9/5, of. 49, Chisinau, Rep. Moldova**

