

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție__21077136 din_04.04.2023						
Obiectul achiziției: consumabile medicale necesar urgent pentru 30 zile						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 3 Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti	GT032-200	China	Ningbo Greetmed	adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. Disponibilitate 1900 buc	DM000239872
Lot 8 Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C.) 250mmx200m	GT170-103	China	Ningbo Greetmed	rolou 250mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C.	rolou 250mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C.	DC
Lot 9 Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C.) 300mmx200m	GT170-103	China	Ningbo Greetmed	rolou 300mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C.	rolou 300mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C.	DC
Lot 12 Tub pentru intubare endotraheală cu	GT014-100	China	Ningbo Greetmed	8.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată	8.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată	DM000372495

manjetă 8.0				lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta; Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta; Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	
Lot 13 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.5	GT014-100	China	Ningbo Greetmed	8,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta; Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	8,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rõ-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta; Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	DM000372496
Lot 14 Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	GT028-200	China	Ningbo Greetmed	1.volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate (g) 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonda urinară) 7.Ambalaj individual	1.volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate (g) 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la sonda urinară) 7.Ambalaj individual	DM000310147

Prezentarea mostrelor Termen de 1 zi din data solicitării

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Diana Tutunaru În calitate de: jurist

Ofertantul: _Natusana SRL _ Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31

