

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1750315544518
Obiectul achiziției: “ Achiziționarea Piese pentru dispozitive medicale (repetat) ”	

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Transductor convex compatibil cu ultrasonograf Aplio 300 LOT 9	PVT-674BT	Japonia	Canon Medical Systems Corporation	Transductor convex compatibil cu ultrasonograf Aplio 300. Aplicație abdominală pediatrică, frecvența de bază 6 MHz, Diapazonul de frecvențe 3.5 - 9.7 MHz, frecvența B mod 9.2, 6, 3.6 MHz, frecvența THI 8, 7, 6 MHz, frecvența D-THI 8, 6, 5 MHz. câmp de vizualizare 40 mm, unghi de vizualizare 65 de grade, adâncime de scanare 40 cm. Garanție un an	Transductor convex compatibil cu ultrasonograf Aplio 300. Aplicație abdominală pediatrică, frecvența de bază 6 MHz, Diapazonul de frecvențe 3.5 - 9.7 MHz, frecvența B mod 9.2, 6, 3.6 MHz, frecvența THI 8, 7, 6 MHz, frecvența D-THI 8, 6, 5 MHz. câmp de vizualizare 40 mm, unghi de vizualizare 65 de grade, adâncime de scanare 40 cm. Garanție un an	CE/ISO

Semnat: _____

Nume: ANDREI MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)