

Specificații tehnice (F4.1)							
Numărul licitației: 21036460						din 25.02.2021	
Denumirea licitației: Pulsoximetru Conform necesitatilor IMSP SCMS MPS						Lot: conform listei solicitate	
Valuta, lei MDL							
Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
3310000-1	Pulsoximetru	U911-A1B	China	Shenzhen Upnmed Equipment Co.Ltd	Pulsoximetru pentru măsurarea saturației oxigenului și a ritmului cardiac de la degetul pacientului. Display – LED, Valori măsurate: pulsul, SpO2; Oprire automată; autoreglare pentru diferite dimensiuni ale degetului; operarea cu un singur buton, alimentație 2 baterii. Termen de garanție un an.	Pulsoximetru pentru măsurarea saturației oxigenului și a ritmului cardiac de la degetul pacientului. Display – LED, Valori măsurate: pulsul, SpO2; Oprire automată; autoreglare pentru diferite dimensiuni ale degetului; operarea cu un singur buton, alimentație 2 baterii. Termen de garanție un an.	CE
	Total lot 1						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1**, tel.022 00 08 24, fax.022 00 08 23