

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1594718104118 din 23.07.2020							
Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj tehnologic							
Nr	Denumirea bunurilor serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 3 Centrifugă de laborator	C2000	UK	Centurion	conform caietului de sarcini	Capacitate maximă cu rotor unghiular 12 x 15 ml; RPM max 10,000; RCF Max 9500; Dimensiuni minime 320 x 350 x 470mm; Greutate maxim 22 kg; Răcire: Răcire cu aer, Rotor Inclus, rotor unghiular pentru 12 x 15 ml eprubete. Accesorii: Set de eprubete pentru centrifugă (8 eprubete de 15 ml)	
	Lot 9 Agitator magnetic pentru amestecarea și încălzirea soluțiilor	MS-H-Pro+	China	Dragol Lab	conform caietului de sarcini	Tensiune electrică de alimentare: 220±20 V/50 Hz; Putere electrică: 550W ; Volumul maximal: 20 l; Temperatura plăcii de bază: până la 340°C	
	Lot 18 Centrifugă	C4000	UK	Centurion	conform caietului de sarcini	Capacitatea rotorului total min 4x250 m. Viteza de rotații 15,000 Rpm rpm, reglabila cu pasul 10rpm. Tip rotor – oscilant. Forta maximala de centrifugare a centrifugii: 10 - 24,000 G.alimentarea retea 220V. Viteza maximal admisibila a rotorului 4000 rpm	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau