

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1768808962131 din 22 ian 2026, 10:00 - 26 ian 2026, 11:30

Obiectul achiziției: Servicii de testare fizico - radiologice a instalațiilor cu raze X

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
Lot 1 Testarea fizico-radiologică a instalațiilor cu Raze X cu eliberarea certificatului de inspecție.								
3310 0000 -1	1	Testarea fizico-radiologică a instalațiilor cu Raze X cu eliberarea certificatului de inspecție.						
3310 0000 -1	1.1	BrightSpeed Elite 16	-	-	-	Tomograf Computerizat GE Healthcare, Japonia Ns: AO-44958 Parametri necesari pentru testare: Timp expunere, sec Doza(aer Kerma) expunere, mGy Debit doza exp., mGy/sec Debit doza exp., mGy/sec Profil Doza Profil kV/Reproducere kV Doza de referinta aer CTDI W CTDI Volum Aer Kerma/ mAs linearitate/CT linearitate/ CT uniformitate, zgomot	Tomograf Computerizat GE Healthcare, Japonia Ns: AO-44958 Parametri necesari pentru testare: Timp expunere, sec Doza(aer Kerma) expunere, mGy Debit doza exp., mGy/sec Debit doza exp., mGy/sec Profil Doza Profil kV/Reproducere kV Doza de referinta aer CTDI W CTDI Volum Aer Kerma/ mAs linearitate/CT linearitate/ CT uniformitate, zgomot	Autorizație radiologică
3310 0000 -1	1.2	Optima CT660	-	-	-	Tomograf Computerizat GE Healthcare, Japonia Ns: 35646YC9 Parametri necesari pentru testare: Timp expunere, sec Doza(aer Kerma) expunere, mGy	Tomograf Computerizat GE Healthcare, Japonia Ns: 35646YC9 Parametri necesari pentru testare: Timp expunere, sec Doza(aer Kerma) expunere, mGy	Autorizație radiologică

						Debit doza exp., mGy/sec Debit doza exp., mGy/sec Profil Doza Profil kV/Reproducere kV Doza de referinta aer CTDI W CTDI Volum Aer Kerma/ mAs linearitate/CT linearitae/ CT uniformitate, zgomot	Debit doza exp., mGy/sec Debit doza exp., mGy/sec Profil Doza Profil kV/Reproducere kV Doza de referinta aer CTDI W CTDI Volum Aer Kerma/ mAs linearitate/CT linearitae/ CT uniformitate, zgomot	
3310 0000 -1	1.3	Revolution Discovery CT	-	-	-	Tomograf Computerizat GE Healthcare, USA Ns: HDDGX1600003CN Parametri necesari pentru testatre: Timp expunere, sec Doza(aer Kerma) expunere, mGy Debit doza exp., mGy/sec Debit doza exp., mGy/sec Profil Doza Profil kV/Reproducere kV Doza de referinta aer CTDI W CTDI Volum Aer Kerma/ mAs linearitate/CT linearitae/ CT uniformitate, zgomot	Tomograf Computerizat GE Healthcare, USA Ns: HDDGX1600003CN Parametri necesari pentru testatre: Timp expunere, sec Doza(aer Kerma) expunere, mGy Debit doza exp., mGy/sec Debit doza exp., mGy/sec Profil Doza Profil kV/Reproducere kV Doza de referinta aer CTDI W CTDI Volum Aer Kerma/ mAs linearitate/CT linearitae/ CT uniformitate, zgomot	Autorizație radiologică
3310 0000 -1	1.4	Discovery XR656	-	-	-	Sistem Radiografic Digital GE Healthcare, India Ns: 130446HL8 Parametri necesari pentru testatre: T anod pic, kVp Doza (aer Kerma), mGy Timp exp, sec Grosimea semiatenuare HVL, mmAl Debit Doza, mGy/sec Numar pulsuri, N Filtrare totala TF, mmAl Doza pe puls, mGy/puls Timp puls, sec Diagrama tensiune anod (profil impuls) Diagrama doza (profil doza) Debit doza aer max, mGy/min In cazul RF pulse, numarul de pulsuri/sec, f/sec Reproductibilitatea kVp, % Reproductibilitatea Doza, % Acuratetea kVp, % Acuratetea timer, % HVL cu reprezentare grafica Acuratetea DAP (dispozitive indicare doza), %	Sistem Radiografic Digital GE Healthcare, India Ns: 130446HL8 Parametri necesari pentru testatre: T anod pic, kVp Doza (aer Kerma), mGy Timp exp, sec Grosimea semiatenuare HVL, mmAl Debit Doza, mGy/sec Numar pulsuri, N Filtrare totala TF, mmAl Doza pe puls, mGy/puls Timp puls, sec Diagrama tensiune anod (profil impuls) Diagrama doza (profil doza) Debit doza aer max, mGy/min In cazul RF pulse, numarul de pulsuri/sec, f/sec Reproductibilitatea kVp, % Reproductibilitatea Doza, % Acuratetea kVp, % Acuratetea timer, % HVL cu reprezentare grafica Acuratetea DAP (dispozitive indicare doza), %	Autorizație radiologică

						Debit doza aer max, mGy/min	Debit doza aer max, mGy/min	
3310 0000 -1	1.5	Senographe Crystal	-	-	-	Mamograf GE Healthcare, Coreea Ns: 671392BU9 Parametri necesari pentru testatre: T anod pic, kVp Doza (aer Kerma), mGy Timp exp, sec Grosimea semiatenuare HVL, mmAl Debit Doza, mGy/sec Doza pe puls, mGy/puls Pulsuri pe sec, N Diagrama tensiune anod (profil impuls) Diagrama doza (profil doza) Acuratetea kVp, % Reproductibilitatea kVp, % Calitatea fluxului x-ray HVL Debit flux iesire Doza supravata intrare per investigatie/protocol Acuratetea DAP (dispozitive indicare doza), %	Mamograf GE Healthcare, Coreea Ns: 671392BU9 Parametri necesari pentru testatre: T anod pic, kVp Doza (aer Kerma), mGy Timp exp, sec Grosimea semiatenuare HVL, mmAl Debit Doza, mGy/sec Doza pe puls, mGy/puls Pulsuri pe sec, N Diagrama tensiune anod (profil impuls) Diagrama doza (profil doza) Acuratetea kVp, % Reproductibilitatea kVp, % Calitatea fluxului x-ray HVL Debit flux iesire Doza supravata intrare per investigatie/protocol Acuratetea DAP (dispozitive indicare doza), %	Autorizație radiologică

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**