

## Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1701758100947 din 18.12.2023						
Obiectul de achiziție: Reactive, calibratori și materiale de control necesare pentru anul 2024						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri:</b>						
<b>Lotul 5</b>						
Reactivi p/analizatorul de urină MISSION U 120 Smart	U031-111 (11A)	SUA	ACON	1 set – 100 teste. Teste la urină pentru 11 parametri ( glucoza, corpicetonici, acidascorbic, leucocite, nitrite, densitate)	1 set – 100 teste. Teste la urină pentru 11 parametri ( glucoza, corpicetonici, acidascorbic, leucocite, nitrite, densitate) p/u analizatorul MISSION U 120 Smart. Broșura se anexează.	Certificat CE; ISO; Autorizație
Material de control pentru testele de urină la analizatorul MISSION U 120 Smart	U021-011	SUA	ACON	Set 2x10 ml p/u analizatorul MISSION U 120 Smart	Set 2x10 ml p/u analizatorul MISSION U 120 Smart	Certificat CE; ISO; Autorizație
<b>Lotul 8</b>						
Teste expres pentru Troponina I	CG2001	China	Getein Biotech	Expres teste pentru Troponina I. Ambalaj individual. Detecția pînă la 0,3 ng/l ( ser, plasmă cu K3EDTA)	Expres teste pentru Troponina I. Ambalaj individual. Detecția pînă la 0,3 ng/l ( ser, plasmă cu K3EDTA). Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; ISO; Autorizație
<b>Lotul 10</b>						
SLE Latex	8.00.11.0.0050	Jordan	Atlas Medical	SLE Latex Set fl2 ml cu control N și P inclus	SLE Latex Set fl2 ml cu control N și P inclus. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; ISO; Autorizație
<b>Lotul 12</b>						
D dimeri Latex	8.00.17.0.0050	Jordan	Atlas Medical	Reagenți D dimeri metoda Latex pe placa	Reagenți D dimeri metoda Latex pe placa. Instrucțiunea se anexează.	Certificat CE; ISO; Autorizație

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9