

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1	Suport pentru pompa de infuzie	Prioritate se va da produselor care sunt dispozitive medicale. Descriere Suport (stativ) destinat pentru plasarea pompelor de infuzii și perfuzii. Materialul suportului inox Înălțimea, cm 125 - 210, ± 10 cm, reglabilă Diametrul bazei, cm min. 55, ± 5 cm Rotile min. 5 buc. din cauciuc, cu min. 2 frâne Greutatea de încărcare (pompa cu seringă) min. 4.5 - 10 kg Cârlige pentru soluții infuzabile min. 2 buc., din inox	27826, Gima, Italia da metal cromat 160-250cm da da da da, 10 kg da, 4 buc

2	Brancardă multifuncțională (caracteristici avansate)	Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 2 A 5- cea roată retractabilă care utilizează un amortizor pentru a reduce șocul de la obstacole și denivelări suprafețe (sau analogic cu tehnologie FlexiDrive) Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizator ≥ 18 grade Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizator ≥ 18 grade Spătarul reglabil ≥ 85 grade Transparentă la razele x-ray (radiografie, braț C) Nișe pentru casete x-ray Reglabilă pe înălțime min. 60 - 85 cm sau un diapazon mai larg Înălțimea barelor laterale ≥ 35 cm Bare laterale, pliabile Roți Diametru ≥ 15 cm Posibilitatea de blocare a direcției roților în 4 direcții Sarcina maximă ≥ 320 kg Dimensiuni pat $\geq 210 \times 75$ cm Mînere pentru transportarea brancardei Saltea, rezistentă la prelucrare cu substanțe de dezinfectare și apă detașabilă Suport pentru balon de oxigen Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete	Emergeum, Optium, Turica da da, 2 secții da 0-12 grade 0-12 grade 0-75 grade da da da, 58-88 cm da da da, 20 cm da 250 kg da, 217x84cm da da da da
---	---	--	---

10	USG Oftalmic (B-Scan)	USG Oftalmologic (B-scan) Descriere USG oftalmologic care permite scanarea cu ultrasunete (B-scan), care include măsurarea nervului optic, segmentul posterior, vitros anecoic, retina, coroida, etc. Parametrul Specificația Display Color, LCD (inch) ≥ 7 Touch Screen Sonda Frecvența, Mhz ≥ 12 Raza scanării, mm ≥ 50 Frame rate, Hz ≥ 16 Diapazonul de scanare Rezoluția electronică, mm $\pm 0.03 \leq$ Rezoluția axială, mm $0.15 \leq$ Adâncimea, mm ≥ 60 Amplificarea reglabilă și TGC Metoda Sectorială sau Pulsativ Nivel gri 256 Funcții și moduri B-scan zoom Mod Run și Freeze Funcția cineloop Moduri de capturare Manual și automat Conexiuni externe: USB - min. 2 porturi, USB pentru conexiunea cu PC Raportul/Exportul imaginii și/sau a datelor PDF/ JPEG/ PNG/ GIF/ TIFF/ BITMAP Conectarea la printer Prin PC și/sau printer propriu integrat Posibilitatea Software upgrade De instalare ale altor sonde De înregistrare și stocare a datelor	USG Oftalmic (B-Scan) Model: Ref: 24-8000 – 4SightControl Centre complete with Software + Ref: 24-8000B - B-Scan Probe for 4Sight USG Oftalmologic (B-scan) Descriere USG oftalmologic care permite scanarea cu ultrasunete (B-scan), care include măsurarea nervului optic, segmentul posterior, vitros anecoic, retina, coroida, etc. Parametrul Specificația Display Color, LCD (inch) 12 inch Touch Screen Sonda Frecvența, Mhz 12 sau 15 Raza scanării, mm ≥ 50 Frame rate, Hz ≥ 16 Diapazonul de scanare Rezoluția electronică, mm $\pm 0.03 \leq$ Rezoluția axială, mm 0.015 mm Adâncimea, mm ≥ 60 Amplificarea reglabilă și TGC Metoda Sectorială sau Pulsativ Nivel gri 256 Funcții și moduri B-scan zoom Mod Run și Freeze Funcția cineloop Moduri de capturare Manual și automat Conexiuni externe: USB - 5 porturi, USB pentru conexiunea cu PC
----	-----------------------	---	---

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

	pacienților De a înregistra minim 3 utilizatori pentru lucru continuu cu DM Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Sondă pentru B-scan 1 buc. Geantă pentru transportare 1 buc. Troleu cu min. 4 roțile pentru DM cu platou de fixare al acestuia 1 buc. Set de lucru pentru oftalmolog min. 1 set Calibrator 1 buc. Pedală 1 buc. Cablu de alimentare 1 buc. Hârtie 15 buc.	Raportul/Exportul imaginii și/sau a datelor PDF/ JPEG/ PNG/ GIF/ TIFF/ BITMAP Conectarea la printer prin USB Posibilitatea Software upgrade De instalare ale altor sonde De înregistrare și stocare a datelor pacienților De a înregistra minim 3 utilizatori pentru lucru continuu cu DM Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Sondă pentru B-scan 1 buc. Geantă pentru transportare 1 buc. Troleu cu min. 4 roțile pentru DM cu platou de fixare al acestuia 1 buc. Set de lucru pentru oftalmolog min. 1 set Calibrator 1 buc. Pedală 1 buc. Cablu de alimentare 1 buc. Hârtie 15 buc.
--	---	---

11	Diatermoelectrocoagulator oftalmic	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator oftalmic) Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar Moduri de lucru Monopolar Tăiere $\geq 150\text{ W}$ $\geq 100\text{ Ohm}$ Coagulare $\geq 100\text{ W}$ $\geq 100\text{ Ohm}$ Bipolar Tăiere $\geq 50\text{ W}$ $\geq 50\text{ Ohm}$ Coagulare $\geq 50\text{ W}$ $\geq 50\text{ Ohm}$ Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcție de autotestare Canal de ieșire independentă Indicatoare acustic vizual Control volum sunet Accesorii Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ coagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc. Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Pedală dublă 1 buc.	Excell 200 MCDSe, Alsa, Italia da da, 440Khz da da da da da, 200W, 350 Ohm da, 150W, 350 Ohm da, 140W, 300 Ohm da, 120W, 100 Ohm da da, 10 regimuri Da Da da da Da da, inclus in NP/A - 2 buc, 3m da, NP/A – 2 buc da, MPE/CMS – 2 buc da, E5 – 10 buc da, PMC/JR – 1 buc da, CPB/E – 2 buc da, DS/E – 1 buc
----	------------------------------------	---	--

16	Microscop binocular cu conectarea la tableta sau monitor a imaginii	Microscop digital cu cameră foto-video Descriere Microscoapele digitale sunt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina materiale biologice. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu LED Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamelle) universal, pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x/0.10, 10x/0.25, 20x, 40x/0.65, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat și pre-focusat, tip Abbe, cu suport pentru filtre Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular pivot binocular cu 360°, unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 55-75 mm; Focusarea coaxială mecanism încorporat de blocare a focusării pentru protejarea medicamentului și ajustarea rapidă la schimbarea acestuia Oculare câmp larg WF 10x/20 – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Intensitatea ajustabilă Display încorporat sau atașabil LCD sau TFT Touchscreen (opțional) ≥ 5 inch conector pentru carduri de memorie	bScope (BS.1153-EPLi)+VC.3039-HDS, Euromex, Olanda da da da da da, 5 obiective da, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/Ulei da, condensor tip Abbe da, Iluminare Kohler da da da, 48-76mm da da da, WF10x/20 – 2 buc, unul cu focusare da, LED da da da da da, 13'' da
----	---	--	---

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

		Camera foto-video încorporată sau atașabilă	da
		competentă cu binocular și trinocular	da
		≥ 5 MPx	da, 8Mpx
		Posibilitatea de transmitere a imaginilor	da
		și videourilor la calculator sau laptop	da
		Porturi USB sau/și WiFi de transmitere	Da
		Unitatea de alimentare încorporată	Da
		Accesorii Manual de service	da
		Manual de utilizare	da
		Husă de protecție	da
		ulei de imersie – o sticlă	da
		cablu de alimentare	da
		cablu de interconectare între microscop și calculator / laptop	Da
		soft inclus cu parole de acces	
		Monitor	da
		cameră foto-video	da
		Card de memorie ≥ 16 Gb	da

22	Steremicroscop	Microscop stereoscopic Descriere Microscoapele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale. Microscop stereoscopic cu lumină transmisă diasopic cu intensitate reglabilă Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu LED Fixator de probe (lamelle) universal pentru un singur specimen Tub trinocular, înclinat la min. 35 Zoom stereo 0.7x - 4.5x cu obiective parafoale Magnificare 7x - 45x Câmp de vizionare $\geq 28.5/4.4$ mm Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Dioptriile ajustabile, pe ambele oculare, +5/-5 Distanța de lucru minim 100 mm; Distanța interpupilară ajustabilă, 55-75 Componente optice toate tratate anti-fungi Posibilitatea de adăugare modului de foto/video, inclusiv cu afisarea pe display Unitatea de alimentare încorporată Accesorii husă de protecție	StereoBlue, SB.1902, Euromex, Olanda da da Da da, LED da da, 45 grade da, 0.7x-4.5x da, 7x-45x da, 29.9mm-4.6mm da, 10x20/2 buc da da, 100 mm da, 55-75mm da da, este posibilitate de adăugare da da
----	----------------	--	---

26	Microscop camera-video cu contrast de faza si lumina polarizanta	Microscop histologic digital cu cameră foto-video Descriere Microscoapele histologice digitale sunt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina țesuturile. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); Lumina polarizanta Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamelle) universal, pentru un singur specimen Revolver pentru 5 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x/0.10, 10x/0.25, 20x, 40x/0.65, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe, cu suport pentru filtre Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular pivot binocular cu 360°, unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupilare în diapazonul minim 55-75 mm; Focusarea coaxială mecanism încorporat de blocare a focusarii pentru protejarea medicamentului si ajustarea rapida la schimbarea acestuia Oculare câmp larg WF 10x/20 – 2 buc. (cel puțin unul cu focusare) Iluminare halogen sau LED Instensitatea ajustabilă Camera foto-video integrată sau atașabilă competentă cu binocular și trinocular ≥ 5 MPx	IS.1153-Pli+IS.9601+DC.5000f, Euromex, Olanda, da da da, LED da da da da, 5 obiective Da, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x Da da da da da, 48-76mm da da da, LED da da da Da, 5 mpx
----	--	---	--

		Posibilitatea de transmitere a imaginilor și videourilor la calculator sau laptop Porturi USB sau/și WiFi de transmitere Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ghid rapid al utilizatorului (ro, ru) Manual de service (en, ro, ru) Manual de utilizare (ro) Husă de protecție Ulei de imersie – o sticlă Cablu de alimentare Cablu de interconectare între microscop și calculator / laptop Soft inclus cu parole de acces Camăra foto - video	da da Da da da da da da da da da da da da
32	Ureteroscoape flexibil	Ureteroscop flexibil de unică folosință Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru tratamentul pacienților cu litiază renală și calculi ureterali proximali	Da, HU30, HugeMed, China Da

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

		Lungimea ≥ 600 mm Iluminare fibra optica Diametru canalului de lucru 3.6 fr Camp de vedere 90 grade Display Diagonala ≥ 12 inch Rezolutia $\geq 1024 \times 768$ Videoprocessor Accesorii setu din minim 10 buc	Da, 650mm Da Da, 3.6Fr Da, 120 MD-2702 Da, 27" Da, 1920x1080 Da, HUV01 Da, 10 buc
33	Aparat nebulizator p/u aerosolii medicamente	Nebulizator pt aerosolii Descriere Pentru tratamentul bolilor căilor respiratorii superioare și inferioare, răceli, astm Parametru Specificație Sistem de alimentare cu aer comprimat Compresor Presiunea de lucru $\geq 0,8 - 1,4$ bar Posibilitatea de dezinfectare Eficiența pulverizării $\geq 0,4$ ml/min Alimentare ~ 230 VAC Accesori Mască pentru adulți, pulverizator, muștiuc, tub-prelungitor pentru inhalație (toate accesorii pot fi prelucrate, dezinfectate) Dimensiunea particulelor de pulverizare $\leq 3,5 \mu\text{m}$ Manual de utilizator limba Romana si/sau Rusa	Eolo, Ca-mi, Italia, da da, compressor da, 1.1-2.5 bar da da, 0.4 ml/min da da 2.44μm da
55	Autoclav 100 litri, vertical	Autoclav 100 l cu încărcare verticală (hotel inox) cu ciclu de vacuum Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură verticală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel. Parametrul Specificația	BKQ-B75V, Biobase, China da

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

	Încărcare verticală	da
	Construcția interioară din oțel	da
	Exterior metalic galvanizat sau oțel inox.	da
	Securitate la supraîncălzire	da
	Alarmer acustică vizuală	Da
	Durata sterilizării reglabilă	Da
	Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe	Da, 10
	Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit	da
	Control electronic Microprocesor	da
	Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă	da
	Ușa rămâne blocată până la scaderea sfârșitului procesului de sterilizare	da
	Suprafața exterioară să nu se încălzească	da
	Imprimantă termică	da
	Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED	da
	Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare	da
	presiune (prin manometru sau digital)	da, digital
	vacuum (prin manometru sau digital)	da, digital
	Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă	da
	Ciclu de vacuum	da
	Pre și post vacuum selectabil	Da
	Sistem de uscare	Da
	Facilități de setare timp	Da
	temperatura	Da
	eliberare automată a vaporilor printre a rezultatelor	da
	racire rapidă	
	Volum interior 100 l, ± 10 l	75lt
	Precizie timp de sterilizare ± 1 min.	da
	Gama de temperatură: 105 -134 grade C	da
	Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$	Da
	Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare	Da

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

		Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizar Înregistrator date Tip date data timp temperatura presiune Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz	da da Da da Da Da 220V
60	Audiometru pediatric (timpanometru)	Audiometru pediatric (timpanometru) Descriere Destinat pentru investigarea audiogramei comportamentale la copii până la 2 ani Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur Zgomot zgomot alb Audiometria, frecvența, Hz Conductivitatea aerului 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Incrementarea în trepte Eroarea $\leq 1\%$ Intensitatea sunetului, dB 500 Hz ≥ 80 dB 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Prezența sunetului în câmp liber sonor boxă încorporată Audiometria prin zgomot Tip zgomot zgomot alb (fon alb) Alimentare baterii AA	33666, Gima, Italia da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
62	Fotoliu ginecologic	Fotoliu ginecologic Descriere Destinat amplasării pacientului pentru examinarea ginecologică	Mothercare2, Meissa, Turcia, da

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

		Parametrul Specificația Acțiune mecanică, electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru picioare pentru mâini Înălțimea reglabilă, 70-95cm $\pm 10\%$ Carcasul oțel vopsit, electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Capacitate maximă ≥ 150 kg	da, electromecanica + mecanica da, 3 secțiuni da da da, 71-91cm da da da
63	Congelator pentru vaccine	Congelator pentru vaccine Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura. Parametrul Specificația Configurație orizontal Capacitatea 160 - 200 l Număr de rafturi ≥ 2 Ușa Externă 1 Mecanism blocare cu cheie Roți Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată sau statică Domeniu de temperatură -20°C .. -28 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii coșuri tip sertar divizoare pentru sertar Decongelare automată	EE150, Emsas, Turcia da da, 180 lt da da da Da Da Da Da Da Da Da, ventilata da, -5...-30C da da Da Da

67	Lampa pentru fototerapie nou-nascuti	Lampa pentru fototerapie nou-nascuti Dispozitiv mobil suport de podea Stand mobil 4 roti, min. 2 cu frina Unitate care numara toate orele de functionare si le afiseaza in ore Timp de tratament si intensitate reglabile (standard/ridicat) Becuri fluorescente 4 - 8 becuri Doua standuri cu inaltime fixa Cap radiant orizontal Stand reglabil pe inaltime Capul radiant poate fi inclinat inainte si inapoi min 45 grade Alimentare electrica 230V, 50Hz Becuri fluorescente de rezerva min. 6 buc.	BT-400, Bistos, Coreea da da da da da da da, leduri da da da da da da nu necesita
68	Analizor neinvaziv transcutanat de hiperbilirubinemie	Analizor neinvaziv transcutanat de hiperbilirubinemie Metoda de masurare fotometrie bicromatica de reflexie Sursa de lumina 0 - 2 diode emitatoare de lumina (LED) Detector sistem cu pina la doua fotocelule Domeniu de masurare 2-50 (IN UNITATE DE TBI) Unitati corespunzatoare mg/dl sau mmol/l Inacuratete optica $\leq 10\%$ Imprecizie (CV%) $\leq 2\%$ Corelatia dinte TCE si valorile de laborator pentru nivelurile serice de bilirubina mai mult sau egala cu 0,92 Citire afisaj cu cristale lichide (LCD) cu trei cifre Durata ciclului de masurare ~ 2 secunde Intre ciclurile de masurare, dispozitivului se afla in mod asteptare Sursa de alimentare baterii tip AAA / LR03 / acumulator	BiliCare, Gerium Medical, Israel da da da da da Da da da Da da da da da da da, acumulator

		Numarul de cicluri de masurare fara inlocuirea bateriilor (pe durata de viata a bateriei) 100.000	da da
		Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Încărcarea și scoaterea cassetelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a cassetelor nesterile și zona sterilă 2 uși Posibilitatea de blocarea a unei uși in caz de necesitate Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire Alarmer acustică, vizuală Durata sterilizării reglabilă Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă Ușa rămâne blocată până la scaderea sfârșitul procesului de sterilizare	BKQ-Z150H, Biobase, China da da da, fabricat individual da da da da Da Da da da da da
69	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum	Suprafața exterioară să nu se încălzească Imprimantă termică	da da

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

	Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED	da
	Monitorizarea în timp real temperatura in camera de sterilizare	da
	presiune (prin manometru sau digital)	da
	vacuum (prin manometru sau digital)	da
	Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă	da
	Ciclu de vacuum	Da
	Pre și post vacuum selectabil	Da
	Sistem de uscare	Da
	Facilități de setare timp	da
	temperatura	da
	eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor	Da
	racire rapidă	
	Volum interior 100 l, ± 10 l	150 lt
	Rafturi minim 2 buc	da
	Precizie timp de sterilizare ± 1 min.	da, control microprocesor, timp calculat precis
	Gama de temperatură: 115 - 134 grade C	da, 105-134C
	Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$	da
	Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare	da
	Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare	da
	Înregistrator date	da
	Tip date imprimate pe hirtie data	da
	timp	da
	temperatura	Da
	presiune	Da
	Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz	Da