

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1675064420798/21072509 conform SIARSAP M-Tender
Obiectul achiziției: “ <u>Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2023</u> ”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
21.1. Lucrări de întreținere periodică CT TOSHIBA Aquilion PRIME TSX-303A/AC	Aquilion PRIME	Japonia	TOSHIBA/CANON MEDICAL SYSTEMS	<ul style="list-style-type: none"> – Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry) – Verificarea și curățirea filtrelor de aer – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare) – Evaluarea și calibrarea calității imaginii – Instructajul personalului medical – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program –Deservirea printerului DRYVIEW 5950 Laser Imager, 	<ul style="list-style-type: none"> – Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice – Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry) – Verificarea și curățirea filtrelor de aer – Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare) – Evaluarea și calibrarea calității imaginii – Instructajul personalului medical – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program –Deservirea printerului DRYVIEW 5950 Laser Imager, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. 	CE, ISO

				<p>curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului.</p> <p>–Deservirea angiomatului "Stellant D STC210, Medrad", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</p> <p>– verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune</p> <p>– înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program</p> <p>Serviciile vor fi prestate trimestrial</p>	<p>–Deservirea angiomatului "Stellant D STC210, Medrad", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic</p> <p>– verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune</p> <p>– înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program</p> <p>Serviciile vor fi prestate trimestrial</p>	
<p>21.2. Lucrări de reparație (cu piese incluse din partea operatorului economic) CT TOSHIBA Aquilion PRIME TSX-303A/AC</p>	Aquilion PRIME	Japonia	TOSHIBA/CANON MEDICAL SYSTEMS	<p>– Schimbarea unității de înscriere discuri optice DVD-RW (la necesitate)</p> <p>Serviciile vor fi prestate anual.</p>	<p>– Schimbarea unității de înscriere discuri optice DVD-RW (la necesitate)</p> <p>Serviciile vor fi prestate anual.</p>	CE, ISO

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)