

Specificații tehnice (F4.1)

În cazul unei discrepante sau al unui conflict cu cerințele din secțiunea 2. Fișa de date a achiziției (FDA), prevederile din FDA vor prevala asupra prevederilor de mai jos.

Numărul licitației:	21006315	Data: „13” aprilie 2018	Alternativa nr.: nu sunt
Denumirea licitației:	<i>Echipament Medical</i>	Lot: 1;2;3;4;31	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

Lotul 1 : Balanta digitala cu precizia 0,001

3310000 0-1	Balanta etalonată	PS 200/2000. R1	Polonia	RADWAG	Balanță cu precizia de 0,001g. Setare digitală, pentru cântărirea pînă la 200g. Mod de calibrare: automatic intern.Platforma de cantarire din inox. Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 si 13485 de la producator, Declaratie de conformitate. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Național de Metrologie., Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare Perioada de garanție min 1 an din momentul instalării echipamentului	<ul style="list-style-type: none"> • Max 200/2000g • Readabilitate [d] 0.001 / 0.01 g • Repeatabilitate (5% Max) 0.0005/0.005 g • Repeatabilitate (Max) 0.001/0.01 g • Linearitate ±0.002 / 0.02 g • Stabilization time 2 / 1.5 s • Display LCD • Interfețe 2×RS232, USB-A, USB-B, • Power supply 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz • Dimensiunea Panoului 128×128 mm • Garanție 24 luni • Certificat de etalonare • Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa 	Nu sunt
----------------	-------------------	-----------------------	---------	--------	--	---	---------

Lotul 2 : Balanța digitala cu precizia 0,01

3310000 0-1	Balanta etalonată	WLC 0,6/A1/C/ 2	Polonia	RADWAG	Balanță cu precizia de 0,01g. Setare digitală, pentru cântărirea pînă la 500 g Mod de calibrare: automatic intern.Platforma de cantarire din inox. Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 si 13485 de la producator, Declaratie de conformitate. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Național de Metrologie. , Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare Perioada de garanție min 1 an din momentul instalării echipamentului	<ul style="list-style-type: none"> • Max 0.6 kg • Readabilitate [d] 0.01 g • Repeatabilitate 0.015 g • Linearitate ±0.02 g • Display LCD • IP 43 • interfețe 2×RS232, USB-A, USB-B • Dimensiunea Panoului 128×128 mm • Garanția 24 luni • Certificat de etalonare • Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa 	Nu sunt
----------------	-------------------	-----------------------	---------	--------	--	--	---------

Lotul 3 : Set de greutăți (1 - 500) gr.							
3310000 0-1	Greutăți etalonate	M1	Polonia	RADWAG	Set de greutate cu masa de: 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g - 9 buc . greutate de cl.2. Caracteristici: Realizat din crom prin placare. Specificație: Culoare: Argintiu. Material: Cromarea. Eroare admisă: +/- 0,003g Buletin de verificare metrologică	<ul style="list-style-type: none"> • Set de greutate cu masa de: 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g - 9 buc • Certificat de etalonare 	Nu sunt
Lotul 4 : Set de greutăți (1 - 100) gr.							
3310000 0-1	Greutăți etalonate	M1	Polonia	RADWAG	Set de greutăți de clasa II - 1g/2g./5g/10g/20g/50g/100g; 9 buc Caracteristici: Realizat din crom prin placare. Specificație: Culoare: Argintiu. Material: Cromarea Buletin verificare metrologică	<ul style="list-style-type: none"> • Set de greutăți de clasa II - 1g/2g./5g/10g/20g/50g/100g; 9 buc • Certificat de etalonare 	Nu sunt
Lotul 31 : Balanta analizor de umiditate sau termobalanta de umiditate							
3310000 0-1	Balanta-analizor etalonată	MA 50/1.R Moisture Analyzer	Polonia	RADWAG	<p>Rezoluția de cântărire, g - 0,001 încărcătura minimă, g - 0,02, Discretizarea determinării umidității,% - 0,01 Precizia setării temperaturii, ° C - 1 Temperatura de uscare ° C 50-160 Timp de măsurare cu 1-59 Timp maxim de uscare care poate fi setat , hv 110 Afișajul se aprinde Timp de uscare - masa (% umiditate) - temperatura de uscare Diametrul plăcii de unică folosință mm 90 Temperatura de funcționare, ° C +5 - +30 Indicator - cristal lichid Număr de baze de date 6 Clasa de precizie DSTU EN 45501 cl.II Temperatura maximă de uscare, ° C până la 250 100 placi de proba incluse Posibilitate de presetare timp de uscare si oprire automata; Calcularea umiditatii: % greutate uscata; % umiditate raportata la greutatea initiala sau greutatea uscata; Setare pentru memorarea de pana la 10 programe dedicate in functie de: mod,temperatura,timp,metoda de calcul; Calcularea si listarea evaluarilor statistice; Afișare graficelor de uscare; Posibilitatea de scriere de comentarii pe raport de la o tastatura PC externa; Evidenta data si timp; Calibrare digitala; Tara semiautomata La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în "Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare" al Institutului Național de Metrologie. , Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare Perioada de garanție min 1 an din momentul instalării echipamentului</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Max 50 g • Readabilitate [d] 0.1 mg • Display LCD • Interfațe 1×RS 232, USB-A, USB-B, Wireless • Connection (option) • Max sample weight 50 g • Moisture readout accuracy 0.0001 % • Moisture content repeatability +/-0.1% (sample ~ 2g), +/-0.02% (sample ~ 10g) • Drying temperature range max 160 °C • Max sample height 20 mm • Heating module IR emitter • Power of heating device 400 W • Drying mode 4 drying profiles (standard, fast, step, mild) • Auto switch-off options 4 modes (automatic, manual, time-defined, user-defined) • Additional functions sample traceability • Net weight/Gross weight 4.9/6.4 kg • Dimensiunea Panoului ø 90, h= 8 mm • Garanția 24 luni • Certificat de etalonare • Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa 	Nu sunt

Numele, Prenumele: Goneac Ivan În calitate de: Manager Vinzări

Ofertantul: S.C."Melitax-Grup" SRL Adresa: or. Chisinau, str. Vasile Alecsandri 143

